

## Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв

### Тендерийн үнэлгээний хороо


#### Тодруулгын хариу №1

Огноо: 2019.12.18

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 2019 оны “Өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх металл эдлэл, протез, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах №ГССҮТ2019/01001 тоот нээлттэй тендерийн дараах багцуудад оролцогч компаниудын хүсэлтээр дараах тодруулгын хариунуудыг хүргүүлж байна. Үүнд:

- Багц 6- д Яс орлуулагчыг жилд 72 ширхэгийг худалдан авах ба нурууны ясны цемент худалдан авахгүй. Харин 5 дугаар багцад нурууны ясны цемент 3 ширхэгийг жилд худалдан авна гэж заасан.
- Багц 35-Хүүхдийн дунд чөмөгний түгжээт хадаас,шургийн хамт - Техникийн шаардлага нь Хүүхдийн дунд чөмөгний түгжээт хадаасны шураг нь хүүхдийн дунд чөмөгт ясны хугаралд зориулагдсан төрөл бүрийн хэмжээтэй байна. Тендерт шалгарч гэрээ байгуулах явцад захиалагч байгууллага хэрэгцээт хэмжээсийг захиалах болно. Тендерт оролцогч ямар ч хэмжээг санал болгох боломжтойгоос гадна имплант протез эмнэлгийн хэрэгслэл бүр суурь багаж, дагалдах хэрэгслийн хамт нийлүүлэгдэх шаардлагатай.
- Багц 36. Техникийн тодорхойлолт .Уян хадаас нь 2-4.5мм х 40-60 мм урттай байна.
- Багц 37. Техникийн тодорхойлолт: Ясны шөргийн багцийн дагалдах хэрэгслэл нь Шөргийг ариутгах вакум уут байна. Иймд тендерт оролцогч бүр захиалагч байгууллагыг техникийн тодорхойлолтод заасан хэмжээгээр вакум уутийг дагалдан ирүүлэх шаардлагатай болно.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА



Р.ГАНТУЯА