

**Гемодиализын аппаратны RO ус цэвэршүүлэх системийн
техникийн үзүүлэлт**

1	Автомат ажиллагаатай	
2	Эд анги	
4	Ус бэлтгэх нэгж	Хайрган шүүлтүүр, нүүрсэн шүүлтүүр, зөвлүүлэгч резин, ус түгээх насос
5	RO модулын нэгж	Удирдлагын хэсэг, хамгаалалтын цаасан шүүлтүүр, мембраан шүүлтүүр, өндөр даралтын насос
6	Жин /дундаж/	Ус бэлтгэх нэгж 300 кг, Модулийн нэгж нь 100кг /тал нь/
7	Хэмжээ	Урт 200см*Өргөн60см*Өндөр 160см
8	Тэжээлийн усан хангамж	
9	Тэжээлийн усан хангамж /RO оролтын хоолойн дээрх/	Төвлөрсөн системийн ус /тэжээлийн усны бүрэн шинжилгээ шаардлагатай/
10	Оролтын даралт	2-6 бар
11	Оролтын температур	5-30 градус
12	Хатуулаг	<1°dH (0.2mmol/L)
13	Агуулагдах хлор	<0.1 ppm
14	Цахилгаан хангамж	
15	Стандарт цахилгаан хангамж	220v, 380v
16	Хүчин чадал	
17	Ус цэвэршүүлэх систем	6-8 аппаратны хучийн надалтай

Тодорхойлолт гаргасан: Тоног төхөөрөмжийн инженер  С.Алунгоо
 Хянасан: Нэгдсэн эмнэлгийн дарга:  Ц.Мөнхбаясгалан