

Багц 10 Өвдөгний үе

Д/д	Код	Бүтээг- дэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Савлалт	Гарал үүсэл	Захиа лах тоо
1	S0082	Өвдөгний хиймэл үе	Tripart-mental knee arthroplasty implants	1. Титанаар буюу түүнтэй дүйцэхүйц физик чанартай хайлшаар хийгдсэн байх 2. Үений мэс засалд шаардлагатай багажуудыг хагалгаа орох үед хэрэглүүлж байх, багажийн жагсаалт ирүүлэх /үений хагалгааны багаж бүр зөвхөн тухайн үйлдвэрийн имплантанд хэрэглэх зориулалттай байдаг иймээс имплант нийлүүлэгч тохирох багажаар хангах ёстой / 3. Шаардлагатай үед Revision буюу хүндрэлтэй үеийн хагалгааны имплантыг хангах шаардлагатай 4. Металлын харшилтай үед хэрэглэх сонголттой байх 5. Дунд чөмөгний имплантын хэмжээний хувьд 6-аас дээш, шилбэний имплант 6-аас дээш, жийргэвчний хэмжээ 8-20мм сонголттой байх 6. Fixed bearing, Cemented design-тай 7. Ясны дутмагшил нөхөхөд нэмэлт блок, уртасгах stem-тэй байх	Ариутган савласан			120
2	S0314	Нэг удаагийн багц	Knee arthroplasty Surgical drape pack	Өвдөгний үе солих хагалгааны нэг удаагийн хэрэглээний багц даавуу: том ширээ даавуу-1, өвчтөн бүтээх-1, хулдаас (наалддаг ирмэгтэй)-1, халад 4, гар арчих алчуур-4, туслах ширээний даавуу-1, жижиг уут-1, Чанар сайтай, амархан урагдахгүй, ус нэвтрүүлэхгүй, surgical film (loban түүнтэй дүйцэх сайн наалддаг, амархан салдаггүй байх), хөрөөний ир, эпидураль катетр, пампын хамт, Helmet system	1 багц	Ариутган савласан	Европын болон АНУ-ын стандартад нийцсэн	120
3	S0292	Ясны цавуу	Bone cement	Антибиотиктой, Methylmethacrylate and Polymethylmethacrylate (PMMA) агуулсан найрлагатай.	40гр-аас дээш	Ариутган савласан		120
4	S0344	Даралттай шарх угаагч	Pulsed Lavage System	Нэг удаагийн хэрэглээний, автомат, даралттай усаар шүрших, сорох шарх угаах систем. 4-12psi даралттай. Тусгай хошуу, адаптерийн хамт.	1 багц	Ариутган савласан		120
5	S0285	Соруулга гуурс	Closed wound drainage system	№10-14 размерийн силикон, нэг удаагийн ариутгасан, вакуум сорлогчтойгоо (400мл), олон нүхтэй гуурс.	№10	Ариутган савласан		120
6	S0286	Шарх оёгч үдээс	Disposable skin stapler	Арьс үдэх металл үдээстэй, 35-с дээш үдээстэй, гацахгүй, харшил өгөхгүй байх.		Ариутган савласан		120

Багц №11 Түнхний хиймэл үе

Д/Д	Код	Бүтээг-дэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Савлалт	Гарал үүсэл	Захиалах тоо
1	S0083	Түнхний бүтэн хиймэл үе	Total hip Replacement implants	<p>1. Титанаар буюу түүнтэй дүйцэхүйц физик чанартай хайлшаар хийгдсэн байх</p> <p>2. Үений мээ засалд шаардлагатай багажуудыг хагалгаа орох үед хэрэглүүлж байх, багажийн жагсаалт ирүүлэх /үений хагалгааны багаж бүр зөвхөн тухайн үйлдвэрийн имплантанд хэрэглэх зориулалттай байдаг иймээс имплант нийлүүлэгч тохирох багажаар хангах/</p> <p>3. Шаардлагатай үед Revision буюу хүндрэлтэй үеийн хагалгааны имплантыг хангах шаардлагатай</p> <p>4. Харшил хамгийн бага өгөх</p> <p>5. Сүүжний тогоо shell 44-70mm хэмжээтэй, бэхлэх шураг суух нүхтэй, гадаргуу нь титан-плазмаар бүрэгдсэн</p> <p>6. Жийргэвч - liner полиэтилен эсвэл керамик бүтэцтэй, 10 градус налуутай бол сайн</p> <p>7. Толгой-head 28-32mm хэмжээтэй, металл болон керамик бүтэцтэй</p> <p>8 Stem - L=110-170mm, өнцөг 128-135°, tapered design, гадаргуу нь яс телжилтийг дэмждэг бүрэлтэй бол давуу.</p>		Ариутган савласан		6
2	S0083	Түнхний 2 туйлт хиймэл үе	Bipolar hip Replacement implants	<p>1. Титанаар буюу түүнтэй дүйцэхүйц физик чанартай хайлшаар хийгдсэн байх</p> <p>2. Хагалгааны тусгай болон ерөнхий багаж, хөрөө, дрилл хамт дагалдуулах</p> <p>3. Шаардлагатай үед Revision буюу хүндрэлтэй үеийн хагалгааны имплантыг хангах шаардлагатай</p> <p>4. Харшил хамгийн бага өгөх</p> <p>5. Cup 38-60см хэмжээтэй</p> <p>6. Толгой-head 22-28mm хэмжээтэй</p> <p>7. Stem - L=110-170mm, өнцөг 128-135°, tapered design, гадаргуу нь яс телжилтийг дэмждэг бүрэлтэй бол давуу.</p>		Ариутган савласан	Европын болон АНУ-ын стандартад нийцсэн	24
3	S0314	Нэг удаагийн багц	Hip arthroplasty Surgical drape pack	Түнхний үе солих хагалгааны нэг удаагийн хэрэглээний багц давуу: том ширээ даавуу-1, өвчтөн бүтээх-1, хулдаас (наалддаг ирмэгтэй), халад 4, гар арчих алчуур-4, туслах ширээний даавуу-1, жижиг уут-1, Чанар сайтай, амархан урагдахгүй, ус нэвтрүүлэхгүй, surgical film (loban түүнтэй дүйцэх сайн наалддаг, амархан салдаггүй байх), хөрөөний ир, эпидураль катетр, пампын хамт, Helmet system зэрэг эмнэлгийн хэрэгслүүдийг мээ заслын хагалгааны үед хэрэглүүлэх боломжтой байх	1 багц	Ариутган савласан		36
4	S0344	Даралттай шарх угаагч	Pulsed Lavage System	Нэг удаагийн хэрэглээний, автомат, даралттай усаар шурших, сорох шарх угаах систем. 4-12psi даралттай. Тусгай хошуу, адаптерийн хамт.	1 багц	Ариутган савласан		36

5	S0285	Соруулга гуурс	Closed wound drainage system	№10-14 размерийн силикон, нэг удаагийн ариутгасан, вакуум сорогчтойгоо (400мл), олон нүхтэй гуурс.	№10	Ариутган савласан	36
6	S0286	Шарх оёгч үдээс	Disposable skin stapler	Арьс үдэх металл үдээстэй, 35-с дээш үдээстэй, гацахгүй, харшил өгөхгүй байх.		Ариутган савласан	36