

Дархан-Уул аймаг. ЭМГ

2020 оны Гемодиализын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн захиалга

Багц № 25 Гемодиализын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл -2 тарилгын шингэнүүд

№	Эмийн олон улсын нэршил	Эмийн худалдааны нэр	тун	савлалт	эмийн хэлбэр	тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Протамин сульфат		50iä - 5ië	1x1	амп	36.0	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Эритропоэтин		4000 Ед	1x1	фл	720.0	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Гепарин		5000 ЕД-1.0	1x1	фл	6,480.0	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.winter 4000-6000ME
4	Маннитол		10%-500,0	500.0	фл	120.0	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Маннитол		10% - 250 ië	250.0	фл	240.0	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Натрихлорид		0.9% - 500 ië	500.0	фл	7,800.0	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Рингер лактат		500мл	500.0	фл	120.0	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Рингер лактат		200 мл	200.0	фл	120.0	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Вондиол		250мг	1x10	уп	684.0	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.winter 4000-6000ME
	Дүн						39,180,600.0

Багц № 26 Гемодиализын нэг удаагийн хэрэгсэлүүд

43 хүнээр тооцов

№	Эмийн олон улсын нэршил	Эмийн худалдааны нэр	тун	савлалт	эмийн хэлбэр	тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Фистулын зүү /артерийн/		Fistula needle 16G	1x1	шт	7080	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх disposable AV Fistula needle
2	Шүүлтүүр 1,6м ² архаг диализ		ELISIO17H	1x1	шт	2100	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх disposable AV Fistula needle
3	Шүүлтүүр 1,8м ² архаг диализ		ELISIO19H	1x1	шт	1032	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх. nipro elisio sintetic hollow fiber polinepron
4	Шүүлтүүр 2.0 м2 архаг диализ		ELISIO 20-21H	1x1	шт	840	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх . nipro elisio sintetic hollow fiber polinepron
5	ХД гуурсны таг		иоджуусан	1x1	шт	4092	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх иоджуулсан
6	Тенкофф катетер 50-65 кг жинтэй		coli catheter			1	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх 50-65 кг жинтэй хүнд тохирсон. coli catheter
7	ХД гуурсны сольдог багц		transfer set		шт	12	онгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх 6 cap тутам сольдорtransfer set
8	Аппаратны усны нэмэлт фильтр		NIPRO-NCU-18	1x1	шт	12	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх NCU-18 аппаратанд дүйцхүйц
9	Аппаратны усны нэмэлт фильтр		Fresenius 4008S		шт	6	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх Fresenius 4008S аппаратанд дүйцхүйц

10	Цусны гуурс/ артерийн сенсортой/ энгийн магистрал		AV-Set-FMC/FA 204 CFV	1x1	шт	4380	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх богино бортогтой гепарингүй HD хийж болдог NIPRO-NCU-18 аппаратан болон Fresenius 4008S аппаратанд дүйцхүйц
11	Цусны гуурс/ артерийн сенсортой/ давхар эмчилгээний		A107ET	1x1	шт	276	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх NIPRO-NCU-18 аппаратанд дүйцхүйц
12	Цусны гуурс/ артерийн сенсортой/ давхар эмчилгээний		A060/V658ET	1x1	шт	276	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх NIPRO- NCU-18 аппаратанд дүйцхүйц
13	Эмчилгээний давс		Regeneration salt table	25	ууттай	48	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх./RO ус цэвэршүүлэх системд /
14	Hyochloride 3000.0		NIPRO аппаратанд	3000.0	фл	24	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх NIPRO- NCU-18 аппаратанд дүйцхүйц
15	Citrix 5 liter		Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн халуун цэвэрлэгээ	5000.0	фл	24	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Ариутгагдсан, ариун уутанд савлагдсан байх аппаратны ариутгал халдваргүйтгэлд , NIPRO-NCU-18 аппаратан болон Fresenius 4008S аппаратанд дүйцхүйц
16	Double lumen catetr			16G	шт	12	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. Зөөлөн. Солонгос улстай дүйцэхүйц
17	Эмчилгээний ус цэвэршүүлэгчийн нүүрсэн фильтр 5 микрон		aqwa WTU-250		шт	6	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. aqwa WTU-250 аппаратанд дүйцхүйц
18	Эмчилгээний ус цэвэршүүлэгчийн цаасан фильтр 10 микрон		aqwa WTU-250		шт	6	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх. aqwa WTU-250 аппаратанд дүйцхүйц
19	Эмчилгээний ус цэвэршүүлэгчийн аппаратны фильтр		H50D6 5 микрометр	№1	шт	48	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх H50D6 5 микрометр/RO ус цэвэршүүлэх системд /
20	Эмчилгээний ус цэвэршүүлэгчийн аппаратны фильтр		H50D6 0.22 микрометр	№1	шт	12	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй, олон улсын болон үндэсний стандарт шаардлага хангасан байх H50D6 0.22 микрометр/RO ус цэвэршүүлэх системд дүйцэхүйц
	Дүн						310,118,100.00

Багц № 27 Хэвлийн диализын захиалага /2 хүнээр тооцов/

	Эмийн хулаплааны		эмийн	
--	------------------	--	-------	--

№	Эмийн олон улсын нэршил	Төрөл нэр	тун	савлалт	Хэлбэр	тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Хэвлийн диализийн эмчилгээний уусмал 1,5%		дианель /декстроз /	2,000.0	пак	3960	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх. Дианель /декстроз/
2	Хэвлийн диализийн эмчилгээний уусмал 2,5%		дианель /декстроз /	2,000.0	пак	1320	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх. Дианель /декстроз/
3	Эмчилгээний уусмал А		А уусмал 1.5%	1x1	пак	1656	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх. уусмалын Са концентраци 1.75%
4	Эмчилгээний уусмал А		А уусмал 1,75%	1x1	пак	1656	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх. уусмалын Са концентраци 1.5%
5	Эмчилгээний уусмал Б		Bi Bag 540 g	540 г	нунтаг ууттай	2208	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх. bicorbonat агуулсан, NCU-18 аппаратанд дүйцхүйц
6	Эмчилгээний уусмал Б		Bi Bag 650 g	650 г	нунтаг ууттай	1740	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,GMP, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх. bicorbonat агуулсан, 4008S аппаратанд дүйцхүйц
	Багцын дүн						212,904,000

ХЯНАСАН
НЭГТГЭСЭН

УТСХ-ИЙН ДАРГА
ЭМИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
ЭМИЙН ТЕНДЕР Х/Б/Э

Б. ЭРДЭНЭЧИМЭГ
А. ДЭЛГЭРМАА
Ц. АЛТАНЦЭЦЭГ