



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Хангарди ордон, Нийслэлийн засаг захиргааны II байр,
Ц.Жигжиджавын гудамж-9, Бага тойруу-3,
1 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160
Утас/Факс: (976-11) 32-50-76
E-mail: ubhd@emg.ub.gov.mn, http://www.ubhealth.mn


2020.03.12 № 2/196
танай _____ -ны № _____ -т

НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/132 дугаар захирамжийн дагуу худалдан авах ажиллагаа нь зарлагдсан төсөл арга хэмжээний техникийн тодорхойлолтод ашиглагч байгууллагын хүсэлтээр тодруулга оруулах хүсэлтэй байгаа тул хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө үү.

Хавсралт.... хуудас

ОРЛОГЧ ДАРГА



Л.ВЭНДМАА

1150500242





**НИЙСЛЭЛИЙН
ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ТӨВ**

Залуусын задгай, 5 дугаар хороо,
Багануур дүүрэг, Улаанбаатар хот, 12070
Утас: 7021-3493
<http://www.nczd.gov.mn>

2020.03.12 № 19
танай _____-ны № _____-т

**НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ГАЗРЫН САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭСТ**

Манай байгууллагын лабораторийн үйл ажиллагаанд биоаюулгүйн II зэрэглэлийн ламинар бокс нэн шаардлагатай байгаа тул шийдвэрлэж өгнө үү.

ДАРГА  М.МӨНГӨНЦЭЦЭГ

7728021 ж. 9101502

D:\2020\Тоот\A-5.docx
3120709010

Био-аюулгүйн шүүгээ II зэрэглэлийн кабинетын техникийн үзүүлэлт

Д	Нэр	Техникийн үзүүлэлт
1	Био-аюулгүйн шүүгээ	<ul style="list-style-type: none"> - Class II шаардлагыг хангасан байх. - Биоаюулгүй II зэрэглэлийн ламинар бокс нь бүхэлдээ хаалттай бөгөөд, HEPA шүүлтүүртэй, зориулалтын агаар гадагшлуулагч хоолойтой. - 8мм-ийн хэт ягаан цацраг туяаны хамгаалалттай шилтэй. - LCD Дэлгэц - Угааж болдог Полиэстер филтертэй - Агаарын урсгал 462- 870 cfm - Аудио болон үзэгдэх дохиолол, хэвийн бус даралт, шүүлтүүр солоих үед дохио өгдөг - Флюоресцент ламптай - Хэт ягаан гэрэлтэй /253,7 нанометр/ - Цахилгаан тэжээл: AC220В±10%, 50/60 Гц - Дагалдах хэрэгсэлүүд Флюоресцент гэрэл, хэт ягаан туяаны гэрэл, даралт хэмжигч, разетка, 10 гогцоо бүхий өлгүүртэй.
		-