



ГЭМТЭЛ СОГОГ СУДЛАЛЫН  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ТЕНДЕРИЙН  
ХОРООНД

**ЧОНОГОЛ ТРЕЙД ХХК**

Улаанбаатар хот, Баянгол Дүүрэг, Энхтайваны  
өргөн чөлөө, 5-р хороо, 10-р хороолол, 89.3 тоот  
Утас: 976-70281060, Факс: 976-70282060  
Э-шуудан: [info@chonogol.mn](mailto:info@chonogol.mn), <http://www.chonogol.mn>

2020.04.28 № 124/204  
Танай \_\_\_\_\_ ны № \_\_\_\_\_ -т

Тодруулга хүсэх тухай

Тус байгууллага нь танай эмнэлгээс зарласан "Өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх металл эдлэл, протез, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах нээлттэй" ГССҮТ/202001025 дугаар тендерийн зарим багцуудад оролцохоор дараах багцуудын эмнэлгийн хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт болон ТӨӨЗ-д тусгасан зарим асуудлаар тодруулга авах хүсэлтэй байна.

**Нэг.** ТӨӨЗ12.1 (а)-(ё).3 -т Үйлдвэрлэгч, гэрээт борлуулалгч нь нийлүүлж буй бараандаа чанарын баталгаа, чанарын хяналтын лабораторийн дүгнэлтийг гаргаж ирүүлнэ гэж заажээ. Тухайн бараандаа чанарын баталгаа гаргана гэдгийг юу гэж ойлгох вэ. Үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний чанарыг тодорхойлон бараа бүтээгдэхүүний нэрийг дурьдсан хавсралттай олгодог олон төрлийн чанарын сертификатууд байдаг. Тухайлбал CE, EC, TUV, FDA гэх мэт. Эдгээрийг заасан эсэх, Чанарын хяналтын лабораторийн дүгнэлт гаргаж ирүүлэх гэж заажээ. Үүнийг Certificate of analysis гэж ойлгож болох эсэх,

**Хоёр.** Багц 1-3 дах бүтээгдхүүн Тархины даралт хэмжигчийн техник тодорхойлолт тусгагдаагүй байх тул тодруулгаар техник үзүүлэлтийг зааж болох эсэх,

**Гурав.** Багцын 2-1, дах S0035 кодтой хавчаар, 5 дах S0571 кодтой гавлын яс тогтоогч гэх бүтээгдхүүний техник үзүүлэлт ижил байгаа бөгөөд тус хоёр бүтээгдхүүний нэг ижил бүтээгдхүүн болох эсэх, эсвэл 2 өөр бүтээгдхүүн бол техникийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг нарийвчлан зааж болох эсэх, талаар тодруулан бидний ажилд туслана уу.

Хүндэтгэсэн

ЧОНОГОЛ  
ЗАХИРАЛ



*[Signature]* Ө. БАЙГАЛМАА



“ЧОНО ГОЛ” ХХК-НД

## ГЭМТЭЛ, СОГОГ, СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

16094 Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо,  
Дилав хутагт Жамсрангийн гудамж,  
Утас/Факс: (976) 7018 7795

2020.04.27 № 389  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

Үйлдвэрлэгчийн бараанд тавих чанарын  
шаардлагын тухай тодруулгын хариу

Аль улс оронд үйлдвэрлэгч бүр тухайн бүтээгдэхүүндээ чанарын баталгаа гаргаж ирүүлэх үүрэгтэйгээс гадна бүтээгдэхүүдээ олон улсын чанарын гэрчилгээ авсан байдаг тул захиалагч санал болгож буй бараандаа дээрхи шаардлагуудыг хангаж ирүүлэхийг тендерийн шаардлагадаа тусгасан болно.

Энэхүү шаардлага нь тендерт оролцогчийн санал болгож буй бараа нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох баримт болно.

2. Багц 1-3 ийн тайлбар: Microsensor Transducer ICP

100см урттай уян нилон гуурстай. 1мм-ээс бага диаметртэй. Нугарсан ч гэмтэхгүй. Үзүүр хэсэгт титанаар бүрсэн даралт хэмжигч утастай. Гавал доторхи даралтыг шууд аргаар мониторингдог. Электрон аргаар хэмжилтээ хийдэг. Бага гэмтэл үзүүлж биед нэвтрэнэ.

**2 төрөл:** Субдурал болон интрапаренхимийн хянахад хэрэглэгдэнэ. Иж бүрдэлд:

- Microsenser transducer
  - Зориулалтын 14G зүүтэй
1. **Skull bolt kit /Гавлын боолттой иж бүрдэл/**

Субдурал болон интрапаренхимийн хянахад хэрэглэгдэнэ

- Microsenser transducer
- Хүүхдийн болон том хүний гавлын боолт
- Шайбууд, Tuohy-Borst adapter, Нэг удаагийн ICP-ын шурагны бариул

**Төхөөрөмж үнэгүй дагалдуулна**

1. **Хавчаар** Гавлын мэс заслын үед хуйханд цус тогтоох зоригоор ашиглах Raney clip. 1 уутанд 10 аар савалсан байх, нэг удаагийн хэрэглэх ариун байдлаар савалсан байх
5. Гавал яс тогтоогч-12, 14 мм ийн гавалын ясны цооног болон ясыг бэхлэх зорилгоор хийгдсэн. Өөртөө уут бүртээ шахах зориулалтын багажтайгаа байх.

ТЕНДЕРИЙН ХОРООНЫ ДАРГА Ж.БАТМАГНАЙ



20200308