



НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ  
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ

МОНГОЛ УЛСЫН  
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

14210 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,  
Олимпийн гудамж 2, Засгийн газрын VIII байр,  
Утас: 26-36-95, Факс: (976-11) 32-35-41  
И-мэйл: letter@moh.gov.mn, http://www.moh.gov.mn

2024.03.01 № 2/887  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

Санал хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын 2024 оны Төсвийн тухай хуулийн хоёрдугаар хавсралтад батлагдсан XVIII.3.27 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ УТ2402002298 кодтой төсөл арга хэмжээг Эрүүл мэндийн сайдын 2024 оны А/12 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг шилжүүлсэн.

Уг төсөл арга хэмжээний зориулалт нь Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийг тоног төхөөрөмжөөр хангахаар төлөвлөж байсан. Гэтэл Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн төсөл арга хэмжээтэй андуурагдан санал хүргүүлсэн байна.

Иймд 2024 оны Төсвийн тухай хуулийн төсөл арга хэмжээг зориулалт бусаар өөрчлөх боломжгүй тул худалдан авах ажиллагаандаа залруулга хийж, Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн саналыг тусган, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байна уу.

Хавсралт .....хуудастай.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН  
ДАРГА



Д.ОЧИРБАТ

144241301



## СОНГИНОХАЙРХАН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ

Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, 21 дүгээр хороолол,  
19 дүгээр хороо, Сонгинохайрхан дүүрэг,  
Улаанбаатар хот, 18081, Утас: (976) 7017 4040  
Цахим шуудан: info@shdne.ub.gov.mn  
Цахим хуудас: www.shdne.ub.gov.mn

2024.02.28 № 103

танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

Хүсэлт хүргүүлэх нь

Манай эмнэлэг нь Гемодиализийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх, төвлөрлийг саармагжуулах зорилгоор "Гемодиализийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх" төсөл бичиж Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлэн дэмжлэг авч санхүүжилт шийдэгдсэн боловч, Сонгинохайрхан нэгдсэн эмнэлгийг Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвтэй андуурагдан төсвийн хуваарилалт тавигдсан тул залруулга хийж хуваарилалтыг манай эмнэлэгт шилжүүлэн өгч дэмжлэг үзүүлнэ үү.

ЗАХИРАЛ



Ц.ОЛОНБАЯР

9022591092 9091733 СБТ10971



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Нийслэлийн Засаг захиргааны III байр,  
Ж.Самбуугийн гудамж, 4 дүгээр хороо,  
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170  
Утас: (976) 7799 0101  
Цахим шуудан: [ubhd@emg.ub.gov.mn](mailto:ubhd@emg.ub.gov.mn)  
Цахим хуудас: [www.ubhealth.mn](http://www.ubhealth.mn)

2024.03.04 № 01/406  
танай \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_ -т

НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ  
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хэрэгжих XVIII.3.27 хуулийн дугаартай "Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж" /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ төсөл, арга хэмжээний техникийн тодорхойлолтыг шинэчлэн хүргүүлж байна.

Хавсралт 2 хуудастай.



Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх эрүүл мэндийн газар  
Удирдлага  
Дарга  
Пүрэвдорж Эрхэмбулган  
2024.03.04 13:59


  
 БАТЛАВ:
   
 СОНГИНОХАЙРХАН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН
   
 ЗАХИРАЛ *Ц.Олонбаяр* Ц.ОЛОНБАЯР

Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг)

№	Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл	Нэг бүрийн үнэ /төгрөг/	Тоо ширхэг	Нийт үнэ	Техник үзүүлэлт
1	Гемодиализ эмчилгээ аппарат /4008S/ аппараттай дүйцэхүйц	110,000,000	6	660,000,000	<p>Ачаалал 2.0кВ(220В) Тэжээлийн утас 220В (10А,50Гц) Усны оролтын температур 5-30 хэм Нийлүүлэлтийн даралт 0-ээс 100 мбар, хамгийн ихдээ 1 м. сорох өндөр Ус зайлуулах хамгийн их өндөр ; 1М Усны оролтын даралт ; 1.5-6.0 Аппаратын гүйдлийн алдагдал ; &lt;500иа~ Өвчтний гүйдлийн алдагдал ; &lt;10иа~ Усан хамгамжийн даралт ; (0~30) Хэмжээ ба жин - 1370 x 500 x 650 мм (Н x W x D) (шунтын түгжээ ба сууриныг оруулаад) ойролцоогоор. 86 кг Цахилгаан хангамж : 240 В-ын хувьсах гүйдэл, 50-аас 60 Гц Усны оролтын температур - 5 ° С-аас 30 ° С хүртэл; " халуун усаар зайлах" зориулалттай 85°C-95°C</p>
2	Усны танк /Зөөврийн/	60,000,000	1	60,000,000	<p>Хэмжээ (W x H x D) 480 x 170 x 360 мм нийт жин 35 кг 10 ° С температурт диализийн ус үйлдвэрлэх хамгийн их хүчин чадал ба 2.5 бар-ын арын даралттай 02HRO3111 70 л/ц Диализийн усны даралт 3 бар Мембран хадгалах түвшин &gt; 95% Усны холболтууд Ус дамжуулах хоолой DN 8 Диализийн усны хоолой DN 6 (2x 1.5 м) Бохир усны хоолой DN 8 Хүчдэл 230 В / 50-60 ГЦ Эрчим хүчний хэрэглээ макс. 0.3 кВт Гал хамгаалагч 16 А / Fi ΔI 30 mA</p>

					<p>Цахилгааны аюулгүй байдал          Аюулгүй байдлын I анги          Хэт хүчдэлийн ангилал II          Бохирдлын зэрэг 2          Чанартай Ундны ус эсвэл зөөлрүүлсэн          02HRO3110 4.45 ммоль/л хүртэл SDI &lt;3          Дамжуулах чадвар &lt; 2000 мкС/см          Төмөр &lt; 0.05 мг/л          Чөлөөт хлор &lt; 0.10 мг/л          Температурын хүрээ 5 - 25 ° C          pH-ийн утга 6.5 – 8.5          Температурын тээвэрлэлт / Хадгалалт +1-ээс +45°C          Ажиллагаа +1-ээс +35 хэм хүртэл          Агаарын чийгшил хамгийн их. 90% харьцангуй. чийгшил,          Конденсацгүй байх          Суурилуулалтын хамгийн дээд өндөр. NHN-ээс дээш 2000м          Тусгаарлагдсан усан хангамж, 2.5 – 6 бар байх шаардлагаатай.</p>
3	Өвчтний зөөлөн сандал	8,000,000	10	80,000,000	<p>Урт:1958 мм          Өргөн:609 мм (гарын тулгуурыг оруулаад 914 мм) Хамгийн их          өндөр:газраас760 мм          Хамгийн бага өндөр:Газраас 610 мм          Арын түшлэгийн хөдөлгөөн: Олон үйлдэлтэй          Хөлний хөдөлгөөн: Хувьсах Тренделенбург:12 градус Сандлын          жин:75 кг          Дугуйны хэмжээ:100мм          Эрчим хүч:230В оролт24VDC Гаралт          ачаалал: 150 кг дээш ачаалал даах чадвартай          Угааж цэвэрлэх боломжтой байх шаардлагатай.</p>
НИЙТ ҮНЭ				800,000,000	

БОЛОВСРУУЛСАН :

Мэдээлэл технологи инженер техникийн  
 албаны дарга *Г. Ган-Эрдэнэ* Г.Ган-Эрдэнэ

### Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

#### Барааны нэр: 1. Гемодиализ эмчилгээ аппарат ( /4008S/ аппараттай дүйцэх)

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	<b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Ачаалал 2.0кВ (220В) Тэжээлийн утас 220В (10А,50гц) Усны оролтын температур 5-30 хэм Нийлүүлэлтийн даралт 0-ээс 100 мбар, хамгийн ихдээ 1 м.сорох өндөр Ус зайлуулах хамгийн их өндөр ; 1М Усны оролтын даралт; 1.5-6.0 Аппаратын гүйдлийн алдагдал ; <500иа~ Өвчтний гүйдлийн алдагдал ; <10иа~ Усан хангамжийн даралт ; (0-30) Хэмжээ ба жин – 1370 x 500 x 650 мм (Н x W x D) (шунтын түгжээ ба сууриныг оруулаад) ойролцоогоор. 86 кг Цахилгаан хангамж – 240 В-ын хувьсах гүйдэл, 50-аас 60 Гц Усны оролтын температур – 5 °С-аас 30 °С хүртэл; “халуун усаар зайлах” зориулалттай 85 °С-95 °С		

**Барааны нэр: 2. Усны танк /Зөөврийн/**

2	<p>Хэмжээ (W x H x D) 480 x 170 x 360 мм Нийт жин 35 кг 10 °C температурт диализийн ус үйлдвэрлэх хамгийн их хүчин чадал ба 2.5 бар-ын арын даралттай 02HRO3111 70 л/ц Диализийн усны даралт 3 бар Мембран хадгалах түвшин &gt; 95% Усны холболтууд Ус дамжуулах хоолой DN 8 Диализийн усны хоолой DN 6 (2x 1.5м) Бохир усны хоолой DN 8 Хүчдэл 230 В / 50-60 Гц Эрчим хүчний хэрэглээ макс. 0.3 кВт Гал хамгаалагч 16 А / Fi ΔI 30 мА Цахилгааны аюулгүй байдал Аюулгүй байдлын I анги Хэт хүчдэлийн ангилал II Бохирдлын зэрэг 2 Чанартай Ундны ус эсвэл зөөлрүүлсэн 02HRO311 4.45 ммоль/л хүртэл SDI &lt;3 Дамжуулах чадвар &lt; 2000 мкС/см Төмөр &lt; 0.05 мг/л Чөлөөт хлор &lt; 0.10 мг/л Температурын хүрээ 5 – 25 °C pH-ийн утга 6.5 – 8.5 Хүрээлэн буй орчны нөхцөл Температурын тээвэрлэлт / Хадгалалт +1-ээс +45°C Ажиллагаа +1-ээс +35 хэм хүртэл Агаарын чийгшил хамгийн их. 90% харьцангуй. чийгшил, Конденсацгүй байх Суурилуулалтын хамгийн дээд өндөр. NHN-ээс дээш 2000м Тусгаарлагдсан усан хангамж, 2.5 – 6 бар байх шаардлагатай</p>		
---	---	--	--

**Барааны нэр: 3. Өвчтний зөөлөн сандал**

3	<p>Урт: 1958 мм Өргөн: 609 мм (гарын тулгуурыг оруулаад 914 мм) Хамгийн их өндөр: газраас 760 мм Хамгийн бага өндөр: газраас 610 мм Арын түшлэгийн хөдөлгөөн: Олон үйлдэлтэй Хөлний хөдөлгөөн: Хувьсах Тренделенбург: 12 градус Сандлын жин: 75 кг Дугуйны хэмжээ: 100мм Эрчим хүч: 230В оролт 24VDC гаралт Ачаалал: 150 кг дээш ачаалал даах чадвартай Угааж цэвэрлэх боломжтой байх шаардлагатай.</p>		
---	---	--	--



**Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь**

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Гемодиализ эмчилгээ аппарат( /4008S/ аппараттай дүйцэхүйц)	6	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар	Гэрээ байгуулснаас хойш 60 хоног	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	Усны танк /Зөөврийн/	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар	Гэрээ байгуулснаас хойш 60 хоног	
3	Өвчтний зөөлөн сандал	10	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар	Гэрээ байгуулснаас хойш 60 хоног	