



ТӨВ АЙМГИЙН
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ГАЗАР

41100, Төв аймаг, Зуунмод сум, 6 дугаар баг
Төр захиргааны II байр Утас: 77553579
Цахим шуудан: tuvprocurement@tov.gov.mn

2024.03.20 № 01/35
танай _____-ны № _____-т

Тодруулга хүргүүлэх тухай.

“Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Төв/”, ЭМЯ/20240102060 дугаартай зарлагдсан төсөл, арга хэмжээнд тендерт оролцогчоос дараах тодруулга хүссэн тул хариуг хүргүүлж байна.

Д/д	Оролцогчоос тодруулгаар асуусан нь	Тодруулга хүргүүлсэн нь
1	Хематологийн 6 фазтай анализатор түүнтэй дүйцэх Yumizen H2500 загварын хематологийн анализатор нь усны болон биеийн шингэний ерөнхий шинжилгээний чухал үзүүлэлтүүдийг дэвшилтэт технологи дээр тулгуурлан, шаардлагатай үр дүнг гаргаж байгаа нь тендерийн шаардлагыг дүйцүүлэн хангана гэж ойлгох уу.	Багц 1-т заасан Хематологийн 6 фазтай анализатор нь техникийн тодорхойлолтод заасан үзүүлэлттэй байх шаардлагатай.
2	Шээсний стрип уншигч анализатор: Цагт 500 сорьц уншуулах хүчин чадалтай, 3000 шинжилгээний болон 1000 чанарын хяналтын хариу хадгалах ой санамжтай шээсний стрип уншигч Labureader plus2 аппаратыг санал болгож буй тохиолдолд дүйцүүлэн хангаж байна гэж ойлгох уу.	Захиалагчаас баталсан Техникийн тодорхойлолтод заасан үзүүлэлттэй байх шаардлагатай.
3	Хематологийн анализатор: Yumizen H550 загварын хематологийн анализатор 10000 шинжилгээний хариу (шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр хард диск суулгах боломжтой), цагт 45 сорьц хадгалах чадвартай байгаа нь тендерийн шаардлагыг дүйцүүлэн хангана гэж ойлгох уу.	Захиалагчаас баталсан Техникийн тодорхойлолтод заасан үзүүлэлттэй байх шаардлагатай.
4	Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь: Тендерийн бичиг баримтын гэрээний тусгай нөхцөлд заасан бараа нийлүүлэлтийн хугацааг гэрээ байгуулсанаас хойш бараа нийлүүлэлтийн үед захиалагч талтай тохиролцон сунгаж болох эсэх талаар тодруулж өгнө үү.	Захиалагч шийдвэрлэнэ.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.ТАНХУЯГ

