



ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧ
БАЙГУУЛЛАГУУДАД

**МОНГОЛ УЛСЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ**

Засгийн газрын VIII байр, Олимпийн гудамж 2,
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14210
Утас: (976-51) 26 36 95, Факс: (976-11) 32 35 41
Цахим шуудан: letter@moh.gov.mn
Цахим хуудас: www.moh.gov.mn

2024.07.05 № 2/2896

танай _____-ны № _____-т

**Тодруулгын хариу хүргүүлэх
тухай**

Эрүүл мэндийн яамнаас 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр зарласан ЭМЯ/20240102083 дугаартай “Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/” тендер шалгаруулалтын хүрээнд тендерт оролцогчоос ирүүлсэн тодруулгын хүсэлтийн хариуг хүргүүлж байна.

№	Тодруулгын хүсэлт	Хариулт
Цусны ерөнхий шинжилгээний анализатор		
1	Тус тендерийн тоног төхөөрөмжийн нэр нь цусны ерөнхий шинжилгээний анализаор гэсэн боловч техник үзүүлэлт нь цусны хий болон химийн анализаторын үзүүлэлт байгаа тул Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний эсвэл Цусны хий болон химийн шинжилгээний анализатор эсэхийг тодруулж өгнө үү.	Техникийн тодорхойлолтын дагуу энэхүү төхөөрөмж нь Цусны хий болон химийн шинжилгээний анализатор болно.
2	Хэрэв цусны хий болон химийн шинжилгээний анализатор бол: 1. Сорьцын хэмжээ 140мкл байж болох эсэх 2. Чанарын хяналт: 3 түвшний чанарын хяналттай байж болох эсэх 3. Ажиллах температур: 10-31°C байж болох эсэх	1. Сорьцын хэмжээ 140мкл байх боломжтой бөгөөд 150мкл-с ихгүй байна. 2. Чанарын хяналт: 3 түвшний чанарын хяналттай байж болох бөгөөд техникийн тодорхойлолтод шаардсаны дагуу Hematocrit-н чанарын хяналтын материал шаардна. Hematocrit-н чанарын хяналтын материал нь тусдаа эсвэл нэгдсэн байж болно. 3. Ажиллах температур: Шаардсан температурын мужыг бууруулаагүй тул 10-31°C байж болно.

144244017

<p>4. Дээрх тендерийн техникийн тодорхойлолтыг дүйцүүлэн 10 шинжилгээний хариуг нэг доор мэдээллэх боломжтой, биологийн эрдэл багатай шинжилгээний картридж ашигладаг (1 үйлчлүүлэгчид 1 шинжилгээний картридж), 10,000 өвчтөний мэдээллийг хадгалах багтаамжтай, зөөвөрлөн ашиглах боломжтой цусны хий болон химийн анализатор санал болгон оролцож болох эсэх.</p>	<p>4. Энэхүү тодруулгын хүсэлтийн хариу болон шаардсан техникийн тодорхойлолтын хүрээнд техникийн саналыг үнэлнэ.</p>
--	---

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА Д.ОЧИРБАТ

