



**ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж 8, Финанс төв
Утас: 7505-5555
И-мэйл: info@erdenestt.mn, Вэбсайт: www.ett.mn

2024.08.05 № 01/1517

танай _____-ны № _____-т

Тодруулгын хариу хүргүүлэх тухай

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-аас зарласан ЭТТХК/20240102054 дугаартай “Баяжуулах үйлдвэрийн лабораторийн тоног төхөөрөмж” нийлүүлэгчийг сонгох тендер шалгаруулалтад тендерт оролцохыг сонирхогч этгээдээс ирүүлсэн тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Дээрх тодруулга нь тендерийн баримт бичгийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Хавсралт: 1 хуудас.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Х.МӨНХЖАРГАЛ

1124042741



Тодруулгын хариу

Тендерийн нэр	Баяжуулах үйлдвэрийн лабораторийн тоног төхөөрөмж
Тендерийн дугаар	ЭТТХК/20240102054
Тендер зарласан огноо	2024 оны 07 дугаар сарын 08
Тендер нээх огноо	2024 оны 08 дугаар сарын 12
Тодруулга №1	
Тодруулга	Хариу
<p>Гуравдугаар бүлгийн Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлагын 25 дахь төхөөрөмж болох "Баяжигдах чанарын лабораторийн тоног төхөөрөмж"-ийн ажиллуулах горимын дараалал болон схем, зураг ажиллуулах горимын дараалал болон схем зураг, Хүнд уусмал байрлуулах хувингийн диаметр, өндөр болон багтаамжийн хэмжээ, Гүйдэг замын урт, Хананаас сорох системийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлт болох хүчин чадал болон бусад техникийн шаардлага, Тосгуур (поднос)-ын урт, өргөн, өндрийн хэмжээ, Уусмал шүүх торон хувингийн торны нүхний хэмжээ диаметр, хувингийн өндөр болон багтаамжийн хэмжээг тус тус тодруулж өгнө үү.</p>	<p>1."Баяжигдах чанарын лабораторийн тоног төхөөрөмж"-ийн ажиллуулах горимын тогтсон дараалал, схемээр гүйцэтгэдэггүй тул тоног төхөөрөмжийн сонголт хийцэд нөлөөлөхгүй. 2.Ширээний хэмжээ:850x80x70~900x80x90см, (урт,өндөр, өргөн), нерж материалтай байна. 3.Хувингийн хэмжээ: Өндөр(h) – 50~70 см, Диаметр(D) – 35~40 см, Багтаамж(V) 60~80 л, нерж материалтай байна. 4.Гүйдэг замын урт: 800~900 см , /ширээний дээр байрлах ба шүүх хувин өлгөх зориулалтай/ 5.Сорох систем: Сорох хурд нь 1-1.2 м/с, хажуугаас сорох байрлалтай байх ба барилгын зураг төсөлтэй уялдуулан шийдлийг гаргана. 6.Тосгуур (поднос): 40x8x20~60x10x40 , (урт, өндөр, өргөн), нерж материалтай байна 7.Уусмал шүүх хувин: Өндөр (h) 30~40 см, Диаметр (D) 25~30см, Багтаамж (V) 15~20 л, хувингийн шигшүүрийн нүхний хэмжээ: 0.25 мм-ийн сүлжмэл тор нь нерж материалтай байна.</p>
Тодруулга №2	
Тодруулга	Хариу
<p>6 дугаарт байгаа тоног төхөөрөмж нь эксикаторын зураг санал болгосон байгаа бөгөөд техник тодорхойлолт нь вакум пампных байна. Энийг тодорхой болгож өгнө үү.</p>	<p>Нэршил: Вакум десикатор, /памп/ Зориулалт: Нүүрсний харьцангуй нягт тодорхойлох шинжилгээнд ашиглагдах тоног төхөөрөмж бөгөөд нүүрснээс агаарын хийн бөмбөлгийг соруулж зайлуулах зориулалттай. Багтаамж: Дотоод багтаамж 35л, Ажиллах нөхцөл: Ажиллах орчны температур 5-40°C</p>