



ГЭМТЭЛ СОГОГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

Длиав хутагт Жамсранжавын гудамж, 31 дугаар хороо,
Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, 16094

Утас: 7711 8999, Цахим шуудан: info@gemtel.mn, gov.mn

2024.09.10 № 04/1669

Танай _____-ны № _____-т

САММИТМЕДИКАЛ СЕРВИС ХХК - Д

Тус төвөөс зарласан ЭМЯ/20240102091 тоот
“Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн тоног
төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг” төндөр
шалгаруулалтад ирүүлсэн тодруулгад хариу хүргүүлж
байна. Үнд:

Хавсралт 9 хуудас.



ТӨНДӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ
ХОРООНЫ ДАРГАН

Ц.ЭНХБАЯР



№ Тодруулгын асуулт

Хариулт

А) Соронзон резонанст томографийн аппаратын техникийн үзүүлэлтийн "9. Soil (Standard): - Wrist 18 ch – аас багагүй" гэж шаардсан байна.

- Өөрчлүүлэх хусгалт 1: Энэ бүлгийн wrist койлыг: **"Wrist 12 ch – аас багагүй"** гэж өөрчлүүлж өгнө үү. Учир нь энэ төндөрт байгаа бусад койлны үзүүлэлтүүд маш доогуур байгаа боловч зөвхөн бугуйн койлны үзүүлэлтийг өндөр сувгийн тоотой шаардаж байгаа нь Siemens компанийн MRI аппарат санал болгох компанид л давуу байдал олгож байгаа ба Захиалагч эмнэлэгт ач холбогдол багатай. Бид тус захиалагч байгууллагын хийгддэг MRI шинжилгээ долоо хоногт нэг л тохиолдол орохтой үгүйтэй байхад нурууны MRI өдөрт 5-10 хүн, толгойны MRI өдөрт 8-12 хүн шинжилгээнд ордог ба эдгээр болон бусад олон тохиолдол ордог шинжилгээний койлнуудын сувгийн тоог Siemens – ээс бусад үйлдвэрлэгчдэд байдаг тооноос илүү бага 10 – 18 ch гэж тавьсан байна. Гэтэл толгой, нуруу, хэвлий болон бусад үенүүдийн койлны сувгийн тоо бусад үйлдвэрлэгчдийнх 15 – 44 ch байхад, эдгээр койлны сувгийн тоог зориуд Siemens компанийн MRI онцлогт тохируулж, бууруулж, харин ганц бусад үйлдвэрлэгчээс Siemens-ийн сувгийн тоо нь илүү бугуйн койлыг л зориуд онцолж, хэлбэр төдий өөрчлөлт оруулж, "16 ch" гэж бичсэн мэт сэтгэгдэл төрж байна.

Жишээ нь тус төндөрийн материалын Соронзон резонанст томографийн аппаратын техникийн үзүүлэлтийн 10. Software хэсэгт: "Биеийн нуруу, нугас, аарцаг, хэвлийн шинжилгээг хамгийн ихдээ 10 – 15 минутад хийх боломжтой технологийг нэвтрүүлсэн байх эсхүл түүнтэй дүйцэх (Энэ нь дийлэнх өвчтөн дээр голчлон хийгддэг шинжилгээ учраас цаг бага зарцуулах нь эдийн засаг болгоод эмчийн цагийг хэмнэх ач холбогдолтой)" гэж

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвд өнөөдрийг хүртэл ашиглагдаж буй Соронзон резонанст томографийн аппарат нь суурилагдсан үеэсээ бугуйн шинжилгээг хийх боломжгүй, техникийн хувьд soil болон программүүд хэт энгийн (basic) эмчилгээ, оношилгоог сайжруулж, дээшлүүлэх хэмжээнд ашиглахад эмч нарын шаардлагад нийцдэггүй байсан бөгөөд дээр шалтгааны улмаас тухайн шинжилгээ хийгддэггүй байсан. Гэтэл эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж, иргэдэд үзүүлж байгаа оношилгоо, эмчилгээний нэр төрөл, технологийг цаг тутамд сайжруулах боломж бололцоо байгааг судалж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхээр эрмэлзэж ажиллах нь эмч, мэргэжилтнүүдийн хувьд нэн тэргүүний зорилт бөгөөд эрүүл мэндийн салбарын онцлог юм.

Иймд тус төв нь гар сарвуу, үений мэс ажилбарыг олон жилийн туршлага, судалгааны дүнд эмчилгээнд нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор оношилгоо, шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмжийн сайжруулалтыг зайлшгүй хийх шаардлага тулгарсаар байна.

Тус төндөрийн техникийн үзүүлэлтээр шаардлагад бүхий л шаардлагауд нь төндөрийн үнэлгээний хорооноос төвийнхөө эмчилгээ, оношилгооны онцлог байдал, ач холбогдлыг бүхэлд нь хамаатуулан авч үзсэний үндсэн гаргасан үзүүлэлт болно.

Тус үзүүлэлттэй холбоотой та бүхнээс ирүүлсэн өмнөх тодруулгын дагуу өөрчлөлтийг дараах байдлаар оруулсан ба энэхүү **"Wrist 16**

Тус эмнэлэг дээр дурдсан 2024 оны 06-р сарын 25-ний өдөр tender.gov.mn сайтад тодруулгын хариундаа “**төндөрийн техникийн шаардлагад аливаа нэг үйлдвэрлэгчийн бусад үйлдвэрлэгчээс ялгарах онцлогийг тусгаж, давуу эрх олгох нь хуулиараа хориотой**” гэж тунхаглаж бичиж байгаа мөртлөө хэрэг дээрээ энэ бугуйн койлны “**wrist 16 ch багагүй**” гэсэн техник шаардлагаар Siemens компаниас бусад MRI үйлдвэрлэгч нарт өрсөлдөөний хязгаарлалт үүсгэж байна (дээрээс нь ач холбогдол маш бага техник үзүүлэлтийг дөвийлгөж чухал мэт ашиглаж). Бид өмнө нь энэ асуудлаар Танай эмнэлэгт 2024.06.14-ний өдөр Тодруулгын хусалт илгээсэн ба танайх үүнд нааштай хариу өгөөгүй тул бид арга буюу Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт 2024.06.24-ний болон 2024.06.26-ний өдрүүдэд хандаж энэ асуудлаар гомдол гаргасан ба тус байгууллагаас 2024.07.08-ний өдөр 01/1289 тоот Тодруулгын хариу өгсөн ба үүнд “Захиалагч төндөрийн баримт бичгийн техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахдаа тодорхой нэг аж ахуй эрхлэгчийн бараа бүтээгдэхүүний онцог, үзүүлэлтэд нийцүүлэн боловсруулж, бусад аж ахуй эрхлэгчдийн өрсөлдөх боломжийг хязгаарласан шинжтэй байх тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 12.4, 12.5-д заасныг тус тус зөрчсөн гэж үзэх үндэслэлтэй байна.” гэж дүгнэлт гаргаж “техникийн тодорхойлолтод холбогдох өөрчлөлт оруулан, ……… захиалагчид даалгасан болно” гэж даалгасан байхад Танай байгууллага өмнө нь тус койлны шаардлагыг Соронзон резонанст томографийн аппаратын техникийн үзүүлэлтийн 10-р бүлэгт байсныг 9-р бүлэг болгож хууран мэхлэх төдий арга хэмжээ авч, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын шаардлагыг биелүүлээгүй байна.

сайжруулахаар ажиллаж байгаагийн хувьд бууруулан өөрчлөх боломжгүй буюу хэвээр үлдээж байна.

Мөн доорх үндэслэл бүхий тайлбартай танилцана уу.

ҮНДЭСЛЭЛ БҮХИЙ ТАЙЛБАР 1:

Төндөрийн техникийн шаардлагыг боловсруулахад мэргэжлийн боловсон хүчнээс бүрдсэн баг дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн үйлдвэрлэгч нарын MRI аппараттуудыг интернетэд суурилсан мэдээлэл дээр тулгуурлан харьцуулсан байдлаар судалгаа хийж, түүнийгээ үндэслэл болгодог болно. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 12.4. “Техникийн тодорхойлолтод тодорхой нэг аж ахуй эрхлэгчийн бараа, үйлчилгээний худалдааны нэр, патент, түүнийг эзэмшигч, үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч, эсхүл үйлдвэрлэлийн арга, гарал үүслийг тухайлан заахыг хориглоно.” гэж заасны дагуу захиалагчийн зүгээс хуульд нийцүүлэн техникийн тодорхойлолтод шаардсан үзүүлэлтийг давуулж эсвэл дүйцүүлэн санал болгох нөхцөлийг бүрдүүлсэн бөгөөд дэлхийн MRI аппарат үйлдвэрлэгч бүх брэндүүд ижил тэгш өрсөлдөх боломжоор хангаж, бүгдэд нийцэхээр зарласан.

Төндөрийн үнэлгээний хорооноос судалж, үндэслэл болгосон мэдээллийг доор зургаар оруулав.

“WRIST 16 CH – ААС БАГАГҮЙ” ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХУВЬД:

1. Саммит медикал сервис ХХК – ийн дистрибьютерийн эрхтэй ажилладаг Philips үйлдвэрлэгч

[dStream HandWrist 16ch coil MR coil | Philips Healthcare](#)

Click here for important information about the recall of certain Philips respiratory care devices

PHILIPS

Professional Healthcare

Consumer products

What are you looking for?

Products

Servicing

Solutions

Specialties

Connect & Register

My products | Sales System & Solutions | Help center | Call center | dStream HandWrist 16ch coil

dStream HandWrist 16ch coil

MRI coil

Find similar products



The dStream HandWrist 16ch coil, designed for the left or right hand and wrist for high signal-to-noise ratio (SNR), this design provides the high SNR needed to acquire images with a small and large field of view (FOV). It has a one-piece, curved, finger design for easy patient set-up. High quality imaging can be obtained with the coil at the patient's side. The coil attaches to a rigid base plate for fixation to reduce patient motion artifacts.

Connect & Register
 Medical Quality
 Compliance/CE Mark
 Regulatory Statements

2. Интэрсайнс ХХК – ийн дистрибьютерийн эрхтэй ажилладаг GE үйлдвэрлэгч

1.5T QED 16ch Hand Wrist Coil with the Cable 5768098-2, Magnetic Resonance Imaging | GE HealthCare Service Shop USA



Shop Connect Repair Learn

5* About Us

Select by Part #, System ID, Serial #, Equipt

1.5T QED 16ch Hand Wrist Coil with the Cable 5768098-2

Item No.	5768098-2
Condition	New
Product Category	Magnetic Resonance Imaging
Manufacturer	GE Healthcare
Vendor Part Description	GE Healthcare
Seller	GE Healthcare
Production Type	Exchange - Return Defective




Core Exchange
 Please ship this returnable part back within the calendar time of receipt of your original part shipment. If failure to return this part within the calendar days will result in an additional charge. We encourage you to check inventory prior to adding this item to your cart.

**3. Сетунари ХХК – ийн дистрибьютерийн эрхтэй ажилладаг
Siemens үйлдвэрлэгч**

[Hand/Wrist 16 - Siemens Healthineers \(siemens-healthineers.com\)](http://Hand/Wrist-16 - Siemens Healthineers (siemens-healthineers.com))

Hand/Wrist 16

< 1 / 5 >



Hand/Wrist 16

**4. Си Ай Ти ХХК – ийн дистрибьютерийн эрхтэй ажилладаг
Canon/Toshiba үйлдвэрлэгч**

[Integrated Coils | Technology | Magnetic Resonance Imaging | MRI
Machine | Canon Medical Systems USA](#)

	<p>захиалагчийн зүгээс хуульд нийцүүлэн техникийн тодорхойлолтод шаардсан үзүүлэлтийг давуулж эсвэл дүйцүүлэн санал болгох нөхцөлийг бүрдүүлсэн бөгөөд дэлхийн MRI аппарат үйлдвэрлэгч бүх брэндүүд ижил тэгш өрсөлдөх боломжоор хангаж, бүгдэд нийцэхээр зарласан.</p> <p>“SHOULDER SMALL 6 CH – ААС ИХГҮЙ БАЙХ” ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХУВЬД тус үзүүлэлтээс ихгүй гэж зааснаас биш 6 СН БАЙХ гэж заагаагүй тул тухайн техникийн шаардлагын хамгийн дээд утгаас доошлуулсан санал болгох боломжтой юм. Иймд тус үзүүлэлтийг өөрчлөхгүй хэвээр үлдээв.</p>
<p>В) Соронзон резонанст томографийн аппаратын техникийн үзүүлэлтийн “9. Soil (Стандарт): - Flex soil, Small 4 ch – аас ихгүй байх” гэж шаардсан байна:</p> <p>- Өөрчлүүлэх хүсэлт 3: Энэ мөрний жижиг койлыг: “Flex soil, Small 4 ch – аас багагүй байх” гэж өөрчилж өгнө үү. Учир нь энэ жижиг уян койлны сувгийн тоог 6 сувгаас ихгүй гэсэн шаардлага оруулж байгаа нь Siemens компаний тухай мөрний койлны бага хүчин чадалтай байгаа сул талыг давуу байдал болгож тендерийн үзэл баримтлалыг алдагдуулж, ямар ч хамаагүй аргаа зөвхөн Сетунари ХХК-д л давуу байдал олгох үйлдэл гэж бид хардаж байна.</p>	<p>Тус тодруулгын асуултыг “Flex soil, Small 4 ch – аас багагүй байх” гэж өөрчилж өгнө үү гэж тавьсан хэдий ч доор нь дурдсан тайлбар дээрээ үндсэн тендерийн шаардлагыг “Flex soil, Small 6 ch – аас багагүй байх” гэж ойлгосон мэтээр оруулсан байна. Гэсэн хэдий ч асуултыг доорх байдлаар тавих гэсэн санаа гэж ойлгон хариултыг өгч байна. Үнд:</p> <p>Тендерийн үндсэн техникийн шаардлага “9. Soil (Стандарт): - Flex soil, Small 4 ch – аас ихгүй байх” гэж заасан байх бөгөөд тодруулгаар “Flex soil, Small 4 ch – аас багагүй байх” болгон өөрчлүүлэхийг хүссэн байна. Тус төвийн зүгээс эмчилгээ, оношилгоонд шинэ техник, технологийг нэвтрүүлж байгаагийн хувьд тухайн техникийн шаардлага нь дэлхийн 4 үйлдвэрлэгчид байх боломжтой байгаа тул өөрчлөлт оруулахгүй, хэвээр үлдээж байна.</p> <p>ҮНДЭСЛЭЛ БҮХИЙ ТАЙЛБАР 3:</p>

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 12.4. “Техникийн тодорхойлолтод тодорхой нэг аж ахуй эрхлэгчийн бараа, үйлчилгээний худалдааны нэр, патент, түүнийг эзэмшигч, үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч, эсхүл үйлдвэрлэлийн арга, гарал үүслийг тухайлан заахыг хориглоно.” гэж заасны дагуу захиалагчийн зүгээс хуульд нийцүүлэн техникийн тодорхойлолтод шаардсан үзүүлэлтийг давуулж эсвэл дүйцүүлэн санал болгох нөхцөлийг бүрдүүлсэн бөгөөд дэлхийн MRI аппарат үйлдвэрлэгч бүх брэндүүд ижил тэгш өрсөлдөх боломжоор хангаж, бүгдэд нийцэхээр зарласан.

Төндөрийн үнэлгээний хорооноос судалж, үндэслэл болгосон мэдээллийг доор зургаар оруулав.

“FLEX COIL, SMALL 4 CH – ААС ИХГҮЙ БАЙХ” ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХУВЬД:

1. Саммит медикал сервис ХХК – ийн дистрибьютерийн эрхтэй ажилладаг Philips үйлдвэрлэгч

[dStream Flex S coil MR coil | Philips Healthcare](#)



Flexibility for multiple applications

Key benefits

- Allows positioning close to anatomy to increase SNR
 - Open, non-rigid design offers imaging solutions for challenging cases
 - Delivers high resolution and extended coverage in combination with dStream Posterior coil
- An integrated coil solution for general-purpose imaging. It includes two small flexible general-purpose coils. Combined with the dStream Posterior coil, you can obtain 10 cm coverage with up to 4 elements.
- The shape and size of the flexible coil elements support a wide variety of applications, including imaging of small anatomies. The coil can be used to locally enhance resolution of images acquired over a larger field of view (FOV), for example in pediatric applications.

2. Интeрсайнс ХХК – ийн дистрибьютeрийн эрхтэй ажилладаг GE үйлдвэрлэгч

1.5T 4Ch Small Flex coil collector kit 5430694, Magnetic Resonance Imaging | GE Healthcare Service Shop USA


**Integrated Coils | Technology | Magnetic Resonance Imaging | MRI
Machine | Canon Medical Systems USA**

Integrated Coils



800.421.1488

Contact Us <



4ch Flex SPEEDER Coil

Multi-Use

Colors: 3T: Red/Blue 1.5T: Green 1.5T: Blue/Black 1.5T

- Lightweight flexible coil design ensures comfortable wearing in wide variety of positions
- SPEEDER Connectivity
- Can be combined with other Speeder coils