



1925

**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**14210 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
С.Зоригийн гудамж-2, Утас: +976-77111027
И-мэйл: info@fchm.edu.mn

2024.10.18 № 1/1612

танай _____-ны № _____-т

Тодруулга өгөх тухай

Тус эмнэлгээс зарласан “Мэс заслын багаж хэрэгсэл худалдан авах УНТЭ/20240102040/01/01” дугаар бүхий тендерт оролцогч этгээдээс ирсэн тодруулгад дараах хариуг өгч байна. Үүнд:

№	Асуулт, тодруулга	Хариу
1	<p>БАГЦ 1 Ерөнхий мэс заслын тасаг</p> <p>БАГЦ 1-1 бүтээгдэхүүн: 10 mm трокараар оруулж судас хавчих хавчаар хавчих аппликатор нэг талаасаа хавчдаг гэж заасан бөгөөд Уртын хэмжээ тодорхой бус? 31см, 42см. Зөвхөн нэг төрлөөс авах эсвэл хоёулангаас авах бол тоог тодорхой зааж өгнө үү.</p> <p>БАГЦ 1-2 бүтээгдэхүүн: L- дэгээ монополяр карл-шторцын түлэгчтэй холбогдох гэж заасан бөгөөд Уртын хэмжээ тодорхой бус? 33см, 43см. Зөвхөн нэг төрлөөс авах эсвэл хоёулангаас авах бол тоог тодорхой зааж өгнө үү.</p> <p>БАГЦ 1-5 бүтээгдэхүүн: 5 мм дурангийн тахир хайч, монополяр карп-шторцын түлэгчтэй холбогдох гэж заасан бөгөөд Уртын хэмжээ тодорхой бус? 31см, 42см. Зөвхөн нэг төрлөөс авах эсвэл хоеулангаас авах бол тоог тодорхой зааж өгнө үү.</p>	<p>1. Нэг төрлөөс авах -42см</p> <p>2. Нэг төрлөөс авах -43см</p> <p>5. Нэг төрлөөс авах -42см</p>
2	<p>Багц 2. Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс заслын тасаг</p> <p>Багц 2-1: Babcock forceps: Уртын хэмжээ тодорхой бус? 155мм 170мм, 215мм, 200мм, 220мм Зөвхөн нэг төрлөөс авах эсвэл холиж авах бол тоог тодорхой зааж өгнө үү.</p> <p>Багц 2-2: Laparoscopic babcock forceps: Урт болон диаметр тодорхой бус</p> <p>Багц 2-4: Laparoscopic hook irrigation monopolar system: Hook хэмжээ тодорхой болгох? L, J. Уртын хэмжээ тодорхой бус? 33см, 43см</p> <p>Багц 2-5: Laparoscopic spoon grasper: Трокар хэмжээ тодорхой бус? Трокор: 10мм, 5мм</p> <p>Багц 2-7: Laparoscopic needle holder Хэлбэр, Урт тодорхой бус? Шулуун, Зүүн баруун муруй, Шүдтэй шүдгүй, 29 31 35 42</p>	<p>1.Нэг төрлөөс авах -220см</p> <p>2.Нэг төрлөөс авах -155см</p> <p>4. Hook хэмжээ L -43см</p> <p>5.Трокор 10мм -1ш, Трокор 5мм -1ш</p> <p>7.Шүдтэй баруун муруй 2ш-35см</p>

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН АЛБАНҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Л.БЯМБАСҮРЭН

002855