



ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХЫГ СОНИРХОГЧ
ЭТГЭЭДЭД

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
**ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ГАЗАР**

Нийслэлийн засаг захиргааны IV байр,
4 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг,
Улаанбаатар хот, 15160-0066
Утас:(976) 7575 7807, Факс: (976) 7575 7809
Цахим шуудан: contact@ub-procurement.mn
Цахим хаяг: www.ub-procurement.mn

2024.11.06 № 03/2064

танай _____-ны № _____-т

Тодруулгын хариу хүргүүлэх тухай

Тус газраас 2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр зарласан НХААГ/20240102627 дугаартай "Ахмад настан, хүүхдийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)" нийлүүлэх тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхсон этгээдээс тендер шалгаруулалтын баримт бичигтэй холбогдуулан ирүүлсэн тодруулгад захиалагчаас өгсөн хариуг дараах байдлаар хүргүүлж байна. Үүнд:

№	Тодруулга	Тодруулгын хариу
1	Багц 3. Яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээний багаж тоног төхөөрөмж №33 Ларингоскоп нь хүүхэд болон насанд хүрэгсдэд зориулсан тусдаа 2 багаж бөгөөд тус тусаас иж бүрдэл хэрэгтэй эсэх.	Багц 3. Яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээний багаж тоног төхөөрөмж №33 Ларингоскопи нь хүүхэд болон насанд хүрэгсдэд зориулсан тус тусдаа иж бүрдэл байна.
2	№36 Дамнуурга – Өвчтөн 2 талаасаа хутгаж аваад дамнуургын толгой дээрээ түгжигддэг байх гэсэн техник үзүүлэлтийг тодорхой болгох. Хэмжээ, даац болон материал зэргийн мэдээллийг оруулах.	Дамнуурга – Өвчтөн 2 талаасаа хутгаж аваад дамнуургын толгой дээрээ түгжигддэг дээгүүрээ өвчтөн унахаас сэргийлсэн бэхэлгээтэй байх, хэмжээ нь 1700x430x90mm, даац-159кг, материал-жин ихтэй хүнийг даахуйц бат бөх материалтай байх.
3	№37 Даралтын аппарат, чагнуур- даралтын аппарат, хэмжилтийн хязгаар, хэмжээ, материал зэрэг мэдээллийг оруулах.	№37 Даралтын аппарат, чагнуур - даралтын аппаратын хэмжилтийн хязгаар: 0-300, хэмжээ: 33-47 см (Том хүн),-100 ширхэг Хүүхэд 18-26 см -50 ширхэг тус тус байна.
4	Багц 4. Лаборатори №52 Автомат пипетик Сорох хэмжээ: 2-10мл, 500-1000мл, 10-100мл, 5-50мл, 2-20мл, 20 200мл гэсэн байгаа нь лабораторийн автомат пипетикийн хувьд хэтэрхий том хэмжээ байгаа тул хэмжилтийн хязгаар (эсвэл нэгж) болон Автомат пипетик тус бүрийн шаардаж буй тоо ширхгийн мэдээллийг	Багц 4.Лаборатори №52: Автомат пипетик Сорох хэмжээ: 2-10мкл-1ширхэг, 500-1000мкл-5 ширхэг 10-100мкл,-1 ширхэг 5-50мкл-1 ширхэг 2-20мкл-1 ширхэг

	дэлгэрэнгүй оруулах.	20-200мкл-6 ширхэг Нийт 15 ширхэг байна
5	№53 Лабораторийн ширээний хэмжээ (урт, өргөн, өндөр болон бусад) тусгагдаагүй байгаа тул тодорхой оруулж өгнө үү.	№53: Лабораторийн ширээний урт: 2м, өргөн - 70см , өндөр- 83 см, дээд хананы шүүгээний урт-150м, өргөн-30 см өндөр-60 см байна. Угаалтууртай ширээний урт-12Ссм, өргөн-70см, өндөр-83см доороо татдаг шүүгээ болон хаалгатай байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсгийн дагуу тодруулгыг цахим системд нээлттэй байршуулснаар сонирхогч этгээдэд хүргүүлсэнд тооцно.