



ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХЫГ СОНИРХОГЧ
ЭТГЭЭДЭД

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
**ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ГАЗАР**

Нийслэлийн засаг захиргааны IV байр,
4 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг,
Улаанбаатар хот, 15160-0066
Утас:(976) 7575 7807, Факс: (976) 7575 7809
Цахим шуудан: contact@ub-procurement.mn
Цахим хаяг: www.ub-procurement.mn

2024.11.06 № 03/2073

танай _____-ны № _____-т

Тодруулгын хариу хүргүүлэх тухай

Тус газраас 2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр зарласан НХААГ/20240102627 дугаартай "Ахмад настан, хүүхдийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)" нийлүүлэх тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхсон этгээдээс тендер шалгаруулалтын баримт бичигтэй холбогдуулан ирүүлсэн тодруулгад захиалагчаас өгсөн хариуг дараах байдлаар хүргүүлж байна. Үүнд:

№	Тодруулга	Тодруулгын хариу
1	Автомат пипетканы тоо ширхгийг тодорхой болгож өгнө үү Тендерийн техникийн тодорхойлолтод заасан автомат пипетканы тоо 15 ширхэг гэсэн бөгөөд энэ тоо нь нийт нийлүүлэгдэх пипетканы тоо эсвэл нэг багц пипетканы тоо эсэх Тус автомат пипетканд дагалдах хошуу нь 1*96ш буюу нэг багц байж болох эсэх	2 -10мкл-1ширхэг 500 -1000 мкл - 5 ширхэг 10 -100мкл -1 ширхэг 5 - 50мкл-1 ширхэг 2 - 20мкл-1 ширхэг 20- 200 мкл - 6 ширхэг Нийт 15 ширхэг байна. Автомат пипетканы дагалдах хошуу нь 1*96 хошуу байх боломжгүй ба 1x1000,1x100, хэмжээтэй ууттай хошуунууд байна.
2	Лабораторийн ширээ: Тендерийн техникийн тодорхойлолтод лабораторийн ширээний хэмжээг заагаагүй байгаа тул хэмжээг тодруулж өгнө үү	Лабораторийн ширээний урт: 2см, өргөн-70см, өндөр-83 см, дээд хананы шүүгээний урт-150см, өргөн-30см, өндөр-60 см байна. Угаалтууртай ширээний урт-120см, өргөн-70см, өндөр-83см доороо татдаг шүүгээ болон хаалгатай байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсгийн дагуу тодруулгыг цахим системд нээлттэй байршуулснаар сонирхогч этгээдэд хүргүүлсэнд тооцно.