

ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ, ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛИЙН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024.10.23

№	Эмнэлгийн хэрэгслийн нэрс	Техникийн тодорхойлолт	хэмжээ	тоо хэмжээ	Нийлүүлэлтийн хуваарь			
					2024 он		2025 он	
					11 сар	12 сар	1 сар	2 сар
<b>Багц 1. Салст болон салстын доод давхаргыг хуулах хэрэгслүүд</b>								
1	Цус тогтоогч түлэгч хавчаар	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах		6	2	2	2	
2	IT хутга			6	2	2	2	
	нийт							
<b>Багц 2. Хоол боловсруулах замын цус алдалтыг тогтоох, хавдархөнгөвчлөх хэрэгслүүд</b>								
1	Улаан хоолойн судасны өргөсөлд тавих боолт	дунд /6 ширхэг /		140	46	47	47	
2	Дурангаар тариа хийх зүү	2.8мм ажилбарын сувгаар багтах		300	100	100	100	
3	Цус тогтоох хавчаар	2.8мм ажилбарын сувгаар багтах		400	134	133	133	
4	Ур авах уурга	2.8мм ажилбарын сувгаар багтах		300	100	100	100	
5	Ходоодонд тавих хооллох гуурсны иж бүрдэл	Техникийн тодорхойлолтоор		10	4	3	3	
6	Уян дурангаар хийгдэх тэлэгч стент /металл/	Техникийн тодорхойлолтоор		10	4	3	3	
	нийт							
<b>Багц 3. Цөс нойр булчирхай сэтгүүрдэх ажилбарын хэрэгслүүд</b>								
1	Чиглүүлэгч ERCP	3.2мм ажилбарын сувгаар багтах 0.35" инч		40	14	13	13	
2	Гурван сувагтай хөхлөг зүсэгч хутга	3.2мм ажилбарын		60	20	20	20	
3	Гурван сувагтай хөхлөг зүсэгч зүүтэй хутга	сувгаар багтах		22	8	7	7	
4	Гурван сувагтай цөсний сувгаас чулуу татагч баллон	3.2мм ажилбарын сувгаар багтах		60	20	20	20	
5	Цөсний сувгаас чулуу татагч тор	3.2мм ажилбарын сувгаар багтах		40	14	13	13	
6	Цөсний сувагт тавих урсгуур			60	20	20	20	
7	Цөсний сувагт урсгуур тавигч			60	20	20	20	
8	Цөсний сувагт тавих хамрын урсгуур			20	6	7	7	
9	Нойр булчирхайн сувгийн урсгуур	3.2мм ажилбарын сувгаар багтах		22	8	7	7	

10	Нойр булчирхайн сувгийн урсгуур тавигч			20	6	7	7	
11	Цөсны ерөнхий сувгийг тэлэгч баллон			10	4	3	3	
12	Баллон хийлэгч гар	2.8мм ажилбарын сувгаар багтах		4	2	1	1	
	нийт							
<b>Багц 4. Мэдрэлийн судасны оношлогоо болон эмчилгээний хэрэгсэл</b>								
1	Дамжуулагч гуурс	Гуяны ба шууны дамжуулагч гуурс Introducer Интродюсер /Radial and Femoral sheath/5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr хүртэл сонголттой Интродюсерийн урт -11см, 23-25 см чиглүүлэгч, хатгалтын хурц зүү, иж бүрдэл	6 FR	80	26	27	27	
2	Оношилгооны катетер /VER, Simmons 1.2, JR/	Тархины судасны оношилгоонд зориулагдсан, 4-6F, 70-120 см урттай, гидрофиль бүрхүүлтэй үзүүрийн хэсэг нь SIMMONS 1, 2, VER, Headhunter загварын		80	26	27	27	
3	Тархины судасны өргөн диаметртэй зөөлөн бичил ороомог, биомаркер, салгагчийн хамт	0.020" x 1-60cm Тархины судасны өргөн диаметртэй бичил ороомог: хүний биед харшил өгдөггүй, халууруулах үйлчилгээгүй, эд гэмтээхгүй, хоорондоо холбоотой ороомог болон түлхэгч биеэс тогтсон, ороомог утасны диаметр 0.020" /0.51 мм/, ороомог утасны урт 1-60см, стандарт болон зөөлөн бүтэцтэй, 1 удаагийн механик салгагчтай байх	All size	25	9	8	8	

4	Чиглүүлэгч сэтгүүр	0.035*150 смЧиглүүлэгч сэтгүүр 0.035 гидрофиль /Hydrophilic Guidewire/150см		80	26	27	27
5		0.035*260 смЧиглүүлэгч сэтгүүр 0.0 35 гидрофиль /Hydrophilic Guidewire/ 260см		30	10	10	10
6	Тархины судасны микро залагч сэтгүүр	0.010-0.014" х 200- 300см Тархины судасны эмчилгээнд зориулагдсан, үзүүрийн диаметр 0.010" - 0.014", үзүүрийн хэлбэрийг өөрчилж болохуйц зөөлөн, үзүүрээс үлдсэн хэсэг нь гангаар хийгдсэн, нийт урт нь 150-300см, 200см/0.014" хэмжээтэй уртасгагчтай, судасны хана гэмтээхгүй зөөлөн бүтэцтэй.	Black chika	45	15	15	15
	нийт						
<b>Багц 5. Судас бөглөгч цавуу</b>							
1	Судас бөглөгч цавуу	N-butyl cyanoacrylate-2 0.5ml		25	9	8	8
	нийт						
<b>Багц 6. Тодосгогч бодис /350/</b>							
1	Тодосгогч бодис 350-370	нэг молекулд йодын 3 атом агуулсан, ионы бус, мономер усанд уусдаг рентген тодосгогч бэлдмэл ба Фармакокинетик үзүүлэлт болох зуурамтгай чанар (37оС-т) маш бага, судсан дотуурх ажилбарт хэрэглэхэд зориулагдсан, практикт гаж нөлөө багатай 350-370мг/100мл байх,	350-370	415	139	138	138
	нийт						
<b>Багц 7. Ясны хугаралын хэрэгсэл</b>							

1	Титан түгжээт хадаас, шургийн хамт Дунд чөмөгний гандан хэсэг хугарах	АО б/з Ø8-16мм 320-400мм. Шураг: Ø3.5-4.5мм 20-60мм урттай /20-60мм урттай шураг/	Intramedullary locking nail for femur	2	1		1	
2	Титан түгжээт хадаас, шургийн хамт Шаантны гандан хэсэг хугарах	АО-гийн удирдамжын дагуу: 1.Анатомын байрлалд бэхлэх; 2.Тогтвортой бэхлэх; 3.Цусан хангамжийг хадгалах 4.Эрт үед хөдөлгөөнд оруулах зэргийг хангах , DEPUY SYNTHES Expert nail-тэй дүйцэхүйц	Intramedullary locking nail for tibia	2	1		1	
3	Титан түгжээст хадаас, шургийн хамт Атгаалын гандан хэсэг хугарах	АО стандарт ø7-8мм 180-315мм урт Шураг : Ø 4.0 мм 18-70мм	Intramedullary locking nail for humerus	2	1		1	
4	Яс орлуулагч Бүх төрлийн ясны дутмагшлын үед	1сс /5 болон 10сс хэмжээгээр савлагдсан/ Beta-tricalcium phosphate granules	TCP	5	3		2	
	НИЙТ							
<b>Багц 8. Урологийн хэрэгсэл</b>								
1	Шээлгүүрийн гуурс	Стандарт, Уян зөөлөн үзүүртэй, нэг удаагийн Boston Scientific, Cook Medical бүтээгдэхүүнд дүйцэхүйц 6.0 fr,7 fr. 70см урттай	Ureteral catheter	10	4	3	3	
2	Уян чиглүүлэгч	Нитинол материалтай, гогцоорохгүй, гидрофилик бүрхүүлтэй, шулуун үзүүртэй, Boston Scientific, Cook Medical бүтээгдэхүүнд дүйцэхүйц 0.35" 150cm	Guide wire	20	6	7	7	

3	JJ гуурс /удаан хугацааны /	JJ stent Boston Scientific, Cook Medical бүтээгдэхүүнд дүйцэхүйц, түлхэгч чиглүүлэгчтэй иж бүрдэл. 7F x 24cm, 7F x 26cm, 6F* 24cm, 6F* 26cm хэмжээний сонголттой байна.	Loop ureteral stent	10	4	3	3
4	JJ гуурс /богино хугацааны/	Polyurethane (PUR) бүтэцтэй – цусны эсэд хамгийн бага наалддаг шинж чанартай, физик химийн шинж чанараараа үрэвслийн нөлөө маш багатай, хүний биеийн температур, чийглэг орчинд зөөлрөх шинж чанар нь эдийн гэмтэл үүсгэх эрсдэлийг багасгах, Зөөлөн материалтай. Гуурсны 2 талын төгсгөл онгорхой болон битүү сонголттой. Байрлал тодорхойлох тэмдэглэгээтэй. Хэт богино долгионд мэдрэг 40см түлхэгч, чиглүүлэгчтэй. 7Fх24cm, 7Fх26cm, 6F* 24cm, 6F* 26cm. Хэмжээний сонголттой байна.	JJ stent Boston Scientific, Cook Medical бүтээгдэхүүнд дүйцэхүйц	20	6	7	7
5	Шээлгүүр тэлэгч	Boston Scientific, Cook Medical бүтээгдэхүүний чанарын шаардлагад дүйцэхүйц. Шээлгүүрийн нарийслийн үед хэрэглэх иж бүрдэл 5-7Fr	Balloon ureteral dilator set	2	1		1

6	Уян дурангийн чиглүүлэгч хоолой	Boston Scientific, Cook Medical бүтээгдэхүүний чанарын шаардлагад дүйцэхүйц. Шээлгүүрийн уян хоолой, чулуу гадагшлуулах 12Fr	Ureteral access sheet	6	2	2	2	
7	Дормагийн катетр	Boston Scientific, Cook Medical бүтээгдэхүүний чанарын шаардлагад дүйцэхүйц. Чулуу гадагшлуулах шулуун уура 2.4fr-120cm	Stone basket tipless	6	2	2	2	
8	Дормагийн катетр N-Circle	Boston Scientific, Cook Medical бүтээгдэхүүний чанарын шаардлагад дүйцэхүйц. Чулуу гадагшлуулах шулуун уура 2.4fr-120cm N-Circle	Stone basket, Helical design	6	2	2	2	
9	Дормагийн катетр N-Trap	Boston Scientific, Cook Medical бүтээгдэхүүний чанарын шаардлагад дүйцэхүйц. Чулуу гадагшлуулах шулуун уура 3.1fr-120cm N-Trap	Stone basket, parachute design	6	2	2	2	
10	Түрүү булчирхайн ногоон Фолей катетер 3 замтай 22fr	3 замтай, 22fr, 40cm урт, 50-70 мл баллонтой. Био нийцлийг хангасан силикон уян хатан полимерэн дотор бүрхүүлтэй, зөөлөн латекс гадартай, юлүүрэн төгсгөл нь уутны холбогчид найдвартай бэхлэгддэг. 22Fr	Haematuria balloon catheter Urotech ногоон гуурс.	14	4	5	5	
11	Силикон гуурс Солонгос	Силикон гуурс 2 замтай, 100 хувь силикон, 10-30 мл боллонтой, мохоо үзүүртэй 16ch 18ch 20ch 22ch	Urethral tube Солонгос гуурс.	12	4	4	4	
	НИЙТ							
<b>Багц 9. Нефростомын хатгалт болон цистостомын гуурс</b>								

1	Цистостом гуурсны иж бүрдэл	Полиуритан(PUR) материалаар хийгдсэн, уян гахайн сүүлэн үзүүртэй, баллонтой (давсагт хийлэгдэн гацах зориулалттай), уут холбох адаптортой, Тэмдэглэгээтэй Boston Scientific, Cook Medical бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц 14 Fr	Supra-fix puncture set with pigtail with Balloon	10	4	3	3
2	Нефростомын хатгалтын иж бүрдэл	Boston Scientific, Cook Medical бүтээгдэхүүний чанарын шаардлагад дүйцэхүйц 10Fr, 12Fr	nephrostomy puncture set	10	4	3	3
3	Угаалгын гуурс	Ү хэлбэртэй дурангийн мэс заслын үед угаалгын натри хлоридын уусмалыг дуран руу оруулах нарийн зөөлөн резенэн хошуутай силикон өргөн диаметртэй дуслын хяналттай систем гуурс, Иж бүрдэл		14	4	5	5
	НИЙТ						

№	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нэр	Тун хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт	тоо хэмжээ	Нийлүүлэлтийн хуваарь				
					2024 он		2025 он		
					11 сар	12 сар	1 сар	2 сар	
<b>БАГЦ 10. АМИЛУУЛАХ ТУСЛАМЖИЙН ЭМ</b>									
1	Допамин	0.5%-5мл		900	225	225	225	225	
2	Норэпинефрин	0.2%-4мл		1,050	300	250	250	250	
3	Добутамин	5%-5мл		210	60	50	50	50	
4	Эпинефрин	0.1%-1мл		750	150	200	200	200	
	Нийт								
<b>БАГЦ 11. ТАРХМАЛ ХАТУУРЛЫН ЭМ</b>									
1	Офатумумаб	20мг-0.4мл		8	2	2	2	2	
	Нийт								
<b>БАГЦ 12. АМИН ХҮЧЛҮҮД</b>									
1	Амин хүчлийн уусмал	8.5%-250		40	10	10	10	10	
2	Тосны эмульсын тарилга	20%-250мл		16	4	4	4	4	
3	Амин хүчил + Глюкозын уусмал + тосны эмульсын гурвалсан уусмал	1000 мл хүртэл		100	25	25	25	25	
4	Амин хүчил + Глюкозын уусмал + тосны эмульсын гурвалсан уусмал	300 мл- с дээш		80	20	20	20	20	
	Нийт								
<b>БАГЦ 13. МЭС ЗАСЛЫН АРИУН БЭЭЛИЙ</b>									
1	Бээлий ариутгасан /Мэс заслын/	№6.5	Дээж ирүүлэх	300	75	75	75	75	
2		№7	ASTM D3577 стандарт хангасан. Зузаан- 0.10мм доошгүй, Талькгүй, харшил өгдөггүй, бат бэх чанар-24MPa бугуй давсан урттай, буцаж эргэж хуйлархаас сэргийлсэн, хөдөлгөөнд саадгүй, утас гулсалтаас сэргийлсэн системтэй ASTM D5712 тестээр баталгаажсан. Дээж	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
3		№7.5		4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
4		№8		800	200	200	200	200	
	Нийт								
<b>БАГЦ 14. ҮЗЛЭГИЙН БЭЭЛИЙ</b>									
1	Үзлэгийн бээлий	латекс М	талькгүй, 230мм доошгүй урттай, 0.05мм доошгүй зузаантай, EN455	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
2		латекс S	ASTM D6319, D3578, D5250, D6977, EN374 стандарт хангасан.	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
3	Үзлэгийн бээлий нитрил	Нитрил	Химийн бодисод тэсвэртэй байх	400	100	100	100	100	
4	Үзлэгийн бээлий	Венил		400	100	100	100	100	
	Нийт								
<b>БАГЦ 15. ДУСЛЫН СИСТЕМ</b>									
1	Дуслын систем	0.00	23G эрвээхэй зүүтэй, хий гаргагчтай, наалттай	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
2	Дуслын систем	22G буюу хүрэн зүүтэй, резинтэй	22G буюу хүрэн зүүтэй, резинтэй	800	200	200	200	200	
3	Цусны систем	170-260ммк шүүлтүүртэй, зүү-18G нэг удаагийн	170-260ммк шүүлтүүртэй, зүү-18G нэг удаагийн	400	100	100	100	100	
4	Нэг удаагийн тариур /Түгжээтэй/	3 гр	Зүү нь хурц иртэй, бүлүүрийн завсраар шингэн урсахгүй, жигд шахагддаг байх, дээж ирүүлэх	120	30	30	30	30	
5	Нэг удаагийн тариур /Түгжээтэй/	5 гр	Зүү нь хурц иртэй, бүлүүрийн завсраар шингэн урсахгүй, жигд шахагддаг байх, дээж ирүүлэх	120	30	30	30	30	
	Нийт								
<b>БАГЦ 16. ХУРУУ ШИЛ /ВАКУМТЕЙНЕР</b>									
1	Эдтатой вакумтейнер	3мл	Улаан хуруу шил бүлэгнэлтийг идэвхижүүлэгчтэй байх	72,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
2	Цитраттай вакумтейнерт/	2.7мл	2.7-3.0 мл сорьц цуглуулах хэмжээтэй	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
3	Хоосон вакумтейнер /clot activator/	5мл	Шар хуруу шил хуванцар байх	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4	Ногоон тагтай вакумтейнер	2.7 мл	Цитраттай хуруу шил 2,7 тл хэмжээтэй байх	1,600	400	400	400	400	
5	Шар тагтай вакумтейнер	5мл		12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
6	Вакумтейнерийн зүү	0		52,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	Нийт								
<b>БАГЦ 17. МЭС ЗАСЛЫН УТАСНУУД</b>									
			Дээж ирүүлэх						



1	Викрил №0	1 зүүтэй 36мм	5/8 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх. POLYGLACTIN. Антибиотикын бүрхүүлтэй	1,140	285	285	285	285
2	Викрил №1	1 зүүтэй 40мм	5/8 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх POLYGLACTIN. Антибиотикын бүрхүүлтэй,	120	30	30	30	30
3	Викрил №2	1 зүүтэй 40мм	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх. POLYGLACTIN Антибиотикын бүрхүүлтэй	160	40	40	40	40
4	Викрил №2-0	1 зүүтэй 26мм	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх POLYGLACTIN Антибиотикын бүрхүүлтэй	920	230	230	230	230
5	Викрил №3-0	1 зүүтэй 26мм	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх POLYGLACTIN Антибиотикын бүрхүүлтэй	800	200	200	200	200
6	Викрил №4-0	1 зүүтэй 19мм	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх POLYGLACTIN Антибиотикын бүрхүүлтэй	140	35	35	35	35
7	Пролене №0	1 зүүтэй 40мм	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх Polypropylene Антибиотикын бүрхүүлтэй	140	35	35	35	35
8	PDS №4-0	2 зүүтэй 17-26 мм	1/2 эргэлттэй, 70-90см урттай, 24мм -ээс дээш бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх Polydioxanone Антибиотикын бүрхүүлтэй	320	80	80	80	80
9	PDS №2-0	2 зүүтэй 26 мм	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх Polydioxanone Антибиотикын бүрхүүлтэй	120	30	30	30	30
10	PDS №0	1 зүүтэй 36мм	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх Polydioxanone Антибиотикын бүрхүүлтэй	60	15	15	15	15
11	PDS №5/0	2 зүүтэй 16-20мм	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх Polydioxanone Антибиотикын бүрхүүлтэй	80	20	20	20	20
12	LOOP PDS №1	1 зүүтэй 48мм 150см гогцоо утастай	1/2 эргэлттэй, 150см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх Polydioxanone Антибиотикын бүрхүүлтэй	160	40	40	40	40

13	Пролене №6/0	1 зүүтэй 13мм	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх Polypropylene Антибиотикын бүрхүүлтэй	41	10	10	10	10
14	Пролен № 5-0	1 зүүтэй 17мм	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх Polypropylene Антибиотикын бүрхүүлтэй	80	20	20	20	20
15	Пролен № 6-0	1 зүүтэй 13мм	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх Polypropylene Антибиотикын бүрхүүлтэй	41	10	10	10	10
16	Этибонд №2-0	Бөөрөнхий 26 мм 2 зүүтэй 90 см	Ethicon Johnson&Johnson дүйцэхүйц	40	10	10	10	10
17	Этибонд №0	Бөөрөнхий 31мм 1 зүүтэй 75 см	Ethicon Johnson&Johnson дүйцэхүйц	4	1	1	1	1
18	ПолиПролен 6-0	Бөөрөнхий 1 зүүтэй 13мм		12	3	3	3	3
19	ПолиПролен 7-0	Бөөрөнхий 1 зүүтэй 13мм	1/2 эргэлттэй, 60см урттай, double-armed 2 зүүтэй, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх Polypropylene Антибиотикын бүрхүүлтэй	12	3	3	3	3
20	Нейлон № 10-0	2 зүүтэй 5.5 мм	1/2Эргэлттэй, 30см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх POLYGLACTIN. Антибиотикын бүрхүүлтэй,	13	3	3	3	3
21	Нейлон № 5-0	2 зүүтэй 5.5 мм	1/2Эргэлттэй, 30см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх POLYGLACTIN. Антибиотикын бүрхүүлтэй,	21	5	5	5	5
	Нийт							
<b>БАГЦ 18. МЭС ЗАСЛЫН БУСАД УТАС</b>			Дээж ирүүлэх					
1	Пролен 4-0	Бөөрөнхий 1 зүүтэй 13-17мм	1/2 эргэлттэй, 75см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх Polypropylene Антибиотикын бүрхүүлтэй	120	30	30	30	30
2	Викрил №2- 0	1 зүүтэй 26мм		960	240	240	240	240
3	Викрил №3-0	1 зүүтэй 26мм		960	240	240	240	240
4	Викрил №0	1 зүүтэй 36мм		960	240	240	240	240
6	Силк	зүүгүй 10*75 см	Ethicon Johnson&Johnson дүйцэхүйц	120	30	30	30	30
7	Силк	зүүтэй 10*75 см		120	30	30	30	30
	нийт							
<b>БАГЦ 19. ХОДООД, БҮДҮҮН ГЭДЭСНИЙ НЭГ УДААГИЙН БИОПСИНЫ ШИПЦЫ</b>			Дээж ирүүлэх					
1	1 удаагийн биопсины шипцы	3.2 мм диаметрт хэрэглэх, урт 230 см, хавчигч хошуу 2 талаасаа хөдөлгөөнтэй	Ходоод дээд гэдэсний замын дурангийн үед өөрчлөлтэй хэсгээс эд авах 1 удаагийн хавчуур /хямсаа/ ажилбарын суваг 2.8 мм-т диаметр, урт 165 см	300	75	75	75	75
2	1 удаагийн биопсины шипцы	2.8 мм-т диаметр хэрэглэх, урт 165 см, хавчигч хошуу 2 талаасаа хөдөлгөөнтэй	Бүдүүн гэдэсний дурангийн үед өөрчлөлтэй хэсгээс эд авах 1 удаагийн хавчуур /хямсаа/ ажилбарын суваг 3.2 мм диаметрт хэрэглэх, урт 230 см	300	75	75	75	75
	нийт							
<b>БАГЦ 20. САХАР ХЭМЖИХ ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ</b>			Дээж ирүүлэх					
1	Глюкометрийн тест	№50	Агiа аппаратад таарах	200	50	50	50	50
2	Ланцет зүү	№1		2,800	700	700	700	700

	Нийт							
<b>БАГЦ 21 Төвийн венийн иж бүрдэл</b>								
1	Төвийн венийн иж бүрдэл	Fr-8,5, 2 салаа, 14G, 16G	2 салаа, Valve зүү 18G*70мм, катетр 7F диаметртэй 20 см урт, В/BRAUN тай дуйцэхүйц	120	30	30	30	30
2	Төвийн венийн иж бүрдэл	Fr-8,5, 3 салаа, 16G, 16G, 18G		120	30	30	30	30
Нийт								
<b>БАГЦ 22 ГЕМОДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ УУСМАЛ / НИПРО/</b>								
1	Цууны хүчил	30%-5 литр		2	1	1	1	1
2	Натрийн гипохлорид	5%-2.5л		2	1	1	1	1
3	Диализын усны системн цаасан шүүлтүүр	5 микрон 50см*6см		2	1	1	1	1
4	Усны системн UV шүүлтүүр	0.22 микрон 50см*6см		2	1	1	1	1
5	Эмчилгээний ус зөөлрүүлэгч давс	25 кг		4	1	1	1	1
6	Гемодиализын ацетатын уусмал	5000 мл		500	125	125	125	125
7	Натрийн гидрокарбонат	5000 мл		500	125	125	125	125
8	NCU-18 аппаратны Citrix50H цэвэрлэгээний уусмал	5000мл		2	1	1		
10	NCU-18 аппаратны UV арын шүүлтүүр	NCU-18		1	1			
Нийт								
<b>БАГЦ 23. ГЕМОДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ</b>								
1	Гемодиализийн магистрал гуурс	ком		300	75	75	75	75
2	Гемодиализийн дабль гуурс	набор		10	3	3	3	1
3	Гемодиализийн фистул зүү	1.6*25		400	100	100	100	100
Нийт								
<b>Нийт төсөв</b>								

№	Урвалж оношлуурын нэр	Тун хэмжээ	савлалт	нийт тоо	Нийлүүлэлтийн хуваарь			
					2024 он		2025 он	
					11 сар	12 сар	1 сар	2 сар
<b>БАГЦ 24 ТҮРГЭВЧИЛСЭН ОНОШЛУУР</b>								
1	HBsAg тавцантай	№100ш	хайрцаг	23	5	15	3	
2	Anti HCV тавцантай	№100ш	хайрцаг	23	5	15	3	
3	ДОХ ын тест	№100	хайрцаг	18	5	10	3	
4	Тэмбүүгийн түргэвчилсэн оношлуур	№100	хайрцаг	10	5	5		
5	МоноклонАнти А	Флакон	хайрцаг	60	20	20	20	
6	МоноклонАнти В	Флакон	хайрцаг	60	20	20	20	
7	МоноклонАнти D	ширхэг	хайрцаг	60	20	20	20	
8	АНГ	ширхэг	хайрцаг	15		5	10	
9	Liss	ширхэг	хайрцаг	15		5	10	
10	Хувийн тохиороны хуруу шил	200ш	хайрцаг	4		2	2	
11	One step, Rapid, Immunochromatographic test for the detection of Helicobacter pylory Antigen in Human Faecal Specimens	25 Ш	хайрцаг	20	0	10	10	
12	One step, Rapid, Immunochromatographic test for the detection of FOB Human Faecal Specimens (өтгөнд далд цус илрүүлэх)	25 Ш	хайрцаг	18	0	9	9	
13	СОЭ автомат пипетка/нэг удаагийн/	0-180 mm хэмжээтэй 2,5мм диаметртэй нэг удаагийн УЭТХ тодорхойлох автомат пипетка	0	4	1	1	2	
14	Бүлэг, тохиороны нэг удаагийн дусаагуур	ширхэг	0	4	1	1	2	
	Нийт							
<b>БАГЦ 25. ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН УРВАЛЖУУД</b>								
1	Эд хадгалах уут /Биоаюулгүйн тэмдэгтэй /	25x15см, 100 ширхэг 1 боодол	хайрцаг	3	1	1	1	
2	Декалцификация /Decalcification/	1000 ml	фл	1	1			
3	Жиллийн гематоксилин	800 ml	фл	3	1	1	1	
4	Эозин	800 ml	фл	3	1	1	1	
5	Бүрхүүл шил	100 ширхэг 1 боодол	хайрцаг	15	5	5	5	
6	Тавиур шил /цайртай/	100 ширхэг 1 боодол	хайрцаг	29	9	10	10	
7	Микротомын хутга	50 ширхэг 1 боодол	хайрцаг	6	2	2	2	
8	Бальзам	1000ml	хайрцаг	1	1	0	0	
9	Эдийн кассет	1000 ширхэг 1 боодол	хайрцаг	3	1	1	1	
<b>БАГЦ 26. БАКТЕРЛОГИЙН УРВАЛЖУУД</b>								
1	Хонины цус	500 мл	пач	12	4	4	4	
2	1мкл-н хэмжээтэй нэг удаагийн гогцоо	500 ш	хайрцаг	12	4	4	4	
3	Моксифлоксацин	50 ш	хайрцаг	5			5	
4	Пиперациллин+тазобактам	50 ш	хайрцаг	5		5		
5	Цефипем	50 ш	хайрцаг	24	8	8	8	
6	Азитронам	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
7	Цефиксим	50 ш	хайрцаг	24	8	8	8	
8	CNA agar	500 гр	хайрцаг	1		1		
9	Chromobiocandida agar	500 гр	хайрцаг	1	1			
10	Chromobioenterococcus agar	500 гр	хайрцаг	1	1			
11	Тикарциллин клавуланы хүчилтэй	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	

12	стрептококк А групп латекс	25 ш	хайрцаг	2	1	1		
13	Зөөврийн бамбарт орчинтой савх	100 ш	хайрцаг	3	1	1	1	
14	Цефтазидим клавулантай	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
15	Новобиоцины диск	50 ш	хайрцаг	5			5	
16	10 мкл-н хэмжээтэй нэг удаагийн гогцоо	500 ш	хайрцаг	3	1	1	1	
17	Мюллер хинтон агар	500гр	хайрцаг	6	2	2	2	
18	Колумби цустай агар	500гр	хайрцаг	3	1	1	1	
19	Макконг агар	500гр	хайрцаг	2		1	1	
20	Гентамицин 120 мг	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
21	Гентамицин 10мг	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
22	Ампициллин	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
23	Ампициллин+ сульбактам	50 ш	хайрцаг	10		5	5	
24	Амоксациллин + клавулоны хүчил	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
25	Эритромицин	50 ш	хайрцаг	10		5	5	
26	Хлорамфеникол	50 ш	хайрцаг	10		5	5	
27	Цефазолин	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
28	Цефокситин	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
29	Цефтриаксон	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
30	Цефатаксим	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
31	Ципрофлоксацин	50 ш	хайрцаг	24	8	8	8	
32	Цефдазидим	50 ш	хайрцаг	24	8	8	8	
33	Котримексазол	50 ш	хайрцаг	30	10	10	10	
34	Флуконазол	50 ш	хайрцаг	3	1	1	1	
35	Офлоксацин 5мг	50 ш	хайрцаг	10		5	5	
36	Тобрамицин 10мг	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
37	Левовфлоксацин	50 ш	хайрцаг	24	8	8	8	
38	Клиндамицин	50 ш	хайрцаг	5			5	
39	Доксациллин	50 ш	хайрцаг	10		5	5	
40	Тетрациклин	50 ш	хайрцаг	10		5	5	
41	Бензоатин пенициллин	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
42	Ванкомицин Е тест	50 ш	хайрцаг	5	1	2	2	
43	Ванкомицин	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
44	Импеним	50 ш	хайрцаг	10		5	5	
45	Меропеним	50 ш	хайрцаг	24	8	8	8	
46	Нитрофурантоин	50 ш	хайрцаг	10		5	5	
47	Азитромицин	50 ш	хайрцаг	5			5	
48	Кларитромицин	50 ш	хайрцаг	5			5	
49	Амикацин	50 ш	хайрцаг	15	5	5	5	
50	Грамммын будаг	4*250 мл	хайрцаг	6	2	2	2	
51	Бацитрины диск	50 ш	хайрцаг	2			2	
52	Ути хром агар	500 гр	хайрцаг	3	1	1	1	
53	Петрийн аяга/шилэн 90мм/	100 ш	хайрцаг	3	1	1	1	
54	Петрийн аяга/ нэг удаа 2 сектортой/	500 ш	хайрцаг	6	2	2	2	
55	Петрийн аяга/1 удаагийн 90мм бүхий/	500 ш	хайрцаг	9	3	3	3	
56	Нэг удаагийн ариун шинжилгээний сав 40 мл	500 ш	хайрцаг	1			1	
57	Нэг удаагийн ариун шинжилгээний савтай савх	150 ш	хайрцаг	21	7	7	7	
58	Шоколад агар суурь	500 гр	хайрцаг	2	1		1	
59	Өсөлтийн фактор /Growth factor mixture hydration fluid/	5 ш	хайрцаг	11		1	10	
60	Тавиур шил	50 ш	хайрцаг	18	6	6	6	
61	Туулай ийлдэс	25 мл	хайрцаг	2		1	1	
62	Кетоконазол	50 ш	хайрцаг	2		1	1	
63	Клотримазол	50 ш	хайрцаг	2		1	1	
64	Миконазол	50 ш	хайрцаг	2		1	1	
65	Нистатин	50 ш	хайрцаг	2		1	1	
