

**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага
1.	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат	ширхэг	41	<p>1. <b>Дэлгэц:</b> 8инчээс ихгүй байх хэмжээтэй өндөр нягтралтай, өөнгөт мэдрэгчтэй,ашиглахад хялба,зөөвөрлөн ашиглах боломжтой дэлгэцтэй</p> <p>2. <b>Баттерей:</b> Цэнэглэх боломжтой лити-ионы баттерейгаар тэжээгддэг байх.Баттерейны хүчдэл 8с ихгүй</p> <p>3. <b>Сувагийн тоо:</b> 6/9/12 холболтоор зүрхний цахилгаан бичлэг хийх боломжтой, зүрхний цахилгаан бичлэгийг freeze хийх боломжтой</p> <p>4. <b>Формат:</b> Sagewell ECG, PDF,BMP,HL7,DICOM,SCP зэрэг олон форматын хэлбэрээр мэдээллийг боловсруулдаг шилжүүлдэг</p> <p>5. Үйлчлүүлэгчийн өгөгдлийг хадгалах, урьдчилан харах, хянах, засах, экспортлох, байршуулах, хэвлэх боломжтой байх</p> <p>6. WIFI сүлжээнд холбогддог байх.</p> <p>7. <b>Бичлэгийн төрөл:</b> 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1 байх</p> <p>8. Компьютертэй холбогддог USB оролттой байх</p> <p>9. <b>Багтаамж:</b> 20ГБ-с дээш, монгол keyboard-тай байх</p> <p>10. <b>Цахилгаан тэжээл:</b> 220В,50гц, байх</p> <p><b>Дагалдах хэрэгсэл:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Өвчтөний кабель: 1 иж бүрдэл</li> <li>➤ 4 мөчний электрод: 1 иж бүрдэл</li> <li>➤ Цээжний бөмбөлгөн электрод: 1 иж бүрдэл 6ш</li> <li>➤ Бичлэгийн цаас: 2ширхэг / олдоц сайтай цаастай байх/</li> <li>➤ Зөөвөрлөх боломжтой цүнхтэй байх-1 ширхэг</li> <li>➤ Англи монгол гарын авлагтай байх</li> <li>➤ Аюулгүй ажиллагааны заавартай байх</li> <li>➤ 2-3 жилийн баталгаатай байх</li> </ul>