

**УВС АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИД ШААРДЛАГАТАЙ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ**

2019.02.12

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт	Зориулалт
1	Хагас автомат Кьелделийн аппарат	ш	1	Хагас автомат үйл ажиллагаатай, үр дүнг шууд харах боломжтой байх	Энэ нь хүнсний бүтээгдэхүүний уургийн хэмжээг тодорхойлох автомат багаж юм.
2	Микроскоп	ш	1	2 нүдний, Өсгөлтийн хэмжээ - 10x40x100х, 6V20W галоген ламптай, ажиллах тавцан 120мм x 120мм-с ихгүй	Нян судлалын лабораторид нянгийн өсгөлт тодорхойлно.
3	Ламинар бокс	ш	1	HEPA агаарын хэвтээ урсгалын давхар шүүлтүүртэй. Өндөр хүчин чадалтай HEPA шүүлтүүртэй, 0,3 мкм –ийн ширхэгт зүйлийг шүүх чадал нь 99.99% хүрдэг байх. Долгионы урт - 253,7 нмЛамп – 20W-ийн UV ламптай байх	Ургамлын үр хорио цээрийн лабораторид ургамлын өвчин зэрэг хорио цээрийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход ариун нөхцөлд ургалт хийх
4	Шатаах зуух	ш	1	0°C-3000°C-ийн температурын заалттай, автомат тохируулгатай.	Үр тариа болон ургамлын урийн соёлолт тодорхойлоход үр ургах элсийг шатаан ариутгах, эрдэс бодис тодорхойлох
5	Центрофуг	ш	1	Автомат тохируулгатай, 2000г/min, 8 хуруу шилний багтаамжтай, жижиг оврын, зөөвөрлөн ашиглах боломжтой	Бичил биетэнийг ялган дүйнэ. Мөн сүү, сүүн бүтээгдэхүүний тослогийг ялгана.
6	Лабораторийн ширээ, хоёр талаасаа ажилладаг	ш	1	2 талаасаа ажилладаг, тавцангийн дээр тавиуртай, химийн бодис хийх татлагаатай, зэвэрдэггүй материалаар хийгдсэн, тавцан нь хүчил шүлт, органик уусгагч, химийн бодист тэсвэртэй, угаасан шил савыг хатаах өлгүүртэй, Крант, тосгууртай, 3-аас багагүй метрийн урттай.	Хими, хор судлалын лабораторийн сорилт шинжилгээ гүйцэтгэнэ.
7	Татах шүүгээ	ш	1	Зэвэрдэггүй, химийн бодис, халуунд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, доороо зориулалтын шүүгээтэй, автомат удирдлагатай байх	Химийн бодисын ууршилтыг гадагшлуулах.

8	рНметр	ш	2	Хэмжих хязгаар 0-14 рН, Температур -30-+30°C, батареигээр ажиллах боломжтой	Тэжээлт орчны орчин рН-ыг хэмжих, бохир усны шинжилгээнд ашиглах
9	Усан банн	ш	2	Автомат тохируулгатай, 4 секцтэй байх	Тэжээлт орчин бэлдэх, ууршуулалт хийх
10	Зейтцийн аппарат	ш	1	Шүүлтүүр, тосгуурын багтаамж 500 мл-ээс багагүй, урсгалын хурд 22 л/мин, хуванцар болон шилэн материалтай.	Бохир усны шинжилгээнд ашиглах
11	Шил сав урвалж бодисын шүүгээ	ш	1	Химийн бодис тэсвэртэй, зэвэрдэггүй материалаар хийгдсэн байх	Бохир усны шинжилгээнд ашиглах
12	Дээжийн сав	ш	2	10 литрийн багтаамжтай. Түгжигдэх боломжтой, хүйтэн даах чадвартай материалаар хийгдсэн, хөнгөн авсаархан байх	Дээжийг авч зөөвөрлөхөд ашиглана.
13	НИЙТ	ш	15		

Судалгаа гаргасан: Лабораторийн эрхлэгч  Д.Цэвэлмаа

Хянасан: Дарга  Ц.Мөнхбаяр

