

## Техникийн тодорхойлолт

**Тус амаржих газарт Arthrex брэндийн Synergy HD3 System, AR-3210-0003 маркын аппарат ашиглагддаг тул доорх эмнэлгийн хэрэгслүүд уг төхөөрөмжинд тохирч, ашиглахаар шаардлага хангасан байх. Багц тус бүр дээр дээжүүдийг ирүүлэх.**

	Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгслийн нэр	ОУ-ын нэршил	Тоо ширхэг	Хэмжээ	Савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Гарал үүсэл
БАГЦ 1	1	S0241	Судас болон эдийг түлж тайрах дурангийн гар 1	ligasure laparoscopic	36	Диаметр -5 мм, багажны урт 37см, түлэх хэсгийн урт 18мм болон түүнээс богино, хайчлах хэсгийн урт 12 мм.	1 удаагийн ариутган савласан	Хавчих, диссекци хийх , түлэх хайчлах үйлдлийг нэгэн зэрэг хийх боломжтой байх, түлэх хэсэг нь 360 градус эргэх боломжтой.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
БАГЦ 2	1	S0236	Судас болон эдийг түлж тайрах дурангийн гар 2	Aescular	83	Түлэгч хайч, 5-7 мм диаметртэй, муруй 3 мм хүртэлх судас болон эдийг хайчилж түлэх муруй хэлбэртэй бариултай хайч. Урт нь 37 см, диаметр нь 5.5 мм	1 удаагийн ариутган савласан	Эргэгч цагирагны тусламжтайгаар 360 градус эргэдэг бөгөөд хамгаалагч бүрхүүлтэй. Бариулаас хэт авианы скальпелд холбох урсгал хлбогчтой. Идэвхитэй бранш нь титан, муруй, 50-100 мкм далайцтай, 55.5 кгц давтамжаар чичирнэ. Идэвхитэй браншийн урт 15 м, өргөн нь 1.5 мм, өндөр 2.2мм. Идэвхигүй бранш дээр ховилтой пластик толботой. Идэвхигүй браншийн урт 16 мм, өргөн 2.5 мм, өндөр 0.5 мм.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
БАГЦ 3	1	S0243	Дурангийн портууд	Laparoscopic trocar	12	12мм	1 удаагийн ариутган савласан	Гадна амсрын клапан сайн, ир сайтай амархан мохохгүй байх(хурц иртэй). Хэрэглэхэд тохиромжтой, хэвлийн хэсэгт бат бөх суурилж чаддаг. Мэс заслын үед CO2 хийг хамгийн бага алдах боломжийг бүрдүүлсэн. Тунгалаг суваг нь мэс	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	2	S0244			215	10мм	1 удаагийн ариутган савласан		

БАГЦ 4	3	S0245			468	5м	1 удаагийн ариутган савласан	заслын үеийн алхам бүрийг хянах боломж олгодог байх. Манан зайлуулах филтртэй .	
	4	S0381	Дурангийн угааж соруулах бүрдэл	Disposable suction irrigation system	108	Диаметр 5/10/12 мм, урт 330/390/410мм	1 удаагийн ариутган савласан	Угаах болон соруулах 2 ширхэг гүүрстай дурангийн соруулгатай байх, Угаах, соруулах 2 товчлууртай, 1 удаагийн хэвлий угаах, соруулах аппараттай холбож ажиллуулах боломжтой байх. 32 см урт, 5мм диаметртэй төмөр сорогч хошуутай. Гарандаа сорох, угаах кранттай.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	5	S0079	Эрхтэн гаргагч уут	Disposable endo-bag	108	75-200мл хэмжээтэй.	1 удаагийн ариутган савласан	Пластик материалтай бат бөх, амархан урагдахгүй Чиглүүлэгчтэй Полипролин материалаар хийгдсэн уутны амсар нь эд оруулж түгжих зориулалттай.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	1	S0382	Судас болон эдийг түлж тайрах гар	Open ligasure	48	0.5мм 37см-15см	1 удаагийн ариутган савласан	0,5мм 37 см ethicon болон covidien брэндтэй дүйцэхүйц	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	2	S0362	Мэс заслын автомат хавчаар	Surgical autoclip	24	1 картрижэд 6 клиптэй, картрижээр	1 удаагийн ариутган савласан	LS -300 medium large large титанин үдээс, чанар сайтай, амархан хугардаггүй байх, зөрж хавчдаггүй, хавчихад мултардаггүй байх. 10 мм-4 ширхэг, 5мм-1 ширхэг клипапликатор дагалдах. Бар код наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	3	S0361	Хэвлийн гуурс вакумтай	Abdominal vacuum tube	168	№16	1 удаагийн ариутган савласан	16 размерийн силикон нэг удаагийн ариутгасан вакуум сорогчтойгоо, хэвлийн гуурс нь 4 каналтай, хэвлийд тавих зориулалттай зөөлөн гуурс байх. Бар кодны наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан

	4	S0228	Арьс үдэгч	Skin stapler	122	Single use, stainless stall, number -35 staps	1 удаагийн ариутган савласан	Арьс үдэх зориулалттай, нэг удаагийн хэрэглээний байна.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	5	S0078	Угааж соруулах гар	Suction and irrigation catheter	60		1 удаагийн ариутган савласан	Төмрөн сорогч хошуу гарны хамт, гарандаа угаах, сорох кранттай.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
БАГЦ 5	1	S0380	Өндөр давтамжит түлэлтийн зүү	Proteus cool tip	36	17 G, 250m, 5-30	1 удаагийн ариутган савласан	Cool-tip RF аппаратанд тохирох, нэг удаагийн, 17G шулуун урт зүү, залгуур утас бүхий иж бүрдэл. Түлэлтийн см-ийг тохируулдаг байх	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
БАГЦ 6	1	S0262	Давсаг сойх тор	TOT mesh	48	Чиглүүлэгчтэй полипролин материалтай.	1 удаагийн ариутган савласан	Полипролеин шимэгдэхгүй монофиламент тор. Тор нь эдэд гэмтэл үүсгэхээргүй гөлгөр зөөлөн ирмэгтэй. Хөнгөн нимгэн уян хатан нэмэлт оёдолгүйгээр бэхлэгдэнэ. Баруун зүүн 2 талын 2 ширхэг ган чиглүүлэгчтэй, чиглүүлэгчийн үзүүр нь тортойгоо нэг алхамаар холбогдсон. Helical хэлбэртэй. Тохиргоо хийх боломжтой байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	2	S0061	LOOP гогцоо	Loop electrosurgical procedure	120	10*10мм 11 см, 15мм*12мм 11 см, 5мм diameter 11 см	1 удаагийн ариутган савласан	Чанарын шаардлага хангасан байх. Бар кодны наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан