

## Техникийн тодорхойлолт

1. **Захиалгачийн нэр:** Нийслэлийн түргэн тусалмжийн төв
2. **Барааны тодорхойлолт:** Багаж, техник хэрэгсэл
3. **Стандарт:** Барааны техникийн тодорхойлолтонд заасны дагуу бэлтгэн ирүүлэх
4. **Баглаа, боодол:** Үйлдвэрийн стандарт сав баглаа боодол
5. **Чанарын баталгаат хугацаа:** 1 жилээс дээш
6. **Бараа хүргэх газар:** *Сүхбаатар дүүргийн 6-р хороо Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн автобааз аж ахуйн хангамжийн албанд*
7. **Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь**

### Багц №2 Эмнэлгийн болон автомашины багаж төхөөрөмж

1	Зүрхний бичлэгийн аппарат	ш	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 каналттай</li> <li>- Өгөгдөл дамжуулалт: 18bit/1000Hz</li> <li>- Бичлэгийн горим: Manual mode; Auto 1; Auto 2; Auto 3</li> <li>- Филтер: AC, EMG drift Filter</li> <li>- Оролтын утга: <math>\leq 0.1\mu A</math></li> <li>- Оролтын эсэргүүцэл : <math>\geq 2.5M\Omega</math></li> <li>- Тохируулгын хүчдэл : <math>1mV\pm 2\%</math></li> <li>- Тогтворжих хугацаа <math>&gt; 3.2s</math></li> <li>- Давтамжийн утга : 0.05 ~150Hz</li> <li>- Бичих хурд: 25,50mm/s(<math>\pm 3\%</math>)</li> <li>- Хэвлэх горим: Дулааны аргаар</li> <li>- Цаасны хэмжээс: 50mmx20mm</li> <li>- LCD дэлгэц: 20x2 character LCD display status.</li> <li>- Стандарт: IEC60601-1 class I, type CF</li> <li>- Тэжээл хангамж: AC: 110V/220V/85~265V,50/60Hz<math>\pm 1</math>Hz;30VA DC : 12V(1500mAh)</li> </ul>
2	Автомашины компьютер оношлогооны аппарат	ш	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Загвар: Launch X431V төхөөрөмж</li> <li>- Үйлдэлийн систем: Android 7.0</li> <li>- CPU: Quad-core 1.3GHz processor</li> <li>- Ажиллах цаг: 7000mAh</li> <li>- Memory: 1GB</li> <li>- Багтаамж: 16GB</li> <li>- LCD дэлгэц: 0.1 инч</li> <li>- LCD дэлгэцний хэмжээ: 1280*800</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Камерь: 5.0 mega pixels and 2.0 mega pixels front</li> <li>- Wi-Fi: Support 802.11a/b/g/h, Bluetooth</li> <li>- Ажиллах температур: 0°C - 45°C</li> <li>- Хадгалах температур: -20°C - 70°C</li> </ul>
3	Гар станц	ш	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Гаралтын чадал: 4/5Ватт</li> <li>- Суваг: 16</li> <li>- MIL STD 810 CDE болон IP-54, ALT шалгууруудыг хангасан</li> <li>- Давтамжийн зурвас: 150-174, 403-425, 450-470 мгц</li> <li>- Цэнэг бүрэн авалтын хугацаа 4-6 цаг</li> <li>- Цэнэгээ барих хугацаа 8-11 цаг (10% нэвтрүүлж 90% хүлээх горимд NI MH батерей)</li> <li>- Стандарт түргэн цэнэглэгчтэй</li> <li>- Станцийн иж бүрдэлд станц, батерей, антенн, бүсний хавчаар, түргэн цэнэглэгч заавар холбогдох материалууд</li> <li>- Жин 420гр-с ихгүй</li> </ul>