



**АХМАД НАСТАН, ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВД ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТОО ХЭМЖЭЭ**

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. Нийлүүлэгдэж буй тоног төхөөрөмж нь бүгд шинэ, баталгаат хугацаа 2 жил байна.

№	Нийлүүлэгдэх бараан нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тавигдах шаардлага
1	Хаш чулуун ор	ш	1	 <p>Физик эмчилгээний зориулалттай.</p>
2	Мөрний дасгалын төхөөрөмж	ш	1	 <p>7 * 34 * 98 Жин: 17 кг Бутэц: бариул, тохируулгатай гар тохируулагчтай, Норгосны төхөөрөмжтэй, платформтой</p>
3	Хөлний дасгалын хэрэгсэл	ш	1	 <p>Хөлийн хөдөлгөөн эрчимжүүлэх, хяналтын самбартай байх</p>
4	Гар хөлийн хөдөлгөөн дэмжих аппарат	ш	1	 <p>Хөл болон нурууны хөшилтийн хэрэгсэлтэй байх</p>



5	Хөлтэй самбар	ш	2	 Сургалтын зориулалттай /Хөгжлийн бэрхшээлтэй хуухдэд зориулагдсан байна./
6	Хэлхдэг самбар	ш	2	 Гар хурууны хөдөлгөөн сайжруулах зориулалттай /Хөгжлийн бэрхшээлтэй хуухдэд зориулагдсан/
7	3D тоглоом	ш	2	 16 төрлийн дүрстэй, гарын эв дүй сайжруулагч /Хөгжлийн бэрхшээлтэй хуухдэд зориулагдсан/
8	Гарын атгалтыг сайжруулах өнгөт өндөг	ш	20	 Хэмжээ: 5,4*4см /Хөгжлийн бэрхшээлтэй хуухдэд зориулагдсан/
9	Сандал	ш	30	 Тохойвчтой, сайжруулсан түшлэгтэй, суудалтай /Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан/
10	Бүтэн биеийн массажны аппарат	ш	2	 220вт-оор ажилладаг, олон үйлдэлт массажны сандал
11	Хүзүү нурууны массажны аппарат	ш	2	 220вт-оор ажилладаг, 12 вольтоор тохируулж болно.
12	Нүдний массажны аппарат	ш	13	 Бэлтгэлийн зориулалттай жин 260-280гр

Гадаадын

13	Ширээ	ш	2	 Хэмжээ: 180*60*68см, модон хийцтэй байна.
14	Шкаф	ш	4	 Цайвар саарал өнгөтэй, төмөр, Хэмжээ: 185x90x39см
15	Жин өндөр, хэмжигч 120 кг даацтай	ш	2	 Жингийн, өндрийн хэмжих хязгаар: 120кг: 70-190 см тавцангийн хэмжээ: 37,5*27,5см
16	Хөл бүсэлхий, гар нурууны дасгалын хэрэгсэл	ш	5	 Хөл, бүсэлхий, гар, нурууны дасгалын хэрэгслийн иж бүрдэл бүрэн байх
17	Хөлний массажны аппарат	ш	5	 220вт-оор ажилладаг, массажны хүчийг ихэсгэнэ баагсана.
18	Цусны даралт хэмжигч төхөөрөмж	ш	1	 Даралтын хэмжээг тогтмол барих зориулалттай.
19	Өсгөгч	ш	2	 220 волтоор ажилладаг байх, 2018 онд үйлдвэрлэгдсэн дуугаралтын хувьд тохируулгатай байх

20	Суурин компьютер	ш	2	 15 болон түүнээс дээш үзүүлэлттэй байх.
21	Принтер	ш	2	 2017 онд үйлдвэрлэгдсэн HP брэнд эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байх.
22	Гүйлтийн зам	ш	4	 220 v ажилладаг. Хяналтын дэлгэцтэй төрөл бүрийн массаж хийх бүстэй, жин 150 кг дээш даацтай.
23	Хөлний усан массажны аппарат	ш	4	 220вт-оор ажилладаг, 12 вольтоор тохируулж болно.
24	Тенисний ширээ	ш	1	 Стандарт. Торны өндөр 15.25 см. Тенисны 4 хос цохиур, бөмбөгтэй.
25	Үнадаг дугуй	ш	4	 Хяналтын дэлгэцтэй 135кг даацтай. Хурдны тохируулгатай, хүндрүүлэгч араатай байх
26	Гэдэсний таталтын унжкуу вандан	ш	3	 Хэвтээ байдлаар хэвллийн дасгал хөдөлгөөн хийх боломжтой 130 кг даацтай 130*45*60 см

27	Нэйтбүүк	ш	1	 15 болон түүнээс дээш үзүүлэлттэй байх.
28	Хөдөлгөөний иж бүрдэл	ш	1	 Мөр, цээж, гар, шуу, нуруу, хөл зэрэг бүх төрлийн булчинг хөгжүүлэх зориулалттай иж бүрдэл төхөөрөмж, 200 кг даацтай байх
29	Олон үйлдэлт чийрэгжүүлэлтийн аппарат	ш	4	 152*74 см хэмжээтэй 23 кг жинтэй байх
30	Граунд гольфийн иж бүрдэл	ш	1	 Гольфийн үүр, бөмбөгний суурь, бөмбөг, цохиур тус бүр 8 ширхэгтэй байх
31	Суурин дараалтын аппарат	ш	1	 220 волтоор ажилладаг байх 460(Θ) x 310(Θ) x 296(Ү) , жин: ойролцоогоор 9 кг,

Техникийн тодорхойлолтыг хянасан:

ХОХБТХЭЛТСИЙН ДАРГА

/Т.Бат-Эрдэнэ/

НБХЭЛТСИЙН ДАРГА

/С.Уранцэцэг/

Техникийн тодорхойлолт боловсруулсан:

ХОХБТХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

/Г.Энххишиг/

НБХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

/Б.Бурмаа/