

**Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж,
иж бүрэн кабинет байгуулах ажлын тоо хэмжээ**

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо	Хэмжих нэгж
1	Шүдний сандал /UNIT/	9	Иж бүрдэл
2	Хий хураах компрессор	9	ширхэг
3	Автоклав	9	ширхэг
4	Хэт авиан багаж ариутгагч	9	ширхэг
5	Кварцын шүүгээ	9	ширхэг
6	Зөөврийн кварц	9	ширхэг
7	Ломбо шарагч /гэрлийн аппарат/	9	ширхэг
8	Шүдний зөөврийн рентген сенсорын хамт	9	Иж бүрдэл
9	Сувгийн урт хэмжигч	9	ширхэг
10	Ус нэрэгч	9	ширхэг
11	Эмчилгээний багаж	9	Иж бүрдэл
12	Мэс заслын багаж	9	Иж бүрдэл
13	Сувгийн багаж	18	Иж бүрдэл
14	Эмийн шилэн хундага	27	ширхэг
15	Тариур /зориулалтын төмөр/	18	ширхэг
16	Ломбоны материал	180	ширхэг
17	Зориулалтын тэргэнцэр	9	ширхэг
18	Эм хадгалах шүүгээ	9	ширхэг
19	Эмчийн ширээ	9	ширхэг
20	Эмч сувилагчийн сандал	18	ширхэг

Тайлбар: MNS 5081:2013 Сум тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа стандартыг үндэслэв.

Боловсруулсан:

ЭМГ-ын мэргэжилтэн

Э.Дэлгэрмаа

**XVII.3.12 ШҮДНИЙ ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ИЖ БҮРЭН КАБИНЕТЫН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Шаардлагатай техник үзүүлэлтүүд:	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж
1	Шүдний бор машин /UNIT/	<ul style="list-style-type: none"> • Шүдний эмчилгээний зориулалттай автомат удирдлагатай, толгой, нурууны түшлэгтэй кресло • Цахилгаан тэжээл: 220В, 50гц • Цахилгаан гүйдлийн чадал: 600 VA-аас багагүй байх • Шүлс хаягч тосгуур эргэлттэй • Ус халаагч: 35-45°C халаах функцтэй байх • Шүдний рентген зураг харгач дэлгэцтэй • Үзлэгийн гэрэл лед 4 лампын тусгалтай • Агаарын дараалт: 0.55-0.6мПа • Агаарын урсгалын эргэлт 50л/мин-ээс их байх • Усны дараалт: 0.22-0.24мПа • Усны урсгалын эргэлт 10л/мин-ээс их байх • IPX4 стандартын хөл удирдлагатай байх • Ус шүүгч филтерийн нягтрал: 70-80 μм байх • Агаар шүүгч филтерийн нягтрал: 15-20 μм байх • Өндөр хурдны наконечник: 300,000-450,000 эргэлт/мин • Нам хурдны механик наконечник: 20,000 эргэлт/мин-аас багагүй хурдтай байх • Шулуун болон тахир цахилгаан гартай байх • Хурд бууруулагч цахилгаан мотортой байх • Шүдний чuluу түүгч гар: woodpecker-тэй дүйцэхүйц байх • Ломбо шарагч: 1200mw/cm.kb • Эмчийн сандал: үзлэх хийх боломжтой дугуйтай байх • Шүдний эмчилгээний орны даац: 130 кг-аас багагүй байх • Ус болон хийгээр ажилладаг шүлс сорогчийн системтэй байх • Наконечникийн хоолойнууд 4 нүхтэй • Сандалын байрлалуудыг санах ойтой байх • 17 сандлын байршлын эцсийн хязгаарыг мэдрэгч унтраалгатай 	9	Иж бүрдэл

2	Хий хураах компрессор	<ul style="list-style-type: none"> Шүдний эмчилгээний машинд холбон ажиллах зориулалттай тосгүй агаар шүүгчтэй компрессор байх Цахилгаан тэжээл: 220В, 50гц Давтамж: 800W Цахилгаан урсгалын чадал: 2,4А Хэвийн ажиллагааны хүчин чадал: 155л/мин Даралтын чадал: 0,8 МПа Агаарын багтаамж: 40л Дуу намсгагч: 52 дб 	9	ширхэг
3	Автоклав	<ul style="list-style-type: none"> Цахилгаан тэжээл: 220В, 50гц 121°, 134° сонгох боломжтой Ариутгах хугацаа: 30-60 мин Өөр дээрээ принтертэй байх 	9	ширхэг
4	Хэт авиан багаж ариутгагч	<ul style="list-style-type: none"> Цахилгаан тэжээл: 220В, 50гц Багтаамж: 3.3л-ээс багагүй Хэт авианы давтамж: 28кНz Хэт авианы гаралт: 100W Ашиглах хугацаа: Хэт авиа-0-30мин Халаах-30-85градус 	9	ширхэг
5	Кварцын шүүгээ	<ul style="list-style-type: none"> Хүчин чадал 15Ватт Цахилгаан тэжээл 220В, 50Гц Багтаамж: 15 л-ээс багагүй 	9	ширхэг
6	Зөөврийн кварц	<ul style="list-style-type: none"> Цахилгаан хүчдэл: AC220В 50Гц Оролтын чадал: 60Вт UV цацрагийн долгион: 2537° Өнцгийн тохиргоо: 90°, 135°, 180° Хугацааны хязгаар: 0~2 цаг 	9	ширхэг
7	Гэрлийн аппарат	<ul style="list-style-type: none"> Ломбо шарах хугацаа: 5-20 сек Гэрлийн эрчим: 11*8мм(3,500mW/Cm2) Долгионы урт: 430~490пм. Цэнэглэдэг байх 	9	ширхэг
8	Шүдний зөөврийн дижитал рентген аппарат сенсорын хамт	<ul style="list-style-type: none"> Рентген хоолойн хүчдэл :60 kVp(fixed) Анодынгүйдэл: 3mA(fixed) Генераторын төрөл :DC type high frequency Зураг авах хугацаа: 0.01-1.60sec 	9	ширхэг

		<ul style="list-style-type: none"> • Focalspot:0.8mm • Шүүлтүүр :1.6mmAl • Conelength:100mm/200mmoptional • X-Rayfield:60 mmatSID 100 mm55 mmatSID 200 mm • Жин: 2.2кг-аас ихгүй • Хэмжээ:240x73x127мм • Компьютерийн иж бүрдэл дагалдсан байх 		
9	Сувгийн урт хэмжигч аппарат	<ul style="list-style-type: none"> • Цахилгаан хүчдэл: AC100-220В 50Гц • Батарей::7.4v/1000mAh Liion battery • Цэнэгээ хадгалах хугацаа:3 цаг • Дэлгэц: Өнгөт LCD, дохиопол 	9	ширхэг
10	Нэрмэл ус нэрэгч	<ul style="list-style-type: none"> • Цахилгаан хүчдэл: 220В 50Гц • Багтаамж: 20л • Шүүлтүүр: 9 • Нэрмэл усны ган хоолой кранттай 	9	ширхэг
11	Эмчилгээний багаж	<ul style="list-style-type: none"> • Зонд: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыар хийгдсэн байх, 18 ширхэг байх • Пинцет: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыар хийгдсэн байх, 18 ширхэг байх • Гладилка: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыар хийгдсэн байх, 18 ширхэг байх • Толь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыар хийгдсэн байх, 18 ширхэг байх • Эксцеватор: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыар хийгдсэн байх, 18 ширхэг байх • Штопфер: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыар хийгдсэн байх, 18 ширхэг байх • Эм зуурах шпатель: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыар хийгдсэн байх, 2 ширхэг байх 	9	Иж бүрдэл
12	Мэс заслын багаж	<ul style="list-style-type: none"> • Дээд арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыар хийгдсэн байх, 2 ширхэг байх • Доод арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыар хийгдсэн байх, 2 ширхэг байх • Дээд үүдэн шүдний бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыар хийгдсэн байх, 2 ширхэг байх 	9	Иж бүрдэл

		<ul style="list-style-type: none"> Доод үүдэн шүдний бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх, 2 ширхэг байх Дээд агт арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх, 2 ширхэг байх Доод агт арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх, 2 ширхэг байх Дээд ёзоорын бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх, 2 ширхэг байх Доод ёзоорын бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх, 2 ширхэг байх Элеватор шулуун: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх, 18 ширхэг байх Элеватор тахир: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх, 18 ширхэг байх Мэс заслын хутга: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх, 5 ширхэг байх 		
13	Сувгийн багаж	<ul style="list-style-type: none"> 15, 20, 25, 30, 35мм хэмжээтэй Зэврэхгүй, эдэлгээ даах материалыаар хийгдсэн байх 	18	Иж бүрдэл
14	Эмийн шилэн хундага	<ul style="list-style-type: none"> Шилэн материалыаар хийгдсэн байх 	27	ширхэг
15	Тариур /зориулалтын төмөр/	<ul style="list-style-type: none"> Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх 	18	ширхэг
16	Ломбоны материал	<ul style="list-style-type: none"> Урсдаг ломбоны материал гэрлээр хатуурагч - 4.5гр 	180	ширхэг
17	Зориулалтын тэргэнцэр	<ul style="list-style-type: none"> Дээд талдаа 2 шургуулгатай байх Доороо 2 тавиуртай байх Дугуйтай, зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель тэргэнцэр байх 	9	ширхэг
18	Эм хадгалах шүүгээ	<ul style="list-style-type: none"> Зориулалтын татуургатай эм хадгалах шүүгээ байх 	9	ширхэг
19	Эмчийн ширээ	<ul style="list-style-type: none"> Шаргал өнгийн модон, шүүгээтэй, бичиг хэргийн ажил явуулах боломжтой байх 	9	ширхэг
20	Эмч, сувилагчийн сандал	<ul style="list-style-type: none"> Зөөлөвчтэй, дугуйтай, цайвар өнгөтэй байх 	18	ширхэг

БОЛОВСРУУЛСАН: ЭМГ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Э.ДЭЛГЭРМАА