

Эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Хэрлэн сум/

Д/д	Бараа бүтээгдэхүүний нэр	Тоо ширхэг	Захиалагчаас тавьсан Үзүүлэлт	Оролцогчийн санал болгосон үзүүлэлт
1	Шээсний Анализатор	1	<ul style="list-style-type: none"> • Цахилгаан тэжээл: 220В /50Гц • Аргачлал : Ойлтын фотометр • Тэжээлийн үүсгүүр: 12В DC/ 3А • Хүчин чадал: 300 тест/цаг • Принтертэй • Компьютерын гараар оруулах • Шинжилгээний тууз: СҮВОВ 10М, 11М, 2МАС, 12МАС • Дэлгэц: LCD • Сонголтоор: Гадаад гар, Баркод уншигч • Баталгаат хугацаа: 2 жил 	
1	УВЧ шарлагын аппарат	1	<ul style="list-style-type: none"> • Цахилгаан тэжээл: 220В /50Гц • Давтамж : 27.12±0.16 МГц • Гарах чадлийн хэмжээ: • 1-р түвшин 10±2 Вт • 2-р түвшин 20±4 Вт • 3-р түвшин 30±6 Вт • Ажиллах цаг: 8 цаг • Электродны даиаметр: 36, 80, 130мм • Баталгаат хугацаа: 2 жил 	
			<ul style="list-style-type: none"> • 12 сувгийн ЭКГ-ын харах боломжтой. • Дахин цэнэглэгддэг батерейтай. 	

3	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат	1	<ul style="list-style-type: none"> • 12 инчийн LCD дэлгэцтэй. • Мэдээлэл хадгалах : 100-200 өвчтөний ЭКГ хадгалах боломжтой /дотоод санах ой суурьлагдсан/ • Батерей нөөцлөлт : 100 удаа ЭКГ хийх түүнийг хэвлэх • USB-д хүний мэдээллийг хадгалах боломжтой. • 12 сувагтай • Хэвлэгчтэй • Баталгаат хугацаа: 2 жил 	
4	ИСКРА	1	<ul style="list-style-type: none"> • Цахилгаан тэжээл : 220В/50Гц • Гаргах цахилгаан даралт : 0-3000V • хүртэл тохируулж болдог. • Цахилгаан давтамж : 50Гц±2Гц • Чадал : 600Вт • Гаргах цахилгааны урсгалын хэмжээ: • 6,5мА±10% • Овор хэмжээ: 380x300x160 мм • Цагийн тохируулга : 0-99 минут • Цэвэр жин: 7 кг 	
5	Гематлогийн анализатор	1	<ul style="list-style-type: none"> • Цахилгаан тэжээл : 220В/50Гц • Дэлгэц: 8 инчийн мэдрэгчтэй өнгөт дэлгэц • 21 үзүүлэлт + 3 гистограмм: WBC,LY#,MID#,GR#,LY%,MID%,GR%,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-SD, RDW-CV,PLT,MPV,PDW,PCT, P-LCR,P-LCC and Histogram for WBC,RBC,PLT • WBC ба RBC/PLT гэсэн 2 эс тоологчтой • Шинжилгээний арга: Coulter principle Colorimetry hamoglobin determination 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Хүчин чадал: 1 цагт 60 сорьцид шинжилгээ хийх • Сорьцын хэмжээ: Шингэрүүлсэн сорьц-20мкл, Венийн цус-10мкл • Уусмал зарцуулалтын функц: Уусмалын мэдээлэл ба үлдэгдлийг харуулах • Хэлбэлзэл: WBC*1.5% RBC,HGB<1.0% , PLT*2% • Өөр дээрээ дулааны хэвлэгчтэй • Баталгаат хугацаа: 2 жил 																
			<table> <thead> <tr> <th>Үзүүлэлтүүд</th> <th>Шугаман хүрээ</th> <th>Нарийвчлал (CV%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WBC(10⁹/L)</td> <td>0.0-100.0</td> <td>2.0 (4.0-10.0)</td> </tr> <tr> <td>RBC(10¹²/L)</td> <td>0.00-9.99</td> <td>1.5 (3.50-5.50)</td> </tr> <tr> <td>HGB(g/L)</td> <td>0-300</td> <td>1.0 (110-160)</td> </tr> <tr> <td>PLT(10⁹/L)</td> <td>0-1000</td> <td>5.0 (100-300)</td> </tr> </tbody> </table>	Үзүүлэлтүүд	Шугаман хүрээ	Нарийвчлал (CV%)	WBC(10 ⁹ /L)	0.0-100.0	2.0 (4.0-10.0)	RBC(10 ¹² /L)	0.00-9.99	1.5 (3.50-5.50)	HGB(g/L)	0-300	1.0 (110-160)	PLT(10 ⁹ /L)	0-1000	5.0 (100-300)	
Үзүүлэлтүүд	Шугаман хүрээ	Нарийвчлал (CV%)																	
WBC(10 ⁹ /L)	0.0-100.0	2.0 (4.0-10.0)																	
RBC(10 ¹² /L)	0.00-9.99	1.5 (3.50-5.50)																	
HGB(g/L)	0-300	1.0 (110-160)																	
PLT(10 ⁹ /L)	0-1000	5.0 (100-300)																	