

ЗҮҮНГОВЬ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тоног, төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт
1	Шарлагын аппарат	Ширхэг	1	Ажиллах горимд шаардлагатай цахилгаан: AC 220 V, 50/60 Hz Төрлийн төхөөрөмж; • Гаралтын татах хүч: 0-240 W; • Гаралтын давтамж: 2450 MHz; • Долгионы урт: 124,4 мм; • Эмчилгээний хугацаа: 5-30 минут /цаг тохируулах боломжтой/ Эсхүл түүнтэй дүйцэх
2	Нярайн шарлалт хэмжигч аппарат /Билиметр/	Ширхэг	1	MBJ20 Эсхүл түүнтэй дүйцэх Хэрэглээ: Овор хэмжээ бага, Энгийн зөөвөрлөхөд хялбар, дэлгэц LCD, Сүүлийн 20 хэмжилтийн мэдээллийг хадгална.
3	Биохимийн анализатор /Хагас автомат/	Ширхэг	1	Biobase-Silver Эсхүл түүнтэй дүйцэх. Ажиллах горимд шаардлагатай цахилгаан: AC 220 V, 50/60 Hz Нарийвчлал, үзүүлэлт 10000 өгөгдөл хадгалах чадвартай, 200 хүртэлх шинжилгээний программ сануулдаг, дээжний үүрний хэмжээ 33 мкл, LCD дэлгэцтэй, оптикийн систем 340/380/405/492/510/546/578/630 нм, термаль принтертэй /өөрөөсөө хэвлэдэг/ 1 жилийн урвалж өнөшлүүр дагалдах.