



Батбаяр
УБДСТӨХК-НИЙ
Ерөнхий инженер

Батбаяр
1118235145
2038476 : СБ 01 259

2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАДСАН

ЦАХИЛГААН СОРОНЗОН ТООЛУУР

ЦАХИЛГААН СОРОНЗОН ТООЛУУР

№	Тоноглолтын нэр	Төрөл	Тоо хэмжээ	Фото зураг
1	Цахилгаан соронзон тоолуур	MAGFLOW зарцуулалт хэмжих зориулалттай	Φ20ММ 1 ширхэг /0,02~1M ³ /Ц/ Φ25ММ 1 ширхэг /1~10M ³ /Ц/ Φ65ММ 1 ширхэг /10~80M ³ /Ц/	

Тавигдах шаардлага:

1. Цахилгаан тэжээл 12 ~ 24В
2. Зэвэрдэггүй, никел ган /AISI 316L (1.4404)/ байх
3. Ажлын дараалт 0-40 бар.
4. Ажлын температур -20 ~ +150°C.

5. Шалгах алдааны нарийвчилал /Cal.factor ϕ_{65} - 3.4%, ϕ_{25} – 0.43%, ϕ_{20} – 0.031%/
6. Ф20мм муфтэн, Ф25,Ф65мм бусплуурэн холболтой байх.
7. СХЗГ-аар баталгаажуулалт хийлгэсэн байх.
8. Ашиглах заавар Англи болон Монгол хэл дээр байх.
9. Худалдах, суурилгуулах тусгай зөвшөөрөлтэй байх.
10. ISO9001 олон улсын чанарын стандарт шаардлага хангасан байх.

Жич: Нийлүүлэгч компани нь угсралтын ажлыг хийх, мөн жилийн баталгаа өгөх

Боловсруулсан ДДХХЛ-ийн ахлах инженер

Д.Бямбатэр