

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тус амаржих газарт Arthrex брэндийн Synergy HD3 System, AR-3210-0003 маркын аппарат ашиглагддаг тул доорх эмнэлгийн хэрэгслүүд уг төхөөрөмжинд тохирч, ашиглахаар шаардлага хангасан байна. Багц тус бүр дээр дээжүүдийг ирүүлэх. 2-р багц болон 3-р багцад шалгарсан компаниуд эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх болвол генератор дагалдуулж өгнө. Мөн бусад эмнэлгийн хэрэгсэлд шаардлагатай гэсэн хэрэгслүүдийг дагалдуулж өгнө.

	Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгслийн нэр	ОУ-ын нэршил	Тоо ширхэг	Хэмжээ	Савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Гарал үүсэл
<b>БАГЦ 1</b>	1	S0228	Арьс үдэгч	Skin stapler	204	Single use, stainless stall, number -35 staps	1 удаагийн ариутган савласан	Арьс үдэх зориулалттай, нэг удаагийн хэрэглээний байна. Бар кодны наалттай байх	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	2	S0361	Хэвлийн гуурс вакумтай	Abdominal vacuum tube	180	№16	1 удаагийн ариутган савласан	16 размерийн силикон нэг удаагийн ариутгасан вакуум сорогчтойгоо, хэвлийн гуурс нь 4 каналтай, хэвлийд тавих зориулалттай зөөлөн гуурс байх. Бар кодны наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	3	S0079	Эрхтэн гаргагч уут	Disposable endo-bag	132	75-200 мл хэмжээтэй.	1 удаагийн ариутган савласан	Пластик материалтай бат бөх, амархан урагдахгүй Чиглүүлэгчтэй Полипролин материалаар хийгдсэн уутны амсар нь эд оруулж түгжих зориулалттай. Бар кодны наалттай байх	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	4	S0381	Дурангийн угааж соруулах бүрдэл	Disposable suction irrigation system	156	Диаметр 5/10/12 мм, урт 330/390/410 мм	1 удаагийн ариутган савласан	Угаах болон соруулах 2 ширхэг гуурстай дурангийн соруулгатай байх, Угаах, соруулах 2 товчлууртай, 1 удаагийн хэвлий угаах, соруулах аппараттай холбож ажиллуулах боломжтой байх. 32 см урт, 5мм диаметртэй төмөр сорогч хошуутай. Гарандаа сорох, угаах кранттай. Бар кодны наалттай байх	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	5	S0555	Цус тогтоох жалефон		36		1 удаагийн ариутган савласан	Чанарын шаардлага хангасан байх. Бар кодны наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан

6	S0556	Цус тогтоох торон		60		1 удаагийн ариутган савласан	Чанарын шаардлага хангасан байх. Бар кодны наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
7	S0243	Дурангийн портууд	Laparoscopic trocar	9	12мм	1 удаагийн ариутган савласан	Гадна амсрын клапан сайн, ир сайтай амархан мохохгүй байх(хурц иртэй). Хэрэглэхэд тохиромжтой, хэвлийн хэсэгт бат бөх суурилж чаддаг. Мэс заслын үед CO2 хийг хамгийн бага алдах боломжийг бүрдүүлсэн. Тунгалаг суваг нь мэс заслын үеийн алхам бүрийг хянах боломж олгодог байх. Манан зайлуулах филтэртэй . Бар кодны наалттай байх	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
8	S0244			288	10мм	1 удаагийн ариутган савласан		
9	S0245			348	5м	1 удаагийн ариутган савласан		
10	S0719	Умай хөдөлгөгч	Disposable uterine manipulator tip	156	5-8см урт	1 удаагийн ариутган савласан	Уян чанарын шаардлага хангасан байх. Бар кодны наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
11	S0660	Буцдаггүй утас	V lock	36	3.0 x180 2.0 x120	1 удаагийн ариутган савласан	Чанарын шаардлага хангасан, хайлдаг байх. Бар кодны наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
12	S0612	Гогцоо утас	Endoloop	36	40-50 см	1 удаагийн ариутган савласан	Хуванцар гуурс дундуур, 40-50 см монофиламент 2/0 утас сүвэлсэн, үзүүр хэсэгтээ гогцоотой нэг удаагийн хэрэгсэл. Бар кодны наалттай	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
13	S0360	Дурангийн судасны металл хавчаар	Endoclip	2	5-10мм	1 удаагийн ариутган савласан	Бат бөх металл-аар хийгдсэн. Чанарын шаардлага хангасан Бар кодны наалттай байх	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан

	14	S0447	ПДС утас		12		1 удаагийн ариутган савласан	Чанарын шаардлага хангасан байх. Бар кодны наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
БАГЦ 2	15	S0236	Биполяр энергиэр судас болон эдийг түлж тайрах гар		85	Түлэгч хайч, 5-7 мм диаметртэй, муруй 3 мм хүртэлх судас болон эдийг хайчилж түлэх муруй хэлбэртэй бариултай хайч. Урт нь 37см, диаметр нь 5.5мм	1 удаагийн ариутган савласан	Эргэгч цагирагны тусламжтайгаар 360 градус эргэдэг бөгөөд хамгаалагч бүрхүүлтэй. Бариулаас хэт авианы скальпелд холбох урсгал хлбогчтой. Идэвхитэй бранш нь титан, муруй, 50-100 мкм далайцтай, 55.5 кГц давтамжаар чичирнэ. Идэвхитэй браншийн урт 15м, өргөн нь 1.5мм, өндөр 2.2мм. Идэвхигүй бранш дээр ховилтой пластик толботой. Идэвхигүй браншийн урт 16 мм, өргөн 2.5 мм, өндөр 0.5 мм. Бар кодны наалттай байх	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	16	S0241	Өндөр давтамжит долгионоор судас болон эдийг түлж тайрах гар	ligasure laparoscopic	10	Диаметр -5 мм, багажны урт 37см, түлэх хэсгийн урт 18мм болон түүнээс богино, хайчлах хэсгийн урт 12 мм.	1 удаагийн ариутган савласан	Хавчих, диссекци хийх , түлэх хайчлах үйлдлийг нэгэн зэрэг хийх боломжтой байх, түлэх хэсэг нь 360 градус эргэх боломжтой. Бар кодны наалттай байх	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
БАГЦ 3	17	S0380	Өндөр давтамжит түлэлтийн зүү	Proteus cool tip	52	17 G, 250m, 5-30	1 удаагийн ариутган савласан	Cool-tip RF аппаратанд тохирох, нэг удаагийн, 17G шулуун урт зүү, залгуур утас бүхий иж бүрдэл. Түлэлтийн см-ийг тохируулдаг байх. Бар кодны наалттай байх	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
БАГЦ 4	18	S0262	Давсаг сойх тор	TOT mesh	20	Чиглүүлэгтэй полипролин материалтай.	1 удаагийн ариутган савласан	Полипролейн шимэгдэхгүй монофиламент тор. Тор нь эдэд гэмтэл үүсгэхээргүй гөлгөр зөөлөн ирмэгтэй. Хөнгөн нимгэн уян хатан нэмэлт оёдолгүйгээр бэхлэгдэнэ. Баруун зүүн 2 талын 2 ширхэг ган чиглүүлэгчтэй, чиглүүлэгчийн үзүүр нь тортойгоо нэг алхамаар холбогдсон. Helical хэлбэртэй. Тохируулгатай торон татлага Торны урт 450 мм. Чанарын шаардлага хангасан байх. Бар кодны наалттай байх	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан

	19	S0061	LOOP гогцоо	Loop electro-surgical procedure	110	10*10мм 11 см, 15мм*12мм 11 см, 5мм diameter 11 см	1 удаагийн ариутган савласан	Чанарын шаардлага хангасан байх. Бар кодны наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
БАГЦ 5	20	S0718	Үр дамжуулах гуурсан хоолойн зураг авах катетар		12		1 удаагийн ариутган савласан	Чанарын шаардлага хангасан байх. Бар кодны наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	21.	S0618	Хэвлийн гаднаас нэвт оёгч зүү	laparoscopy port closure	12		1 удаагийн ариутган савласан	Чанарын шаардлага хангасан байх. Бар кодны наалттай байх	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	22.	S0730	Дурангийн порт	Single port	2	2.5см радиустай	1 удаагийн ариутган савласан	Чанарын шаардлага хангасан байх. Бар кодны наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	23.	S0675	Хэвлийд гар оруулагч форт ам	Hand port	2		1 удаагийн ариутган савласан	Чанарын шаардлага хангасан байх. Бар кодны наалттай байх	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан
	24.	S0239	Эпидураль хөндийн гуурс	Continious Epidural Catheter tray	132		1 удаагийн ариутган савласан	Гуурс нь нугалардаггүй, өвчтөний биед тасарч үлддэггүй, Бар кодны наалттай байх.	АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц FDA баталгаажсан

