








**Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нэгдсэн эмнэлэгт
шаардлагатай байгаа эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт**


№	Хэрэгсэлийн нэрс	Тоо ширхэг	Зураг	Техник үзүүлэлт
1	Өвчтөний ор	10		<p>Хэмжээ : 2130*970*500мм Арын өргөх хэсэг 0°-75° Хүнд өвчтөн хэвтэхэд тохиромжтой, механик олон үйлдэлтэй байх</p>
2	Орны дэрэгдэх шүүгээ	10		<p>Хэмжээ : 440*9460*775мм 1 шургуулга, 1 тасалгаатай өвчтөн өөрт хэрэгтэй зүйлсээ хийдэг, төмөр болон хуванцар шүүгээ</p>

3	Аналог жин, өндөр хэмжигч	5		150кг даацтай байх
4	Пульс-оксиметр	1		<p>Хүчдэл: DC 2.6-3.6В Гүйдэл: <30аМ SpO₂ хэмжээний хязгаар: 0%-100% Зүрхний цохилтын хэмжих хязгаар: 30bpm-250bpm Нярай, хүүхэд болон том хүнд хэрэглэдэг, түргэн уншдаг байх</p>

5	Эмийн хөргөрч	2		<p>Хэмжээ : 250/310/588/1000л Температурын хязгаар 2-8°C Температурын нарийвчлал 0,1°C Эм, тариа хадгалах зориулалтын шилэн нүүртэй байх</p>
6	Дуслын автомат шахуурга	1		<p>Хэмжээ: 100*190*250мм 1-1000мл/шугаман /престатик/ TFT 4.3 inch LCD дэлэгцтэй, хэмжээ, хугацааг заадаг байх</p>
7	Тариурын автомат шахуурга	1		<p>Хэмжээ: 220*130*108мм TFT 4.3 inch LCD дэлэгцтэй, хэмжээ, хугацааг заадаг байх</p>

8	Хүчил төрөгч өтгөрүүлэгч	1		<p>5л/мин өгдөг, Гаралтын хүчилтөрөгч 93+/-3% дугуйтай, дуу чимээ багатай байх</p>
9	Зөөврийн хүчил төрөгч өтгөрүүлэгч	1		<p>5л/мин өгдөг, Гаралтын хүчилтөрөгч 93+/-3% дугуйтай, дуу чимээ багатай байх Автомашинны тамхины асаагуур болон 220В-т залгаж хэрэглэдэг байх</p>
10	Соруулгын аппарат	1		<p>Сорох даралт : /хамгийн их утга/ ≥90кРА Шингэн сорох савны хэмжээ: 2,5л /2 ширхэг/ багтаамжтай, Тасралтгүй ажиллах Хугацаа: 30 мин</p>

11	Автомат даралтын аппарат	1		Дундаж буглаг ороох хэмжээтэй, 220в-д ажилладаг мөн цэнэглэж ашигладаг байх
12	Яаралтай тусламжийн шүүгээ	2		Хэмжээ: 710*480*950мм Дефибрилляторын тавиуртай байх, дугуйтай, олон шургуулагатай байх
13	Бохрын даавуун тэргэнцэр	7		60л-н багтаамжтай, зэвэрдэггүй ган хүрээтэй, ус нэвтрүүлдэггүй ууттай, дугуйтай байх
14	Сувилагчийн тэргэнцэр	7		Хэмжээ: 625*475*920мм Зэвэрдэггүй ган хүрээтэй, хуванцар давцантай байх

15	Хаалт	4		<p>Хэмжээ : 300*1820мм Дугуйтай, хөшиг нь салгаж угаадаг байх</p>
16	Хяналтын монитор	2		<p>12,1 inch дэлгэцтэй, ECG, SpO₂, NIBP, pulse rate 8 6-12 сувгаар зүрхний бичлэг хийдэг, үзүүлэлтүүдийг хадгалдаг байх</p>
17	Дуудлагын хонх	8		<p>10ш дуудлагын хонхтой байх</p>
18	Яаралтай тусламжийн цүнх	3		<p>20 л багтаамжтай, Яаралтай тусламжинд хэрэглэгдэх бат бөх материалаар хийгдсэн хоосон цүнх</p>

19	Үзлэгийн ор	10		Хэмжээ: 1830*560*800мм Зэвэрдэггүй ган хүрээ, зөөлөн хөвөн доторлогоотой байх
20	Өвчтөн зөөвөрлөх дамнуурга	2		Хэмжээ: 2250*550*160мм Хатуу, нугардаггүй, өвчтөнд тухтай байх