

Батлав: УБДС ТӨХК Ерөнхий инженер

Б.Батбаяр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Барааны тодорхойлолт: хэт улаан туяаны гар термометр
2. Стандарт: ISO стандарт хангасан сертификат, үйлдвэрлэгч байгууллагын шалгалт туршилт хийсэн баталгаа, гэрчилгээ
3. Баглаа боодол: Гадуураа бат бөх бүсэнд зүүх зориулалт бүхий ууттай байх
4. Бараа хүргэх газар: "УБДС" ТӨХК-ийн төв байр
5. Техникийн үзүүлэлт:

Зориулалт: Гадаргуугын температур хэмжих

Дэлгэц: Гэрэлтүүлэгтэй, LCD

Хэмжих хязгаар: хэт улаан туяагаар -30°C –аас $+550^{\circ}\text{C}$

Лазер чиглүүлэгч: Сонголттой, дэлгэц мэдээллээ барьдаг байх

Нарийвчлал: 0.1°C

Ажиллах температур: $+40-50^{\circ}\text{C}$

Хадгалах температур: -20°C - $+60^{\circ}\text{C}$

Хэмжих оптик: 12:1

Хариулах хугацаа: 0,5 секунд

Баталгаат хугацаа: 1 жил

Жин 250 гр

Хэмжээ 190x 85 x 65 мм (6.88 x 3.34 x 2.95 in)

Хянасан: ЗТТ-ийн дарга



Л.Амарбат

Тодорхойлолт бичсэн: ЗТТ-ийн хэсгийн инженер



Б.Оргил