

БАТЛАВ.
НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН БОХИРДОЛТОЙ
ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ц.ЦОЛМОН

1. Ажлын даалгавар

Барааны тодорхойлолт: Агаарын чанарын суурин харуулын сэлбэг хэрэгсэл , засвар үйлчилгээ

Сэлбэг хэрэгсэл, засвар үйлчилгээ хийх эцсийн цэг ХУД-ийн 9-р хороо, Нисэхийн суурин харуул СХД-ийн 7-р хороо, Баянхошууны суурин харуул, СХД-ийн 3-р хороо, Толгойтын суурин харуул, БГД-ийн 10-р хороо, МҮОНРТ-ийн харуул, БЗД-ийн 8-р хороо, Амгалангийн суурин харуул

Ажлын даалгаврын хураангуй: Нийлүүлэгдэх сэлбэгүүд дор дурьдсан техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байна.

№	Сэлбэгийн нэр	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг
1	Гэрэл ойлгох тольний сет	Mirror adhesion unit for APSA-370	8 ширхэг
2	Ксенон гэрэл	L4646 №3200043674	4 ширхэг
3	НС таслагч	For APSA-370	2 ширхэг
4	Озон гэрлийн үүсгүүр	For APOA-370	2 ширхэг
5	DO хоолой	Озонгүйжүүлэгч №3200043513	4 ширхэг
6	PPD Хоолой	HRB-01 №3200044461	2 ширхэг
7	Насос	GD-6EH-230 /220-230V/	4 ширхэг
8	Хурдасгуур	SO2-APSA-370, NO2-APNA-370	4 ширхэг
9	Нүүрсэн тэг хий үүсгэгч	Scrubber for APNA-370, APSA-370	4 ширхэг
10	Цахилгаан тэжээл	APDA-371 PM _{2.510}	2 ширхэг
11	Фото диод	Photo diod for APSA-370	4 ширхэг
	Гүйцэтгэгч байгуулагад тавигдах шаардлага	Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа, засвар үйлчилгээний чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагааг эрхэлдэг. Захиалгыг өөрийн хөрөнгөөр богино хугацаанд нийлүүлэх санхүүгийн чадвартай байх Албан ёсны дистербютер байх	
	Захиалагч байгууллага	Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газар	
	Засвар үйлчилгээ	Нийлүүлсэн сэлбэг хэрэгслийн баталгааг 1 жилийн хугацаанд хангах	

Хянасан:

Г.Даваажаргал /АЧХЗБХ-ийн дарга/

Боловсруулсан:

Ч.Нэргүй /АЧХЗБХ-ийн мэргэжилтэн/