

## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

### Барааны нэр: Эмнэлгийн хэрэгсэл, ор

№	<p style="text-align: center;"><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Тайлбар</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i></p>
1	<p>Орны үндсэн хийцийн материал:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Нян бактер үржих боломжгүй карбон болон ган хийцээр гагнаж хийсэн байх</li> <li>-Металлын чанар STEAL 0.5 мм ээс багагүй зузаан төмөр материалаар хийсэн байх.</li> <li>- Орны өөрийн жин: 50-60 кг аас багагүй хэмжээг даах боломжтой байх.</li> <li>-Түрж явах хамгийн их жин /дугуйн дээр ирэх ачаалал/ 200 кг.</li> <li>-Матрассын хэмжээ: 2000*900*500 мм ээс багагүй хэмжээтэй байх 10 см ээс багагүй зузаантай Өвчтөнд зохиомол амьсгал хийх зориулалттай цээж хэсэг хатуулгатай байх . Бактери үржихгүй угааж цэвэрлэх боломжтой арьсан бүрээстэй байх.</li> <li>- Нян бактер үржихгүй байх, үйлдвэрлэгчээс материал хийцийг ариун материалаар хийснийг нотлох гэрчилгээтэй байх.</li> <li>-Дуслын тогтоогуур: 2 ширхэг, 80-100 см ээс багагүй урттай хурдан угсрагдах хоногон түгжээтэй байх. байх.</li> <li>- Хооллох тавцан: PVC материалаар хийсэн 1 болон 2 р хоолны аяга тавах хэргэсэл тавиж байршуулах хувил бүхий зориулалтын тавцан ширээтэй байх.</li> </ul>		

	<p>-Хоолны тавиур орны хөл хэсэгт их биеээс нугасан холбоосоор холбогдож 180 градусаар нээх хөдөлгөөн хийгдэж хөл хэсэгт эвхэгдэн байрлаж болдог байх, нугасан холбоос болон түгжээний бодит зураг хавсаргах</p> <p>-Шээсний тавиур: Хүнд өвчтөний шээсний хөтөвчтэй байх.</p> <p>- Орны өнгө: Усан цэнхэр.Бариул: 4 ширхэг бариул бүхий байх.</p> <p>- Өргөх үйлдэл: Цээж болон хөл хэсгийг өргөх боломжтой байх.</p> <p>-Баталгаат хугацаа: 24 сараас багагүй байх, Woosung WS 7200 загварын эмнэлгийн ортой дүйцэхүйц байх.</p> <p>-Орны толгой, хөлний тавцан тээвэрлэх, суурилуулах, задлахдаа углуурган холбоос бүхий дэгээт цоожоор тоноглогдсон байх.</p> <p>- ICIP гэрчилгээтэй байх.</p>		
2	<p>Бариа заслын эмчилгээнд ашиглах зориулалттай бариа заслын ор .</p> <p>-Өндөр - 60-80см , өргөн 80 см Даац :+120 кг аас багагүй байх.</p> <p>- Доошоо харж хэвтэхэд нүүр гарах хэсэгтэй, нүүр гарах хэсгийг буцааж өөрөөр нь таглах боломжтой байх.</p> <p>-Тавцан хэсэг нь зөөлөвчтэй, цээж толгойн хэсэг өргөж өндөрлөж, буулгадаг байх,</p> <p>-гадаргуу нь цэвэрлэхэд хялбар,</p> <p>- Орны хөл, холбоосууд бат бөх байх. Мод буюу түүнтэй дүйцэхүйц өргөн материалаар хийгдсэн байх. Хөлний хэмжээ 30*30*90 см ээс багагүй хэмжээстэй байх.</p> <p>-Орны доод хэсэгт туслах материал байрлуулах тавцан, шүүгээ тоноглолтой байх.</p>		
3	<p>Үйлчлүүлэгчийн орны хажуугийн тумбочка</p> <p>Эмнэлгийн зориулалттай</p> <p>Хэмжээ: 480*480*760мм</p> <p>АБС материалаар хийгдсэн.</p> <p>Өнгө: Их бие хэсэг саарал . Тавцан болон бусад тоноглолын хэсэг цэнхэр өнгөтэй байх.</p>		

	Даах жин: 150кг		
4	<p>Сахиурын сандал</p> <p>Зориулалтын PVC материалаар хийгдсэн, зөөж явахад хөнгөн, бат бөх байх, Даац: +110кг, өнгө: цайвар цэнхэр</p> <p>Хэмжээ</p> <p>Width: 39 cm</p> <p>Depth: 47 cm</p> <p>Height: 77 cm</p> <p>Seat width: 39 cm</p> <p>Seat depth: 34 cm</p> <p>Seat height: 45 cm</p>		
5	<p>Сувилагчийн тэргэнцэр</p> <p>Ган төмөр болон ABS хуванцар материалаар хийгдсэн дуслын штативтай байх, дуу чимээ гаргадаггүй дугуйтай, тоормосны системтэй, шургуулгатай байх</p> <p>Тавиур : 2 ширхэг</p> <p>Хогийн сав 2 ширхэг</p>		
6	<p>Ариун материал хадгалах шүүгээ</p> <p>Угааж ариутгасан ариун материалын ариун байдлыг хангаж хатааж хадгалах зориулалттай байх.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Босоо хэлбэрийн 1-2 шилэн хийц бүхий хаалгаар тоногдсон байх.</li> <li>-30 кг аас багагүй материал хадгалах зориулалттай байх</li> <li>-Нян бактер устгах хөх гэрлээр тоноглогдсон байх.</li> <li>-Агаарын босоо урсгалтай байх</li> <li>-Температурын тохиргоог хийх боломжтой байх</li> <li>-Удирдлагын хавтантай байх.</li> </ul>		

	<p>-Түрж байрлуулах боломж бүхий дугуйгаар тоногдсон байх.</p> <p>-Материалыг өлгөх болон эвхээстэй хэлбэрээр агуулж болох боломжтой байх.</p> <p>-Хэмжээ: 2000*100*90 ээс багагүй байх.</p>		
--	--	--	--

Доорх зурагтай дүйцэхүйц.

№	<p><b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</p>	<p><b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</p>	<p><b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</p>
1	<p style="text-align: center;"><b>SPECIFICATION</b></p> 	<p>(БНХАУ-д үйлдвэрлээгүй байх)</p>	

2




3




4



5



6			
---	---	--	--

***[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]***