

ҮНИЙН ХУВААРЬ

Тендер шалгаруулалтын нэр: “АШУУИС-ийн Монгол-Японы сургалтын эмнэлэгт Мэдрэл судлалын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” Багц-6

Үнийн хуваарьд заасан бүх нэр зүйлсийг бүх тоо ширхгээр үйлдвэрлэх, захиалах, худалдан авах, эцсийн цэгт тээвэрлэн хүргэх, холбогдох даатгал хийлгэх, техникийн урьдчилсан дүгнэлт гаргуулах, угсарч, зүгшрүүлэн эцсийн хэрэглэгчид хүлээлгэн өгөх, Үнийн хуваарьт заасан бол холбогдох сургалт явуулах, ашиглалт болон үйлчилгээний гарын авлагыг хүлээлгэн өгөх, баталгаат засварын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэх, бусад зардал, ашиг зэргийг Үнийн саналд шингээсэн. Үнийн саналд дараах зардлыг шингээгээгүй: (1) гаалийн импортын үед тоног төхөөрөмж, бараанд оногдуулдаг НӨАТ, гаалийн татвар, (2) захиалагчаас нийлүүлэгчид гэрээний дагуу шилжүүлэх дотоодын гүйлгээнд тооцдог НӨАТ. Тайлбар: тендер оролцогч нь гаалийн тэмдэг дарсан баглаа боодлын жагсаалт, нэхэмжлэх, тээврийн манифест зэргийг Захиалагчид хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 7 хоногийн хугацаанд гаалийн баталгаат агуулах, талбайд бараа хадгалах зардлыг Үнийн саналд тооцож шингээнэ. Энэ ажлын 7 хоногт багтаан захиалагч нь тухайн барааг НӨАТ, гаалийн татвараас чөлөөлөх юм.

Захиалагчийн дурдсан байж болох үйлдвэрлэлийн, үйл ажиллагааны, материалын, тоног төхөөрөмжийн стандарт, мөн брендийн нэр, каталогийн дугаар нь хязгаарласан бус дүрсэлсэн, тайлбарласан агуулгын зорилготой болно. Тендер оролцогч нь өөр чанарын стандарт, брендийн нэр, каталогийн дугаар санал болгож болох хэдий ч эдгээр орлуулсан стандарт, брендийн нэр, каталогийн дугаар нь захиалагчийн шаардсан тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлттэй бодитоор жишихүйц юм уу илүү гэдгийг тендер оролцогч нь захиалагчид нотлон харуулах ёстой.

Барааны нэр зүйл бүрийг эмнэлгийн байгууллагад ашиглах учир тоног төхөөрөмж, багаж, бусад бараа нь хортой, аюултай аливаа нэг бодис, материал агуулах ёсгүй. Хортой, аюултай нөхцөлд байдалд гал, эрүүл мэнд /жишээлбэл дуу шуугиан, хортой тоос шороо, хэт тод гэрэл, чичиргээ доргио гэх мэт/, химийн болон биологийн /жишээлбэл, хортой цавуу, уусгагч бодис, будаг, цэвэрлэх бодис, тугалга агуулсан будаг, вирус, бактери гэх мэт/, цахилгааны хангалтгүй хамгаалалттай тоног төхөөрөмж, багаж, дэгдэмхий бодис, муухай үнэр зэрэг хамрана. ROHS-ийн дагуу тугалга (Pb), мөнгөн ус (Hg) зэргийг агуулаагүй байна. Технологийн зайлшгүй шалтгааны улмаас зарим зарим аюултай бодис агуулж болно, агуулсан бол аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг заавал ирүүлнэ.

Бараа, бүтээгдэхүүний иж бүрдэлд орох бүхий л бараа, материал, эд анги нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.

ХҮСНЭГТ 1 - ҮНИЙН ХУВААРЬ - СІР ЭЦСИЙН ЦЭГ ҮНЭ

ЗАХИАЛАГЧИЙН ШААРДЛАГА						ҮНИЙН САНАЛ							
№	Нэр зүйл	д/д	Техникийн тодорхойлолт, холбогдох стандартын хамт	Тайлбар	Нийт тоо ширхэг	Нийт тоо ширхэг	Тендер оролцогчийн санал болгосон брэнд, загвар	Тендер оролцогчийн санал болгосон техникийн үзүүлэлт, стандарт	Тайлбар	Нэгж үнэ (СІР үнэ) ₮	Нийт үнэ (СІР үнэ) ₮	Гарал үүслийн улс	Тендерийн хамт ирүүлсэн нотолгоо
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L= G *K	M	N
1	Neuromuscular monitor	1	General Name:		1								
		2	Neuromuscular monitoring										
		3	Purpose of clinical use:										
		4	Neuromuscular function monitoring is a technique that involves the electrical stimulation of a motor nerve and monitoring the response of the muscle supplied by that nerve.It may be used from the induction of to recovery from neuromuscular blockade.										
		5	General features and requirements:										
		6	Adjustable stimulation current: approx. 0 – 60 mA approximate										
		7	Current control: Automatic switch off										
		8	Current settings: programmable										
		9	Output pulse type:										
		10	At least Monophasic, constant current										
		11	TOF (Train Of Four)										
		12	Patient isolation: neutral electrode or protective grounding										
		13	Load resistance: up to 4 kOhms or better										
		14	Display: 3-5 inch or better										
		15	Physical Dimensions:										
		16	Dimensions: approx 165-220mm x 80-110mm x 30-60mm										
		17	Weight: approx 100-350gram with battery										
		18	Utility Requirements:										
		19	Battery: 9V Alkaline or NiCd (6LR61 / 6AM6) or any other long lasting battery										
		20	Battery charger: for the above battery										
		21	Accessories spares and consumables:										
		22	Hand sensor with cable: acceleration transducer cable and stimulation cable.	1 pc									
		23	Mountings	1 pc									
		24	Battery charger adapter	1 pc									
		25	Electrode: surface electrodes with snap connection	2 pcs									
		26	Training and installation requirements:										
		27	The staff who use the equipment need to be trained, including any on-site										
		28	Warranty and Maintenance specific requirements:										
		29	24 months from the date of satisfactory installation. The warranty shall cover										
		30	Submit the list of items, part numbers, and quantities of spare parts required to										
		31	Documentation expected:										
		32	Operation Manual (English version-essential, Mongolian-desired)										
		33	Specific Certification required:										
		34	At least one of: CE marking or approved by US FDA or another stringent										
2	Nerve	1	General Name:		1								

65	Warranty and Maintenance specific requirements								
66	24 months from the date of satisfactory installation. The warranty shall cover all the accessories.								
67	Submit the list of items, part numbers, and quantities of spare parts required to quick replacement and accessories likely to be required during the initial period of operation.								
68	Documentation expected:								
69	Operation Manual (English version-essential, Mongolian-desired)								
70	Service (Technical / Maintenance) manual in English.								
71	Specific Certification required:								
72	ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes								
73	At least one of: CE marking or approved by US FDA or another stringent regulatory body of a founding member of IMDRF (e.g., Japan or Australia or Canada or Europead committee)								
74	IEC 60601-1-11:2015								
								Нийт үнэ (төгрөгөөр)	-

ХҮСНЭГТ 2 - ҮНИЙН ХУВААРЬ - ДОТООДЫН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ

Дотоодын ажил үйлчилгээний үнэд дараах зардлыг тооцож шингээсэн: техникийн урьдчилсан дүгнэлт гаргуулах, угсарч, зүгшрүүлэн эцсийн хэрэглэгчид ашиглалтын байдалд хүлээлгэн өгөх, Үнийн хуваарьт заасан бол холбогдох сургалт явуулах, ашиглалт болон үйлчилгээний гарын авлагыг хүлээлгэн өгөх, баталгаат засварын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэх зэрэг.

ҮНИЙН САНАЛ				
№	Нэр зүйл	Тоо	Нэгж үнэ ₮	Нийт үнэ ₮
Н	И	Ж	К	L= J* K
1	Neuromuscular monitor	1		-
2	Nerve stimulator/nerve locator	1		-
3	Polysomnography sleep recording device	1		-
4	Video EEG	1		-
Нийт үнэ (төгрөгөөр)				-

ХҮСНЭГТ 3 - ТОВЧОО

ҮНИЙН САНАЛ		
№	НЭР ЗҮЙЛ	НИЙТ ҮНЭ ₮
1	ХҮСНЭГТ 1 - ҮНИЙН ХУВААРЬ - СИР ЭЦСИЙН ЦЭГ ҮНЭ	-
2	ХҮСНЭГТ 2 - ҮНИЙН ХУВААРЬ - ДОТООДЫН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ	-
НИЙТ ҮНЭ (ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТАД БИЧИХ ДҮН) ТӨГРӨГӨӨР		-

[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд, эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр, албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын тамга, тэмдэг]: