



Төрийн Тусгай Албан
Хаагчдын Нэгдсэн Эмнэлэг
Амжилтын төлөө өөрчлөлт

“ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ” НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: ТТАХНЭ/2023/09/003
БАРИМТ БИЧИГ/ ГЭРЭЭНИЙ ДУГААР: ТЕ/ТОТ/ 23/03

Зөвшөөрсөн :

Төрийн Тусгай Албан Хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн
захирал, дэд хурандаа Х.Бат-Ирээдүй

Хянасан :

Төлөвлөлт үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал,
хошууч Д.Отгонбаатар

Боловсруулсан:

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн албаны дарга,
Ахмад Б.Зундуйдорж

УЛААНБААТАР ХОТ

2023 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 09-НИЙ ӨДӨР

II БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

Санамж

Захиалагч худалдан авах барааны онцлог шинж, тендерт оролцогчид тавигдах холбогдох хууль тогтоомж, түүний зарчимд нийцсэн шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг тендерийн өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.

Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийг боловсруулахад дараах зүйлийг анхаарна. Үүнд:

1. ТӨХ нь ТШЗ-ны зүйл, заалт болон түүнд хамаарах хэсгийг налуугаар бичсэн зааварт нийцүүлэн тохирох мэдээллийг нөхөх, гүйцээх зорилготой ба ТӨХ-д мөр нэмэхгүй, хасахгүй байх;
2. Тендерт оролцогчийн санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагад тавих шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буйг тогтоох зорилгоор шаардах баримт бичиг нь зөвхөн тендерт оролцогчийг тухайн бараа нийлүүлэх гэрээний үүргийг гүйцэтгэх чадавх, туршлагатай болохыг нотлох баримт бичиг байна;
3. ТШЗ-ны 18 дугаар зүйлд заасан баримт бичгүүдээс аль тохирох баримт бичгийг сонгож ТӨХ-д тусгайлан заана;
4. Тендерт оролцогч өөрийн тендерийн үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна. Иймд захиалагч хуулиар шаардсанаас бусад тохиолдолд тендерт хавсарган ирүүлэх баримт бичгийг нотариатаар гэрчлүүлэх, орчуулагчийн тэмдгээр баталгаажуулахыг тендерт оролцогчоос шаардахгүй;
5. Худалдан авах ажиллагааны цахим системтэй холбогдсон бусад мэдээллийн сангаас илгээсэн өгөгдлийг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй байх. Тухайлбал, Монгол Улсын хуулийн этгээдэд хамаарах улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тендерийн баталгаа, авто тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийн лавлагаа, санхүүгийн тайлан, татварын тодорхойлолт гэх мэт болно.

Энэхүү санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендерийн баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

II БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ТӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: Урсгал засвар үйлчилгээ
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: ТТАХНЭ/202309003/01
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багц-1 Лабораторийн бактерлогийн хэсэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц-2 Өдрийн мэс заслын хагалгааны өрөөнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц-3 Хоол үйлдвэрлэл, гал тогооны хэсэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц-4 Нийтлэг үйлчилгээний албанб шаардлагатай тоног төхөөрөмж
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бичих:
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Улсын төсвийн хөрөнгө
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: 133,000,000 төгрөг
Б. ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН АГУУЛГА	
ТШЗ 9.2	Тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг: Хүлээн авагчийн нэр: Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн албаны дарга ахмад Б.Зундуйдорж Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг А блок 7 давхар техникийн хэсгийн 707 тоот Утасны дугаар: 51-260707, 88053700 Цахим шуудангийн хаяг: ttakhne.tender2021@gmail.com
ТШЗ 10.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	
ТШЗ 13.2	Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: “Монгол хэл”
ТШЗ 16.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг “Зөвшөөрөхгүй”
ТШЗ 18.2	Тендерт оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: <ul style="list-style-type: none"> - Борлуулалтын орлогын хэмжээ: ТШЗ-ны 18.3-т заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн нийт борлуулалтын орлогын хэмжээ нь батлагдсан төсвийн 50 хувиас багагүй байх. Батлагдсан төсөв гэдэг нь оролцож буй багцуудын батлагдсан төсвийн нийлбэр байна.
ТШЗ 18.2.5	Санхүүгийн чадавхын талаар энэ зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангах бусад баримт: Түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээ санал болгож буй үнийн дүнгийн 50% болон түүнээс их байх
ТШЗ 18.3	Тендерт оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа: 2021, 2022 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан.
ТШЗ 18.6	Тендерт оролцогчийн техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: <p>Ижил төстэй гэрээний туршлага: Сүүлийн 2 жил /2021, 2022/ Уг хугацаанд батлагдсан төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээ доод тал нь 2 удаа. Батлагдсан төсөв гэдэг нь оролцож буй багцуудын батлагдсан төсвийн нийлбэр байна.</p>
ТШЗ 18.6.1	Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: “Шаардана” <ul style="list-style-type: none"> - Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл импортлох, ханган нийлүүлэх, болон цахилгаан, сантехникийн ажлуудыг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлүүдийг оролцож байгаа багцаас хамааран ирүүлнэ.
ТШЗ 18.6.3	Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн мэдээлэл: Шаардана. Мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ бүхий ажилтаны овог нэр, РД, албан тушаалын жагсаалтыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн “Лавлагаа” хэсгээс шалгахыг зөвшөөрсөн тухай мэдэгдэлийн хамт ирүүлэх. /НД төлөлт болон Мэргэжлийн дипломыг шалгана/.
ТШЗ 18.6.4	Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний мэдээлэл: “Шаардлагатай” <ul style="list-style-type: none"> - Гэрээ дүгнэсэн акт ирүүлэх.

	- Хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж буй гэрээний жагсаалтыг баталгаажуулж ирүүлэх.
ТШЗ 18.6.7	Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл: Шаардана. Барааг стандартын дагуу тээвэрлэн нийлүүлэх автомашин, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэлийг ирүүлэх.
ТШЗ 18.6.8	Тендерт оролцогч дараах нэмэлт материалыг өөрийн тендерийн баримт бичигт хавсралтаар ирүүлнэ. Үүнд: <ol style="list-style-type: none"> 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ. 2. Тендерт оролцогчыг төлөөлж гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэлийг ирүүлнэ. 3. Оролцогч нь харъяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэсээс 2022 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар өр төлбөртэй эсэх талаарх тодорхойлолт ирүүлэх. 4. 2022 оны нийгмийн даатгалын тайланг НД7, НД8 маягтын дагуу ирүүлнэ. Сүүлийн 3 сарын мэдээллийг цахим системээс шалгахыг зөвшөөрсөн албан бичиг ирүүлэх 5. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүхийн төрөлжсөн архивын “сүүлийн 3 жилд иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцож байсан эсэх” талаарх тодорхойлолт ирүүлэх. 6. Барааны техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан нотлох баримт, Монгол хэл дээр ирүүлнэ. /Орчуулгын үнэн магадтайг тендерт оролцогч бүрэн хариуцна/ 7. Тендерт оролцогч нь үйлдвэрлэгчийн орны зохицуулагч эрх бүхий этгээдээс баталгаажуулсан гэрчилгээг хавсаргасан байна /Үүнд: албан ёсны дистрибьютерийн эрх, түншлэлийн гэрээ, импортын гэрээг/ Монгол хэлээр орчуулсан байх 8. Барааны жагсаалт ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу ирүүлэх. 9. Өндөр өртөгтэй, нийлмэл бүтэцтэй, суурин аппараттай ажиллаж байсан болон түүн дээр засвар үйлчилгээ хийж байсныг нотлох гэрчилгээ тусгай зөвшөөрөл эсвэл үнэмлэх бичиг баримтыг ирүүлэх. 10. Тус брэндийн тусгайлсан сургалтанд хамрагдсан инженерийн материал ажлын туршлагыг ирүүлэх. 11. Олон улсын чанарын ISO, CE зэрэг стандартыг хангасан эсэхийг гэрчлэх гэрчилгээ. Нийлүүлэгч улс болон үйлдвэрлэгчийг тодорхой заах. 12. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлэх тендерт оролцогч давуу эрх эдлэх хүсэлтэй бол давуу эрх бараа жагсаалт, хүсэлтэй албан бичгээр баталгаажуулан ирүүлэх. 13. Бараа бүтээгдэхүүн нь 24 сараас доошгүй баталгаат хугацаатай байх.
ТШЗ 18.7.	Тендерт оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: “Шаардана”
ТШЗ 19.5.	Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх хугацаа: Нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу нийлүүлэлт хийх.

ТШЗ 20.5.	Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна”
ТШЗ 20.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Туйм” Incoterms 2020, DDP, ТТАХНЭ-ийн тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгслийг суурилуулах кабинет.
ТШЗ 23.1	Тендерийн баталгаа: “Шаардана” Тендерийн баталгаа шаардах бол тендерийн баталгааны дүн төсөвт өртгийн 1 хувиар тооцож байршуулна.
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 24.5.3	ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан болон V бүлгийн маягтуудаас гадна бусад тендерт оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт: <ol style="list-style-type: none"> 1. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл; 2. Харилцагч банкнаас хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт. 3. Харилцагч банк, банк санхүүгийн байгууллагаас тодорхойлолт авахад татгалзах зүйлгүй талаарх мэдэгдэл ирүүлэх;
ТШЗ 25.1.	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: 2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр Цаг: 15 цаг 00 минут
ТШЗ 27.1.	Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг тендерт оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: 2022 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр Цаг: 15 цаг 30 минут Тендер нээх газрын хаяг: Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг А блок 8 давхар хурлын танхим.
Д. ТЕНДЕРИЙГ ХЯНАН ҮЗЭХ, ҮНЭЛЭХ	

ТШЗ 31.2	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: “Ашиглана”	
	№	Шалгуур үзүүлэлт
	I	Нийгмийн шалгуур
	1.1	Ажиллах орчны аюулгүй байдал
	II	Эдийн засгийн шалгуур
	2.1	Нийлүүлэх хугацаа
	III	
	3.1	
	3.2	
	3.4	
	3.5	
	3.6	
	3.7	
Е. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ		
ТШЗ 40.1	Шалгарсан тендерт оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэх эсэх: “Тийм”	
Ё. БУСАД		
ТШЗ 43.1	Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдаж байгаа эсэх: Үгүй “Үгүй”	

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь дараах техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. Үүнд:

Барааны нэр: Багц-1 Лабораторийн бактерлогийн хэсэгт шаардалагатай тоног төхөөрөмж

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	<p>Автоклав /өсгүүр болон устгалын/-2ш</p> <ul style="list-style-type: none"> • Босоо хэлбэрийн байх • Багтаамж-100л ээс багагүй • Лабораторийн бактерологийн шинжилгээнд зориулагдсан байх • Хийцийн материал - 304 маркын гангаар хийгдсэн байх • Үндсэн даралт :-0.1-0.28 MPa • Үндсэн температур-142 градус C ээс багагүй байх • Засвар үйлчлгээний хугацаа-25000 ариутгалын цикл болон 12 жилээс багагүй байх • Үндсэн их бие болон дотор тогооны тусгаарлагч шилэн хөвөн байх • Хаалганы тоо -1 байх • - Large, easy to read vacuum fluorescent display • - Optional sample sensor provides exact temperature of sample on display • - Internal glass door allows sample viewing without impacting temperature • - Exceptionally small footprint 		

	<ul style="list-style-type: none"> • - 140°C decontamination cycle • - At 140°C contaminating microorganisms are reduced to a minimum - comparable to sterilization - within a six hour heating cycle • - No need for separate autoclaving of internal fittings • - Certified by an accredited microbiological institute • - Temperature Range[Ambient + 5 °C] to 105 °C • - Exterior DimensionsVaries with model • - Interior DimensionsVaries with model • Security interlock.- Pressure safety interlock device: only when the door is closed in place, the power can be connected to produce steam by heating; with pressure in the inner chamber, the door cannot be opened • Door sealing method-elf-expanding seal rubber gasket, molded with transparent medical silicone rubber • -Control valve.- Imported direct-acting solenoid valve 1, stable and reliable quality, manual ball valve 1. • -Water injection and drainage method.-Manual water injection and manual drainage • -Condensing device- Built-in steam condensation system, cooling treatment of water and steam discharged from the inner chamber after sterilization, realizing no steam discharge. • -Control mode.-A special sterilizer controller with PLC control and modular design. • Highly integrated PLC with MASTER series high-speed processor chip, which can realize high-speed arithmetic processing from 0.1 to 0.9μS/step. • Optional Wireless communication function: the equipment can be monitored 		
--	--	--	--

	<p>and operated (start and stop programs, etc.) through a wireless receiving terminal (optional), while being able to view and record the operating status of the equipment and the sterilization process parameters.</p> <ul style="list-style-type: none"> • -Solid agar melting function-agar melting, agar melting - holding function can be realized by adjusting the parameters. • Melting temperature can be set in the range of 40 to 105°C. • Melting time can be set in the range of 0 to 9999 minutes • Parameter range- Sterilization temperature setting range: 105°C~138°C • Dissolution temperature setting range: 40°C~105°C • Sterilization time setting range: 0~9999 minutes • Pulse number can be set: 1~6 times • Discharge valve opening temperature range: 40°C~134°C • Insulation temperature can be set: 40°C~134°C • Insulation time can be set range: 0~160 hours • Reservation time can be set: 0~160 hours • -Шугамын хүчдэл - 220V -50 HZ • - Чадал-7.5 кВ • -Quality system certificate--ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, Europe CE • -Pressure vessel certificate--PED, ASME 		
--	--	--	--

Багц-2 Өдрийн мэс заслын хагалгааны өрөөнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>

		<i>техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	
1	<p>1. Хагалгааны өрөөний автомат мэдрэгчтэй гар угаалтуур-1ш</p> <ul style="list-style-type: none"> -Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн байх 160*60*100 см аас багагүй хэмжээтэй байх -Халуун хүйтэн ус холигчтой байх -Ус гарах хоолой 2 ш байх -Ус гоожуулах үйлдэл хөл мэдрэгч болон хөл гишгүүртэй байх -Ариутгалын бодис болон шингэн саван хийх автомат гоожууртай байх Эмчийн харах тольтой байх 		
2	<p>2. Түлэгч коагуляцын аппарат-1ш</p> <ul style="list-style-type: none"> -Биетийн хэмжээ: 17*36*54 см -Жин: 14.5 кг аас ихгүй байх -Чадал: Гаралт- CUT MODE-1100V -Гаралт: BIEND MODE-1200 V -Гаралт: COAGULATION Mode-3200V аас багагүй байх -Гаралт: FULGURATION MODE-5000V аас багагүй байх -Гаралт: BIPOLAR MODE: Micro -150 V; Macro-560 V CQM; ARM -10-150 Ohms Self diagnosis -тай байх 		
3	<p>3. Хяналтын монитор-1 ш</p> <p>12,1 TFT өнгөт мэдрэгчтэй дэлгэц</p> <ul style="list-style-type: none"> • Үндсэн үзүүлэлтүүд: SpO2, ECG, Temp, NIBP • Нэмэлтээр захиалах боломжтой: CO2, IBP • ST сегмент ба 16 төрлийн хэм алдагдлын шинжилгээ хийх нарийвчлалтай ЭКГ хэмжилт • Төв хяналтын системтэй холбогдох боломжтой байх. <p>Төв хяналтын системийн программ дагалдах (Central Station)</p> <p>Техникийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлт:</p> <p>ECG үзүүлэлт</p> <ul style="list-style-type: none"> • ЭКГ хэмжилт: 5 утастай • Нэмэлт сонголт: X0.25,x0..25,x0.5,x1,x2, автомат 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Хурд (мм/ с): 12.5,25, 50 • Оношилгооны горим: 0.05-130 Гц • Дэлгэцэнд үзүүлэх давтамж: 0.5-40Гц • Хэмжих зүрхний цохилтын хязгаар: Насанд хүрэгч: 15-300, Хүүхэд/ нярай 15-350 Амьсгалын хяналт • Хэмжилтийн арга: Цээжнээс • Хэмжээ: 0-120гpm • Хүрээний хурд: 6.25, 12.5, 25 мм/с Spo2 хяналт • Хүчилтөрөгчийн хэмжилтийн утга: 0-100% • Нарийвчлал: (70-100%): Насанд хүрэгч 2%, хүүхэд 3% • Пульсийн хэмжилтийн түвшин (bpm): 2-250 NIBP / Даралт / • Төрөл: NIBP, IBP • Арга: Автомат, Осциллометрийн аргаар • Ажлын горим: Аютомат, механик • Систолын даралтын дохиоллын хязгаар (ммМУБ): Том хүн 40-270, • Даралтын дохиоллын хязгаар (ммМУБ): Том хүн 10-210, • Дундаж даралтын дохиоллын хязгаар (ммМУБ): Том хүн 20-230, • CO2 кафнографын хэмжилт хийдэг байх . Температурын хяналт • Хэмжих хүрээ: 0-50°C (41~122F) • Параметр: T1, T2 Баттерей • Төрөл / багтаамж /: Li-ion (4400mAh) • Ажиллах хугацаа: 5 цаг • Цэнэглэх хугацаа: 4 цаг • Хэвлэгч • Төрөл: Termal dot array • Хэвлэх хурд (мм м.у.б): 12.5, 25, 50 • Цаасны хэмжээ (мм): 50 Хяналтын монитор хананд тогтоогч тавиуртай байх. 		
--	---	--	--

4	<p>4. 24 цагийн холтер-4 сеть -DMS holter system-тэй дүйцэхүйц байх -Security Key / Analyze Software-1 -Service manuel-1 -Holter recorder -4 -Holter cable-8 -Pouch-4 User manuel-1 SSS cable-8 Олон өдрийн үрэлжилсэн бичлэг Multi day holter recorder ip to 3 days- аас доошгүй байх Sample rate- 256-4096 Hz 1 AAA battery power supply Standart 12 channel recorder /10-lead wires/ Memory 500 tb ээс багагүй Playbuck time ухраах хурд 3 минутаас ихгүй байх Хэмжээ 90*60*30 аас ихгүй байх жин 100 гр-аас ихгүй байх ISO гэрчилгээтэй байх FDA гэрчилгээтэй байх CE гэрчилгээтэй байх</p>		
5	<p>5. Хагалгааны багажийн ширээ /Маяо/-1ш Хэмжээ: урт -60 см Өндөр 50-80 см Өндөр тохируулагчтай байх Дугуйнууд түгчигчтэй байх Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн байх</p>		
	<p>Хагалгааны багажийн хагас дугуй ширээ-1ш Хэлбэр: Хагас дуруй Хэмжээ: урт 1550 мм өндөр 850 мм Түрж явах дугуйн тоноглолтой байх 2 тавиуртай байх Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн байх</p>		
	<p>Эйр кондейшн-1 ком Хананы эйркондейшн Ширхэг 1 • Агаарыг угсгал 18 градус 0-22 хүртэл заасан хэмжээнд хүрч байх уг өрөөны хэмжээ 18м2 талбайг бүрэн жигд хангаж байх. Учир нь уг өрөөний темпратур одоогоор 280-300 С байгаа бөгөөд уг темпратурыг шаардлагатай тохиолдолд 16 градус 0-22 хэмжээнд хүргэх боломжийг хангасан байх.</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> • Хананы эйркондейшн багадаа 2HP төхөөрөмж байх. • Сэрүүн агаарыг жигд хүртээмжтэй байх. • Фильтр болон бусад төхөөрөмжинд цэвэрлэгээ болон засвар үйлчилгээг хийхэд ямар нэгэн саад бэрхшээлгүй хийж байх. • Өвлийн улиралд хэвийн ажилладаг байх ба гадна моторыг дулаалахад саадгүй байх. • Хөргөлтийн гадна төхөөрөмж бусад техник ба барилгын стандартыг өөрчлөхгүй зайг нарийн тооцоолсон байх шаардлагатай. • Цахилгааны эх үүсвэрийг боломжтой газраас татах тооцоотой байх. <p>Хийгдсэн материал</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уг систем нь хасах градуст хөлдөхгүй шингэнээр хийгдсэн байх • Гадна суурилуулах төхөөрөмжийн хамгаалалт болон суурь хийж өгөх • Цахилгааны эх үүсвэрийн кабель үнийн саналдаа оруулж өгсөн байх. • Цахилгааны нэгдсэн тусдаа самбар суурилуулж тавих. <p>Стандарт</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автомат нэгсэнд удирдлага, хянах самбартай байх 		
--	--	--	--

Багц-3 Хоол үйлдвэрлэл гал тогооны хэсэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Жигнүүр /2 хаалгатай/-1 ш Жигнүүр: 2 хаалгатай байх Тавиур жигнүүрийн тоо-24 байх Хүчдэл: 380 v Өндөр:1460 мм*1380мм* 520мм Хүчин чадал: 12+12квт		
2	4 ширэмтэй плетка-1ш 4 ширэмтэй индукц плитка Ангилал: плитка Хүчдэл:380 v		

	Өндөр:920мм*1200мм*800мм		
3	Их тосонд шарагч-1ш 1 шарагчтай, 10л багтаамжтай,		
4	Талхны тавиар-1ш -150 см өргөнтэй , сайн чанарын даац сайтай 3 буюу түүнээс дээш тавцантай, тавцан нь хүнсний зориулалттай ган листээр бүрсэн, хүнсний амт чанарт нөлөөлөхгүй, угааж цэвэрлэхэд хялбар, талх хөргөөх зориулалттай буюу зориулалтын нүхтэй.		
5	Холигч миксер-1ш 1.8 л дээш багтаамжтай, 1000вт дээш хүчин чадалтай, шилэн сав, ган хутгатай байх		

Багц-4 Нийтлэг үйлчилгээний албанб шаардлагатай тоног төхөөрөмж

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Давхар өнгөлөгч багстай шал угаагч автомат машин-1ш Цагт цэвэрлэх чадамж-3200м2/ц аас багагүй байх Түрэх хурд-0-6 км/ц аас багагүй байх Өнгөлц цэвэрлэх зузаан -960 мм ээс багагүй байх Цэвэрлэгч тавган багсны диаметр-700 мм ээс багагүй байх Цэврэлэгч таваг хэлбэрийн багс -2оос доошгүй тоноглогдсон байх Цэвэрлэгээний усны танкны багтаамж-65 л ээс багагүй байх Бохир усны танкны багтаамж-70л ээс багагүй байх Зай хураагуурын багтаамж-24V/120Ah аас багагүй байх Шугамын хүчдэл -24V/1700W аас багагүй байх Тасралтгүй ажиллах хугацаа -4 цагаас багагүй байх Хүндийн жин-250кг аас ихгүй байх		

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	ТӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	[Барааны нэрийг бичих]	[Нэгжийн тоо ширхгийг]	[Хэмжих нэгжийг бичих]	[Бараа хүргэх газрын нэр]	[Гэрээ байгуулснаас хойш нийлүүлэх хугацаа бич. Жишээ нь: 2023.05.01-нээс 2023. 06.14]	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	Багц-1 Лабораторийн бактерлогийн хэсэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж	2	Ш	ТТАХНЭ	Гэрээ байгуулсанаас хойш 30 хоногт	
3	Багц-2 Өдрийн мэс заслын хагалгааны өрөөнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10	Ш	ТТАХНЭ	Гэрээ байгуулсанаас хойш 30 хоногт	

4	Багц-3 Хоол Үйлдвэрлэл гал тогооны хэсэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж	5	Ш	ТТАХНЭ	Гэрээ байгуулсанаас хойш 30 хоногт	
5	Багц-4 Нийтлэг Үйлчилгээний албанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	1	Ш	ТТАХНЭ	Гэрээ байгуулсанаас хойш 30 хоногт	

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	<p>Бараа нийлүүлэх газар:</p> <p><i>Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг Клиник эмзүйн албаны эмийн нөөцийн өрөө</i></p>
ГЕН 2.6.	<p>Бараа нийлүүлэх хугацаа: <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 60 хоногийн дотор</i></p> <p><i>Барааг үе шаттай нийлүүлэх бол үе шатны хугацаа:(огноо бичих эсхүл нийлүүлэлтийн хуваарь байгаа бол түүнийг ишлэх)</i></p>
ГЕН 2.10.	<p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p> <p><i>Тоног төхөөрөмжийг ТТАХНЭ-ийн тухайн тоног төхөөрөмжийг суурилуулах кабенетад байршуулж үйл ажиллагааг шалгаж, жигдрүүлж хүлээлгэн өгнө. Суурилуулахтай холбогдох бүх зардлыг нийлүүлэгч тал хариуцна.</i></p> <p><i>Нийлүүлэгдэж буй тоног төхөөрөмжүүд дээр ашиглалтын сургалт зохион байгуулах.</i></p> <p>Бараанд холбогдох баримт бичиг:</p> <p><i>Тоног төхөөрөмж ашиглах заавар,</i></p> <p><i>Үйлдвэрийн дагалдах бичиг баримт,</i></p> <p><i>Үйлдвэрийн ISO болон CE чанарын гэрчилгээ</i></p> <p><i>Засвар үйлчилгээний карт,</i></p> <p><i>Баталгааны хуудас</i></p> <p><i>Программын CD эх хувь</i></p> <p>Угсралт, суурилуулах:</p> <p><i>Багц-1 Лабораторийн бактерлогийн хэсэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж</i></p> <p><i>Багц-2 Өдрийн мэс заслын хагалгааны өрөөнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж</i></p> <p><i>Багц-3 Хоол үйлдвэрлэл гал тогооны хэсэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж</i></p> <p><i>Багц-4 Нийтлэг үйлчилгээний албанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж</i></p>
ГЕН 2.14.	<p>Баглаа, боодол:</p> <p><i>Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн, хур тунадас болон бусад бүх нөхцөлийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна.</i></p>
ГЕН 2.17.	<p>Худалдааны нөхцөл:</p> <p><i>Incoterms 2020, DDP, ТТАХНЭ-ийн тоног төхөөрөмж суурилуулах кабинет.</i></p>

ГЕН 3.8.	<i>Үнийн тохируулга хийх аргачлал:</i> <i>Үнийн тохируулга хийхгүй</i>
ГЕН 3.9.	Төлбөр төлөх хугацаа: <i>2023 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр</i>
ГЕН 4.2.	Даатгал: <i>[Даатгалын нөхцөлийг тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлог болон худалдааны нөхцөлүүдийг харгалзан тодорхойлно. Даатгалын төрөл заах]</i>
ГЕН 4.10.	Баталгаат хугацаа: <i>12 сар ба түүнээс дээш</i>
ГЕН 4.11	Чанарын баталгаа: Чанарын баталгаа шаардах эсэх: <i>Шаардана</i> Чанарын баталгааны дүн: <i>Гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувь</i>
ГЕН 4.17.	Нийлүүлэгчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: <i>“Тийм”</i> Алдангийн хувь: <i>хугацаа хоцорсон хоног тутамд 0.5 хувиар алданги тооцно.</i>
ГЕН 4.18.	Захиалагчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: <i>“үгүй”</i>

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: **2023 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр**

Тендер шалгаруулалтын нэр: **Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх**

Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ТТАХНЭ/202309009/03**

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг **Тоног төхөөрөмж** нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ. Үүнд:

Багц-1 Лабораторийн бактерлогийн хэсэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж

Багц-2 Өдрийн мэс заслын хагалгааны өрөөнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж

Багц-3 Хоол үйлдвэрлэл, гал тогооны хэсэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж

Багц-4 Нийтлэг үйлчилгээний албанб шаардлагатай тоног төхөөрөмж

Сонирхогч этгээд худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендерийн баримт бичигтэй үнэ төлбөргүй танилцах эрхтэй бөгөөд тендерийн баримт бичгийн үнийг төлснөөр тендер шалгаруулалтад оролцох эрхтэй болно.

Тендер нь 30 ба түүнээс дээш хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх ба **төсөвт өртгийн 0,5%-тай дүйцэх** төгрөгөөс багагүй үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.¹

Тендерийг **2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний 15 цаг 00 минутаас** аас өмнө тендерийн баримт бичигт заасан хэлбэрээр ирүүлэх ба тендерийн нээлтийг **2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн, 15 цаг 30 минут** зохион байгуулна.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх:² **“Эрхгүй”**

Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны урилга эсэх: **“Үгүй”**

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг доорх хаягаар хүргүүлж болно.

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо Төрийн тусгай албан
хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг А блок 7 давхар 707 тоот Эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн албаны дарга,ахмад Б.Зундуйдорж
Утас: 51-260707, 88053700

¹ 100 сая төгрөгөөс дээш төсөвт өртөгтэй ажил, 70 сая төгрөгөөс дээш төсөвт өртөгтэй бараа, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ худалдан авахад тендерийн баталгаа шаардана.

² Хуулийн 9.3-т зааснаас бусад тендер шалгаруулалтад гадаадын этгээдийг оролцуулж үл болно.