



БАТЛАВ.
АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА  Ч.ОЮУНАА

**“ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ “ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХОЁРДУГААР БАГЦАД ШААРДАГДАХ
ОНОШЛУУРЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

№	Хэрэглэгдэхүүний нэр	Хэмжих нэгж	Савлалт	Тоо хэмжээ	Тавигдах шаардлага
1	В вирусн вакцины дархлал тогтоц үзэх	Хайрцаг	1*100 хүн тун	4	<ul style="list-style-type: none">• В вирусн дархлал тогтоц ийлдсэнд үзэх• Иммунологийн Cobas E-411 анализаторит тохирох• Anti -HBs2 Elecsys• Хадгалах температур 2-8° С• Хүчинтэй хугацаа 2 жилээс доошгүй байх.

БОЛОВСРУУЛСАН:
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН  Д.ЭНХТУЯА


ХЯНАСАН:
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН  О.МЯГМАРСҮРЭН


БАТЛАВ.
АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА Ч.ОЮУНАА



**“ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ “ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГУРАВДУГААР БАГЦАД ШААРДАГДАХ
ОНОШЛУУРЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

№	Хэрэглэгдэхүүний нэр	Хэмжих нэгж	Савлалт	Тоо хэмжээ	Тавигдах шаардлага
1	Хепатит Д вирусн идэвхжил тодорхойлох	Хайрцаг	1*50	1	<ul style="list-style-type: none">• Д вирусн идэвхжил тодорхойлох• BIO-RAD CFX 96 real-Time System энэ анализаторит шинжилгээг хийж болох• Нуклейн хүчил гар аргаар ялгах оношлуур• Хадгалах температур 2-8⁰ С• Хүчинтэй хугацаа 2 жилээс доошгүй байх.

БОЛОВСРУУЛСАН:
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН  Д.ЭНХТУЯА

ХЯНАСАН:
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН  О.МЯГМАРСҮРЭН

БАТЛАВ:
АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА *Ч.ОЮУНАА*



**“ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ “ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ДӨРӨВДҮГЭЭР БАГЦАД ШААРДАГДАХ
ОНОШЛУУРЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

№	Хэрэглэгдэхүүний нэр	Хэмжих нэгж	Савлалт	Тоо хэмжээ	Тавигдах шаардлага
1	Гепатит В вирусын идэвхжил тодорхойлох	Ширхэг	Кассет	100	<ul style="list-style-type: none">• GeneXpert 4 парт анализаторит тохирох оношлуур• Оношлуур нь нэг нэг савлагдсан• Хадгалах температур 2-8° С• Хүчинтэй хугацаа 2 жилээс доошгүй байх
2	Гепатит С вирусын идэвхжил тодорхойлох	Ширхэг	Кассет	100	<ul style="list-style-type: none">• GeneXpert 4 парт анализаторит тохирох оношлуур• Оношлуур нь нэг нэг савлагдсан• Хадгалах температур 2-8° С• Хүчинтэй хугацаа 2 жилээс доошгүй байх.

БОЛОВСРУУЛСАН:
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН *Д.ЭНХТУЯА* Д.ЭНХТУЯА

ХЯНАСАН:
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН *О.МЯГМАРСҮРЭН* О.МЯГМАРСҮРЭН