


БАТЛАВ.
 СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН
 ДАРГЫН АЛБАН УУРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
 ГҮЙЦЭТГЭГЧ 
 Б.УУГАНБАЯР

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН БАГЦАД ТУСГАГДСАН
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРААС ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛАГААНЫ
ГАЗАРТ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС /ОРХОН БАЯН-
ӨНДӨР СУМ-/ИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

АТОМ ШИНГЭЭЛТИЙН СПЕКТРОМЕТР ЗОРИУЛАЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ


Зориулалт: 12 төрлийн хүнд метал илрүүлэх

Хэрэглэх хамрах хүрээ: Хүрээлэн буй орчин, хүнсний бүтээгдэхүүн болон биологийн дээжинд хүнд металлууд болон бусад элементийн агууламжийг тодорхойлох

Атом шингээлтийн спектрометр багажийн техникийн үзүүлэлт

Усны шинжилгээний аппаратын /Hach/ багажийн техникийн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	
Дүйцэхүйц үйлдвэрлэгч	Атом шингээлтийн спектрометр багажтай дүйцэхүйц чанарын шаардлага хангасан байх	
Техникийн үзүүлэлт	Дээжийн тасалгааны тоо	1
	Спектрийн зурвасын өргөнүүд	0.2, 0.5 ба 1.0 нм
	Дисперс	200 нм-д 2.0 нм/мм
	Сараалжтай	1800 мөр/ мм
	Оптик тохиргоо	Автомат
	Долгионы уртын хүрээ	180-900 нм
	Шатаагч төрөл	50 мм-ийн сэргээтэй эсвэл бүх нийтийн шатаагч эсвэл 100 мм шатаагч
	Хийн хайрцаг	MFC tully автомат

Атом шингээлтийн спектрометр багаж



Танилцаж, зөвшөөрсөн:
Хэмжил зүйн бодлогын газрын дарга

Д.Нарангэрэл

Нэгтгэсэн:
Захиргаа, удирдлагын газрын
Санхүүгийн хэлтсийн дарга

О.Оюунтуяа