

БАТЛАВ.
 СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН
 ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
 ГҮЙЦЭТГЭГЧ Б.УУГАНБАЯР



**МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН БАГЦАД ТУСГАГДСАН
 СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРААС ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
 ГАЗАРТ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС /ОРХОН БАЯН-
 ӨНДӨР СУМ/-ИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

1. MINI VIDAS БАГАЖ, ОНОШЛУУР ЗОРИУЛАЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ


Зориулалт: Шинжилгээний үр дүнг баталгаажуулах бүрэн автомат анализатор
 Хэрэглэх хамрах хүрээ: Бүх төрлийн дээжинд үр дүнг баталгаажуулах

1.1. MINI VIDAS багажийн техникийн үзүүлэлт

| MINI VIDAS багажийн техникийн үзүүлэлт | | Үзүүлэлт |
|--|------------------------------------|--|
| Дүйцэхүйц үйлдвэрлэгч | | MINI VIDAS багажтай дүйцэхүйц чанарын шаардлага хангасан байх |
| Техникийн үзүүлэлт | Параметр | 100 төрлийн үзүүлэлттэй |
| | Хариу | 1 сорьц байсан ч 17-90 минутанд хариу гарна |
| | Хүчин чадал | Цагт 36 тест |
| | Цомог | 30 тест, 60 тест |
| | Овор хэмжээ | Өндөр: 45 см Урт: 57.5 см Өргөн : 55 см |
| | Жин | Төхөөрөмж: 40 кг Тээвэрлэлт: 47 кг |
| | Шинжилгээний багтаамж | 12 байрлал 2*6 тасалгаа |
| | Орчны үзүүлэлт | Тасалгааны хэм: ХҮА 37°C ± 1°C Тасалгааны хавтан: ХҮА 37°C(-2°C ± 1°C) Орчны ажиллах хэм: ХҮА 15°C – 30°C Харьцангуй чийгшил: ХҮА 10% – 80% |
| | Цахилгааны үзүүлэлт | Хүчдэл: 100-240VAC 1.5-0.8A Чадал: 150 W Давтамж: 50/60 Hz |
| Оптик | Илрүүлэгч : флуорометрийн фотодиол | |

| | | |
|--|---------------------------|---|
| | | Илрүүлэх хязгаар: 40-40000 нмоль Илрүүлэх хязгаар: 4-Метил Илрүүлэх хязгаар: умбеллиферон |
| | Стандарт | UL, CSA АНУ, КАНАД |
| | Гэрчилгээ | ISO 15189 |
| | Суурилуулах дээд өндөрлөг | 2000 м |
| | Оношлуур | VIDAS Salmonella VIDAS UP E.COLI. 0157:H7 VIDAS Listeria |

MINI VIDAS багаж



1.2. Компьютерын зориулалт, хэрэглэх хүрээ


Зориулалт: Шинжилгээний үр дүн боловсруулах

Хэрэглэх хамрах хүрээ: Шинжилгээний үр дүн боловсруулах

Компьютерын техникийн үзүүлэлт

| Компьютерын техникийн үзүүлэлт | | Үзүүлэлт |
|--------------------------------|------------------|---|
| Дүйцэхүйц үйлдвэрлэгч | | Компьютер нь dell түүнтэй дүйцэхүйц чанарын шаардлага хангасан байх |
| Техникийн үзүүлэлт | Суурин компьютер | Дэлгэц:dell-22 инч Процессор:dell i5 Keyboard:dell Mouse:usb mouse Багтаамж: 1 TB HARD Шуурхай санах ой: 8 GB DDR4 |

Компьютер



1.3. Принтерын зориулалт, хэрэглэх хүрээ

Зориулалт: Шинжилгээний үр дүн хэвлэх

Хэрэглэх хамрах хүрээ: Шинжилгээний үр дүн хэвлэх

Принтерын техникийн үзүүлэлт

| Принтерын техникийн үзүүлэлт | | Үзүүлэлт |
|------------------------------|---------|---|
| Дүйцэхүйц үйлдвэрлэгч | | Принтерын нь олон үйлдэлт түүнтэй дүйцэхүйц чанарын шаардлага хангасан байх |
| Техникийн үзүүлэлт | Принтер | HP LaserJet Pro MFP M428fdw Printer олон үйлдэлт лазер принтер USB / LAN / WiFi / Duplex / ADF – 50 хуудас |

Принтер



1.4. Хөргөгчийн зориулалт, хэрэглэх хүрээ

Зориулалт: Дээжийн шинэлэг байдлыг хадгална


Хэрэглэх хамрах хүрээ: Дээж хадгалах

Хөргөгчийн техникийн үзүүлэлт

| Хөргөгчийн техникийн үзүүлэлт | | Үзүүлэлт |
|-------------------------------|---------|--|
| Дүйцэхүйц үйлдвэрлэгч | | Хөргөгч нь дүйцэхүйц чанарын шаардлага хангасан байх |
| Техникийн үзүүлэлт | Хөргөгч | 220V 50Hz Өнгө: цагаан |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | | Багтаамж: 21 куб.фут |
|--|--|----------------------|

Хөргөгч



Танилцаж, зөвшөөрсөн:
Хэмжил зүйн бодлогын газрын дарга



Д.Нарангэрэл

Нэгтгэсэн:
Захиргаа, удирдлагын газрын
Санхүүгийн хэлтсийн дарга



О.Оюунтуяа