

БАТЛАВ.
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ Б.УУГАНБАЯР

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН БАГЦАД ТУСГАГДСАН
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРААС ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ГАЗАРТ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС /ОРХОН БАЯН-
ӨНДӨР СУМ/-ИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

МИКРОСКОПЫН ЗОРИУЛАЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ


Зориулалт: Хүнсний өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнд ургамлын өвчин, хортон шавж, хог ургамлыг тодорхойлох.

Хэрэглэх хамрах хүрээ: Хүнсний өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнд ургамлын өвчин, хортон шавж, хог ургамлыг тодорхойлох.

1. Микроскопын техникийн үзүүлэлт

Микроскопын техникийн үзүүлэлт		Үзүүлэлт
Дүйцэхүйц үйлдвэрлэгч		Микроскоп нь дүйцэхүйц чанарын шаардлага хангасан байх
Техникийн үзүүлэлт	Оптик систем	Infinity оптик систем
	Гэрэлтүүлэгийн систем	2.4 Вт
	Фокус	Хөдөлгөөн: 15 мм Тохируулах бариулын эргэлт: 36.8 мм Эргүүлэх момент: 26.5 μm Суурь: 211 мм * 154 мм Хүрээ: 76 мм * 52 мм Нүдний цэг тохируулагч: 375-427.9 мм

Микроскоп



2. Микроскоп камерын зориулалт, хэрэглэх хүрээ


Зориулалт: USB холболтоор мэдээллийг компьютер луу хуулж хадгалах боломжтой.

Хэрэглэх хамрах хүрээ: USB холболтоор мэдээллийг компьютер луу хуулж хадгалах боломжтой.

Микроскоп камерын техникийн үзүүлэлт

Микроскоп камерын техникийн үзүүлэлт		Үзүүлэлт
Дүйцэхүйц үйлдвэрлэгч		Микроскоп камерын нь дүйцэхүйц чанарын шаардлага хангасан байх
Техникийн үзүүлэлт	Микроскопын камер	Загвар: 6,3 сая пикселийн камер Чипийн загвар: Sony IMX178 Чипийн хамжээ: 1/1.8" (8.92 мм диагональ) Пикселийн хэмжээ: Пикселийн хэмжээ: 2.4 2.4 μm Хамгийн их нарийвчлал: 6.3 сая пиксел Хурээний хурд: 30fps@ 3072 * 2048 38.7fps@1536 1024 Ортех хугацаа: 0.244ms-2000ms G гэрлийн мэдрэмж: 425мв, 1/30 секунд Интерфэйс: USB 3. 0 (USB 2. 0-тэй нийцдэг); Бууруулах линз: 0.5X 23.2мм нүдний шилний хоолойд таарах 0.01 мм-ийн шалгалт тохируулгын слайд: 1мм/100 хуваах. Холбох: C-холбох буюу нүдний шилний хоолой (23. 2мм/30мм/30, 5мм). Windows XP/Vista /7/8/10, Mac OS болон Linux үйлдлийн системтэй нийцдэг

Микроскопын камер



Танилцаж, зөвшөөрсөн:
Хэмжил зүйн бодлогын газрын дарга

Д.Нарангэрэл

Нэгтгэсэн:
Захиргаа, удирдлагын газрын
Санхүүгийн хэлтсийн дарга

О.Оюунтуяа