

БАТЛАВ.  
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН  
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН  
ГҮЙЦЭТГЭГЧ Б.УУГАНБАЯР

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН БАГЦАД ТУСГАГДСАН  
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРААС ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ  
ГАЗАРТ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС /ОРХОН БАЯН-  
ӨНДӨР СУМ/-ИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

### УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АППАРАТЫН /НАСН/ БАГАЖНЫ ЗОРИУЛАЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

Зориулалт: Усанд бүх төрлийн ион тодорхойлох

Хэрэглэх хамрах хүрээ: Усанд бүх төрлийн ион тодорхойлох

Усны шинжилгээний аппаратын /Nach/ багажийн техникийн үзүүлэлт

Усны шинжилгээний аппаратын /Nach/ багажийн техникийн үзүүлэлт		Үзүүлэлт
Техникийн үзүүлэлт	Дүйцэхүйц үйлдвэрлэгч	Усны шинжилгээний аппаратын /Nach/ багажтай дүйцэхүйц чанарын шаардлага хангасан байх
	Ажиллуулах тохиргоо	Transmittance (%), Absorbance, Concentration
	Гэрэл үүсгүүр	Галоген ламп
	Долгионы урт	320-1100нм
	Долгионы уртын нарийвчлал	±1.5нм
	Долгионы уртын калибрэшн	Автомат
	Өгөгдлийн хадгалах	2000
	Хэрэглэх программ	100
	Хүрээлэн буй орчны шаардлага	10-40°C (50-104°F), чийгшил хамгийн ихдээ 80%
	Хадгалах орчин	-40-60°C(-40-140°F) чийгшил 80%
Тэжээл	Оролт: 100-240V±10 VAC/50-60гц Гаралт: 15V/40VA	
Интерфэйс оролтууд	USB A 2, USB B 1, лан	
	12 төрөл оношлуур 1. NitraVer X Nitrogen- Nitrate Reagent Set, HR:2605345-CN 2. NitraVer 3 TNT Reagent Set, HR:2608345-CN	

Оношлуур

3. SulfaVer 4 Sultate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100 Set, HR:21086769-CN
4. DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100 Set, HR:2105569-CN
5. FerroVer Iron Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100 Set, HR:2105769-CN
6. DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100 Set, HR:2105769-CN
7. Hardness Reagent Set, Calmagite, Colorimetric: 2319900-CN
8. Phosphorus (Reactive) TNT Reagent Set, Hight Range Molybdovanadate, 1-100 mg/L PO<sub>4</sub>, 50pk:2767345-CN
9. Phosphorus Reactive, Reagent Set, Amino acid, 0.23-30.0 mg/L PO<sub>4</sub>, 100 test/pk:2244100-CN
10. PhosVer 3 Phosphate Reagent Powder Pillows, 10 ml, pk/100:2244100-CN
11. Sample Cell: I Square Polystyrene 25 mL with Caps: 2410212
12. Sample Cell: I Square Glass 10 mL with Caps: 2495212

Усны шинжилгээний аппаратын /Hach/ багаж



Танилцаж, зөвшөөрсөн:  
Хэмжил зүйн бодлогын газрын дарга

 Д.Нарангэрэл

Нэгтгэсэн:  
Захиргаа, удирдлагын газрын  
Санхүүгийн хэлтсийн дарга



О.Оюунтуяа