

БАТЛАВ:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА П.ЭРХЭМБУЛГАН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН
АВТОМАШИНЫ ТЕХНИКИЙН ГОДОРХОЙЛОЛТ

9077456 & 65722556

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ		
Үйлдвэрлэсэн он	2023 он	
Хөдөлгүүр	Төрөл	Бензин
	Багтаамж	2,400 cc багагүй байх
Морины хүч	128.5 багагүй байх	
Хурдны хайрцаг	Механик болон АТ	
Түлш зарцуулалт	10– 18 л	
Түлшний сав	60 л багагүй байх	
Суудлын тоо	Урд 3, ард1 доошгүй суудалтай байх	
Суудлын бүрээс, өнгө	Даавуун, шаргал	
Гадна өнгө	Цагаан	
Хөтлөгч	Хойд / Урд	
Баталгаат хугацаа	3 жил	
АВТОМАШИНЫ ТОНОГЛОЛ		
• Тоормозны нэмэлт систем (ABS)	• Хойд спойлер	
• Халуун, хүйтэн агааржуулагч	• Арын гадна толь	
• Хөгжим (Радио+CD+MP3)	• Арын шилний угаагч+шил арчигч	
• Рулийн гидро хүчлүүр	• Ухрах мэдрэгч	
• Жолооны хурдэн дээрх хөгжмийн удирдлага	• Урд хаалганы анхааруулах гэрэл	
• Автомат шил өргөгч	• Хаалганы алсын удирдлага дохиолол	
• Хаалганы төвийн түгжээ	• Урд, хойд шаврын хаалт	
• Хажуугийн гадна толь автомат тохируулга	• Дугуй Өвөл, Зуны 4 ширхэг	
• Бүхээгийн урд болон дунд гэрэл	• Хайлшин обуд	
• Урд манангийн гэрэл	• Запас дугуй	
• Тоормозны нэмэлт хойд гэрэл	• Зорчигчийн аюулгүйн дэр	
• Жолооч аюулгүйн дэр	•	
• Хойд салоны агааржуулагчийн тохируулга	• Механик эйр кондишн	
• Урд суудлын шалавч	• Дугуйн троцов, багаж	
НЭМЭЛТ ТОНОГЛОЛ		
• Галын хор	• Дуут дохиоллын ногоон гэрэл	
• Өвчтөн зөөвөрлөх дамнуурга (түгжээтэй)	• Яаралтай тусламжийн иж бүрдэл	
• Ханын хүчилтөрөгч / баллон 10л	• Эмнэлгийн лого, хаяг	
• AED дефибрилятор MNS-2017 стандарт хангасан байх Монгол хэлээр дуут дохио, зааварчилгаа өгдөг байх	• Зөөврийн отсос Шингэн хадгалах сав: 1000мл × 1 Үзүүлэлт ≥0.08Мпа (600mmHg) Сорох хэмжээ: ≥ 15L / мин	
• Зөөврийн эхо аппарат Ажиллах горим: B, CF, PW, M үзүүлэлттэй байх Samsung таблет (9th gen) Багтаамж 128гб - RAM: 2 гб	• Хяналтын монитор SpO2 цусан дахь хүчилтөрөгчийн хэмжээ RR-амьсгалын тоо PR-даралтын хэмжээ CO2-нүүрстөрөгчийн давхар исэл	

Камер : 8.1	хэмждэг байх зөөвөрлөх боломжтой, цэнэглэдэг баттерейтай байх
-------------	--

Машин тоноглол

<p>AED дефибрилятор</p> <ul style="list-style-type: none"> - MNS-2017 стандарт хангасан байх - Монгол хэлээр дуут дохио, зааварчилгаа өгдөг байх 	<p>Зөөврийн отсос</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шингэн хадгалах сав: 1000мл × 1 - Үзүүлэлт $\geq 0.08\text{Mpa}$ (600mmHg) - Сорох хэмжээ: $\geq 15\text{L / мин}$
<p>Зөөврийн эхо аппарат</p> <p>-Ажиллах горим: B, CF, PW, M үзүүлэлтэй байх</p> <p>Samsung таблет (9th gen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Багтаамж 128гб - RAM: 2 гб - Камер : 8.1 	<p>Хяналтын монитор</p> <ul style="list-style-type: none"> - SpO2 цусан дахь хүчилтөрөгчийн хэмжээ - RR-амьсгалын тоо - PR-даралтын хэмжээ - CO2-нүүрстөрөгчийн давхар исэл хэмждэг байх - зөөвөрлөх боломжтой, цэнэглэдэг баттерейтай байх