


БАТЛАВ: ДОРНОД АЙМГИЙН  
ЗАСАГ ДАРГА М.БАДАМСҮРЭН

ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ (ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ  
ХЭЛТЭС)-ИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо хэмжээ	Техникийн товч үзүүлэлт	Зураг																
1	Микротом /Accu-Cut SRM 200 Rotary Microtome/ (эсхүл түүнтэй дүйцэх)	1 ширхэг	<p>Эд эсийн парафин блокыг нарийн бөгөөд хурдан зүсэхийн тулд 10 болон 50 микроноор тааруулж зүсэх боломжтой байх. Кассет баригч нь парафин блокыг зөв зүсэх байрлалд тогтвортой барих боломжтой байх. Япон улсад (эсхүл түүнтэй дүйцэх) үйлдвэрлэсэн.</p> <p>Үзүүлэлт:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dimensions</td> <td>(W x D x H) 40.0 x 47.0 x 29.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Working height</td> <td>10.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>29 kg</td> </tr> <tr> <td>Section Thickness Range</td> <td>0.5 – 60 µm</td> </tr> <tr> <td>Increment</td> <td>0 – 2 µm (0.5 µm increments) 2 – 10 µm (1 µm increments) 10 – 20 µm (2 µm increments)</td> </tr> <tr> <td>Coarse Advance</td> <td>Clockwise</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>59 mm</td> </tr> <tr> <td>Specimen Retraction</td> <td>220 µm</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensions	(W x D x H) 40.0 x 47.0 x 29.5 cm	Working height	10.5 cm	Weight	29 kg	Section Thickness Range	0.5 – 60 µm	Increment	0 – 2 µm (0.5 µm increments) 2 – 10 µm (1 µm increments) 10 – 20 µm (2 µm increments)	Coarse Advance	Clockwise	Length	59 mm	Specimen Retraction	220 µm	
Dimensions	(W x D x H) 40.0 x 47.0 x 29.5 cm																			
Working height	10.5 cm																			
Weight	29 kg																			
Section Thickness Range	0.5 – 60 µm																			
Increment	0 – 2 µm (0.5 µm increments) 2 – 10 µm (1 µm increments) 10 – 20 µm (2 µm increments)																			
Coarse Advance	Clockwise																			
Length	59 mm																			
Specimen Retraction	220 µm																			

ХЯНАСАН: ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН  
ДАРГА Ц.БАЯРЖАРГАЛ

ХЯНАСАН:ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА М.НЯМСҮРЭН

ХЯНАСАН:ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН С.СОЛОНГО

БОЛОВСРУУЛСАН:ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН  
МЭРГЭЖИЛТЭН Г.МИЯГМАСҮРЭН