




БАТПАВ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА



М.БАДАМСҮРЭН





К/ДА/005

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тонг төхөөрөмжийн нэр	Зураг	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Эхо аппарат		<ul style="list-style-type: none"> -Эхо аппаратны үндсэн үзүүлэлтүүдийг хангасан байх -Transient elastography аргаар элэгний хатуурал оношилох боломжтой байх -Том мэдрэгчтэй дэлгэцтэй -Ямар ч нөхцөлд хамгийн чанартай оношилгоо хийх боломжтой -Өндөр тодосгогч, өргөн харах өнцөгтэй -Хэмжилтийн гүн нь 15-75 мм байх 	1
2	Эмнэлгийн зориулалттай угаалгын машин		<ul style="list-style-type: none"> -27 кг-ийн багтаамжтай -Мэдрэгчтэй дэлгэцтэй -Хэлний сонголттой -Цахилгаан тенээр халаах уу, халуун ус холбох сонголттой байх -Сэгсрэх хүч хамгийн өндөр байх ингэснээр материалын хатаагчид зарцуулах энерги, хугацааг багасгах -Алсын зайнаас машинтай холбогдож машины өдөр тутмын ажиллагаанд хяналт тавих, статистик дата үзүүлэлтүүдийг харах, алдааг унших гэх мэт боломжтой бол давуу талтай -Ус хэмнэх горимтой байх -Угаахаар ачаалласан материалын жинг харуулж жинд тохирсон хэмжээний ус татах боломжтой байх -Зайлсан усыг дахин ашиглах боломжтой байх -Инженер техникчдэд засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар, сэлбэг олдцотой байх 	1
3	Эмнэлгийн зориулалттай хатаагч машин		<ul style="list-style-type: none"> -27 кг-ийн багтаамжтай байх -Ухаалаг чийг мэдрэгчтэй -Дулаан алдагдалгүй хийцтэй -Хөндлөн болон босоо агаарын урсгалыг хослуулсан. -Галын аюулаас хамгаалах системтэй -TOUCH II: 7" инч өнгөт дисплей бүхий микропроцессор -180° хэмээр онгойх том хаалга -Барабан 2 тийш эргэх үйлдэл бүх моделуудад стандарт зэвэрдэггүй нерж -Барабан бүх моделуудад стандарт бат бөх 	1


Handwritten signature

			<p>сайжруулсан байх -Холхивчууд цахилгаан, газ, уурын халаагууруудтай байх</p>	
4	Thompson тэлэгч		<p>-Тохируулахад хялбар, олон дахин автоклавт ариутган ашиглах боломжтой байх -Бүх татагч ир болон хүрээг мэс заслын зориулалттай зэвэрдэггүй гангаар хийсэн байх -Хутга ба бариул нь маш нарийн хэмжээсээр татах боломжтой байх -Элдэв хүсээгүй хөдөлгөөн эсвэл сул эргэлдэхээс сэргийлж барьсан түгжигчтэй байх -Түгжих систем нь энгийн бөгөөд ашиглахад хялбар хутганы байрлалыг солиход мөн хялбар байх -Хэрэглээгүй үедээ хадгалах зориулалттай гадуураа зэвэрдэггүй ган хайрцагтай байх -Багаж хэрэгсэл нь ISO олон улсын стандартыг хангасан байх ба таван жилийн баталгаат хугацаатай байх -Хүрээ нь дараахь зүйлээс бүрдэнэ. 1. Elite II хавчаар, 2 камертай 18" – 2 ширхэг. 2. Хоёр талын хөндлөвч нугастай 11" x 8½" x 11" -1 Үгүй 3. 24" Өнцөгтэй гар 8" x 16"-2 No. 4. 18" Өнцөг гар 8" x 10" – 2 No. 5. Cam II Clip-on with/8" бариул – 3 ширхэг. 6. Crank II Clip-on with/Angling Head 10" – 3 Nos. Сольж болдог ир 1. Зөөврийн 51мм x 203мм (2" x 8") – 1 2. Зөөврийн 76мм x 254мм (3" x 10") – 2 ширхэг. 3. Balfour 70mm x76mm уруулгүй (2¾" x 3") – 2 ширхэг. 4. Уруулгүй Balfour 83мм x76мм (3¼" x3") – 2 ширхэг. 5. Deaver 51мм x 127мм (2" x 5") – 1 6. Багажны хайрцаг 26 x 10 x 5" – 1</p>	1
5	Хурууны хүч сайжруулах дасгалын ширээ		<p>-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр засалд хэрэглэгдэх хурууны хүч сайжруулах дасгалын ширээ</p>	1


6	Хөдөлмөр заслын нөхөн сэргээх төхөөрөмж		<p>-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр засалд хэрэглэгдэх дээд мөчний үений плаз, булчингийн хүч, гарын нийлмэл үйл ажиллагаа сайжруулах сургалтын хэрэгсэл</p>	1
7	Зөөврийн компьютер		<p>-Портезын 3D сканнер холбогдоход шаардлага хангасан -Процессор / CPU: Intel Core i7-11700H processor (8-cores, 16threads, 16MB cache, up to 4.6GHz) -Шуурхай санах ой / RAM: 16GB 2x8GB DDR4 -Дэлгэц: 15.6" Full HD (1920 x 1080) LED-backlit IPS display 144Hz Refresh Rate 3ms -График: NVIDIA® GeForce® RTX3050Ti with 4GB GDDR6 VRAM -Багтаамж / : 512GB SSD -Баттерэй: 4-cell Li-ion Battery (3815 mAh) -Keyboard / Гар: Per-key RGB Backlit Keyboard with Customizable Lighting -Оптик Драйв: Байхгүй / No -A/C Adapter: 180W AC adapter -Сүлжээ: Killer Double Shot Pro Wireless-AX 1650i 802.11ax Wi-Fi 6 -Камер / Микрофон: HD webcam -Хэмжээ: 43 x 28.9 x 28 ~2.79 cm (WxDxH) -Өнгө: Хар хөх</p>	1
8	Камер		<p>-16 мегарixel-н нягтаршилтай -83X Zoom -4K UHD MOVIE -Чичиргээний хамгаалалттай -Секундэд 5 кадр дарна -Авто фокус 39 -ISO 100-6400 -Дүрс боловсруулах систем Expeed 4 -3.2 инчийн LCD дэлгэцтэй -24-200mm LENS -WiFi , GPS -Хэмжээ (өргөн x өндөр x гүн) 140x109x80 мм</p>	1
9	Ухаалаг дэлгэц		<p>-Камертай -75 инч -4к нягтралтай -150 градус -VGA, HDMI, TYPE-C, USB 2.0, USB 3.0, RS232, Audio, Mic гэх мэт орчин үеийн бүх төрлийн оролттой -Intel i5, 4160 3.6GHz dual-core, Android 13,0 -DDR3, 8GBRAM -Нар гялбахгүй антигуляр систем -Ssd 256gb hard дисктэй -Windows, Mac, Linux, Android гэх мэт бүх үйлдлийн систем дэмжинэ</p>	1

10	Эрүүл мэндийн байгууллагуудад шаардлагатай суурин компьютер		-Процессор / cpu, intel core i7, -Шуурхай санах ой / ram-16gb, -Хатуу диск / 512gb ssd, -Үйлдлийн систем / os, windows 11 home 64-bit, monitor 24inch -Нягтрал: 1920 x 1080 at 60 hz, гар, хулгана хамт	40
----	---	---	--	----

Тайлбар: Жагсаалтын 1-9 дугаарт эрэмблэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд шаардлагатай нөхөн сэргээх болон сургалтын тоног төхөөрөмжийг 2024 онд эхний ээлжинд зайлшгүй нийлүүлсэн байна.

БОЛОВСРУУЛСАН
 АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГА  Ч.ОЮУНАА

ТАНИЛЦСАН:
 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН
 БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА  С.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

ХЯНАСАН:
 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
 ТӨЛӨВЛӨЛТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
 ДАРГА  М.НЯМСҮРЭН