

БАТЛАВ  
 БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
 ТАМГЫН ГАЗРЫН  
 ДАРГА Б.НАРАНГЭРЭЛ

2024 оны 01 дүгээр сарын...

ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН  
 АВАХ (БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ)  
 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 01 дүгээр сарын 17

Дугаар... 24 / 12

Улаанбаатар хот

|    |                                   |   |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Ажил гүйцэтгэх үндэслэл           | Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ний өдрийн 122 дугаар тогтоол, Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/398 дугаар захирамж |
| 2. | Төсөвт өртөг /Сая. төгрөг         | Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлнэ. 175.4 сая.төг  |
| 3. | Байршил                           | Баянгол дүүрэг Засаг даргын Тамгын газар  |
| 4. | Автомашин зориулалт               | Автомашин үйлдвэрлэсэн улсад эмнэлгийн тусгай зориулалтаар тоногдсон байх.  |
| 5. | Захиалагч, ашиглагч байгууллага   | Захиалагч байгууллага:<br>-Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар<br>Ашиглагч байгуулга:<br>-Баянгол дүүрэг Эрүүл мэндийн төв   |
| 6. | Тоо хэмжээ                        | 1 Ширхэг  |
| 7. | Техник үзүүлэлт                   |   |
|    | Үйлдвэрлэсэн он                   | 2023 он (Шинэ)  |
|    | Төрөл                             | Бензин  |
|    | Багтаамж                          | 3,500 cc багагүй байх   |
|    | Морины хүч                        | 128.5 багагүй байх  |
|    | Хурдны хайрцаг                    | Механик болон АТ  |
|    | Түлш зарцуулалт                   | 11-16л/100км-т  |
|    | Түлшний сав                       | 75 л багагүй байх   |
|    | Суудлын тоо                       | 4-5   |
|    | Хаалганы тоо                      | 4-5   |
|    | Гадна өнгө                        | Цагаан / Саарал   |
|    | Хөтлөгч                           | 4x2 /Урд/   |
|    | Урт /мм/                          | 5,200-5,255   |
|    | Өндөр /мм/                        | 1,920-1,990   |
|    | Өргөн /мм/                        | 1,920-1,997   |
|    | Тэнхлэг хоорондын зай /мм/        | 3,200-3,275   |
| 8. | Нэмэлт тоноглол                   |   |
|    | • Рүлийн гидро хүчлүүр            | • Хаалганы төвийн түгжээ  |
|    | • Урд хаалганы автомат шил өргөгч | • Жолоочын болон урд зорчигчийн аюулгүйн дэр  |

|  |  |
|--|--|
| • RADIO+USB  | • Урд, хойд шаврын хаалт   |
| • Рулин дээрхи хөгжмийн удирдлага                    | • Урд шил арчигч+шүршигч   |
| • Урд заалны халуун, хүйтэн агааржуулалтын систем    | • Үйлдвэрийн стандарт шалавчны доторлогоо  |
| • Гадна антен  | • Хойд шил арчигч+шүршигч  |
| • Дугуй 215/65 R17                                   | • Нөөц дугуй /өвлийн/ 215/65 R17   |
| • Хойд шил тенътэй                                   | • Хойд зорчигчийн аюулгүйн бүс-2 ширхэг  |
| Суудлын аюулгүйн бүс<br>• Хойд заалны гэрэл-2 ширхэг | • Өвчтөний өрөөний өдрийн гүйдэг гэрэл-1 ширхэг  |
| 9.   | Тусгай тоноглол  |
| • Дамнуурга /түгжээтэй+дугуйтай+урт хөлтэй/          | • Хөдөлдөг гэрэл /хойд заал/   |
| • Дамнуурга /эвхэгддэг/                              | • Хүчилтөрөгчийн баллон  |
| • Дохиоллын том ногоон гэрэл /гадна/                 | • Зориулалтын 12v залгуур /хойд заал/-2 ширхэг   |
| • Дохиоллын жижиг ногоон гэрэл /гадна/               | • Тусгаарлалтын хаалт / гүйдэг цонхтой/  |
| • Гадагшаа анхааруулга өгөх дуут дохио+микрофон      | • Эмнэлгийн хэрэгслийн зориулалтын ханын тавиур  |
| • Цусны савны өлгүүр                                 | • Хойд заалны цахилгаан салхивч+тохируулга /вентилятор/<br>• Хойд заалны агааржуулагч+тохируулагч  |
| • Дефибрилятор                                       | • Цохиулах утга: 0-360 жоуль<br>• Ажиллагааны төрөл: гар ажиллагаа, синхрон, асинхрон<br>• Гаралтын долгионы хэлбэр: монофазын технологи<br>• Тогтмол эсэргүүцлийн утга: 50 Ом<br>• Үзэх параметрууд: ECG /RESP/ SPO2/ TEMP/ PR/ NIBP/ Дефибрилятор<br>• Цэнэглэх хугацаа нь хамгийн ихдээ 8 секунд (360жоуль)<br>• Цахилгаан тэжээл: 220В, 50Гц<br>Автомашин тогтмол 12В-ийн хүчдэлд залгаж цэнэглэх боломжтой байх |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Өвчтөний хяналтын монитор              | БНСУ-тоног төхөөрөмж байх <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ашиглахад хялбар мэдрэгчтэй дэлгэцтэй</li> <li>• 12.1 инчийн өндөр нягтралтай өнгөт TFT дэлгэц</li> <li>• Стандарт үзүүлэлтүүд: ЭКГ, Температур, SPO2, NIBP даралт</li> <li>• Төв хяналтын системтэй холбогдох боломжтой (CMS)</li> <li>• Батерейгаар 3 цаг хүртэл тасралтгүй ажиллах боломжтой</li> <li>• Дэлгэцийн VGA гаралттай</li> <li>• Цахилгаан тэжээл: 220В, 50Гц</li> </ul> Автомашины тогтмол 12В-ийн хүчдэлд залгаж цэнэглэх боломжтой байх |   |
| Хүчилтөрөгчийн баллон -10л /иж бүрдэл/ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сайн чанарын зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн</li> <li>• Зөөвөрлөх боломжтой</li> <li>• Багтаамж: 10л</li> <li>• Ажлын даралт: 20 мПа</li> <li>• Жин: 8.8 кг</li> </ul>   |   |
| Сорох аппарат /отсос/                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Даралт: <math>\geq 0.09</math>мПа</li> <li>• Дуу чимээний түвшин: <math>\leq 65</math> дБ</li> <li>• Цахилгаан гүйдэл: <math>\leq 180</math> вА</li> <li>• Сорох хурд: <math>\geq 20</math> л/мин</li> <li>• Шингэн соруулах сав: 2,5 литрийн 2савтай</li> <li>• Цахилгаан тэжээл: 220В, 50Гц</li> </ul> Автомашины тогтмол 12В-ийн хүчдэлд залгаж ажиллах боломжтой байх   |   |
| 10.                                    | Онцгой нөхцөл  | Нийлүүлсэн автомашины хэвийн ажиллагааг шалгаж, техникийн үзлэг, оношлогоонд оруулсаны дараа хүлээлгэн өгөх.  |
| 11.                                    | Баталгаат хугацаа  | 1 жил хэрэв баталгаат хугацаанд ямар нэгэн үйлдвэрийн эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор эвдрэл, гэмтлийг засварлах, шаардлагатай тохиолдолд дахин шинэ машинаар сольж өгөх. |

ТАНИЛЦСАН:  
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА



З.БАЛДАНДУГАР

ХЯНАСАН:  
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  
УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН  
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

*Handwritten signature*

Т.БЭНХЦЭНГЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:  
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  
УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛТАН

*Handwritten signature*

О.ДЭМБЭРЭЛСУНДУЙ