

Техникийн тодорхойлолт

БАТЛАВ:

"ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ"

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Т.БУЖИНЛХАМ* Т.БУЖИНЛХАМ

2024 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэгдэх нийт бараа нь дараах тодорхойлолтод нийцсэн байна.

Барааны нэр: Шамотан тигел, капель

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Шаардлага
1	Шамотан тигел	ш	12000	<ul style="list-style-type: none">✓ 1300°C температурт тэсвэртэй байх✓ Шамотан тигелийн дотор, гадна тал болон ёроол нь нүх сүвгүй маш нягт битүү байх.✓ Шамотан тигелийн ёроол нь хавтгайвтар,✓ Өндөр 15-17см, ёроолын хэмжээ D=5.5-5.8см, амсарын хэмжээ D=11-12 см, ханын зузаан 1-1,2 см-ээс ихгүй байх шаардлагатай✓ Химийн найрлага:% 50 - 60 цахиурын исэл, 25 - 40 хөнгөн цагаан исэл, 0.8 - 2.0 төмрийн исэл байна.✓ Сав баглаа боодол Давхар савласан картон хайрцагт савлаж, картон хуваагчтай фанер хайрцагт хийнэ.
2	Капель	ш	12000	<ul style="list-style-type: none">✓ Капель нь өндөр цэвэршилттэй (цэвэршүүлсэн) магнетит байна.✓ гөлгөр гадаргуутай; агаар мандлын оорчлолтод тэсвэртэй байх✓ хар тугалганы ислийг шингээх чадвар нь өөрийн жингийн 70% хүртэл;✓ Кокус хэлбэртэй, жин 100.5 гр✓ Гаднах диаметр D=45.3 мм, гаднах өндөр 35.0 мм✓ Сокетийн диаметр D₁=38.0 мм, өндөр 12.5 мм✓ 1000°C температурт тэсвэртэй байх

Тайлбар: Хавсралтаар бараа, бүтээгдэхүүний зургыг хавсаргасан болно.

Танилцсан

ХААХэлтсийн дарга

Ерөнхий нягтлан бодогч

ХААХэлтсийн мэргэжилтэн

Боловруулсан

Аргачлал, чанар хяналтын инженер

Химийн шинжилгээний лабораторийн эрхлэгч

Г.Амаржаргал
Г.Амаржаргал

Ш.Амарзаяа
Ш.Амарзаяа

М.Хуланхүү
М.Хуланхүү


С.Одонтуяа
С.Одонтуяа

А.Арнунбат
А.Арнунбат

Зураг, төсөл

Хавсралт

Зураг 1. Шоматан тигел



Зураг 2. Капель

