

### III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Нэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Багц 1	Лед гэрэл бүхий дурангийн гэрэл үүсгэгч аппарат (гэрэл дамжуулах кабелийн хамт)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лед гэрлийн ашиглалтын хугацаа 40000 ба түүнээс дээш цаг</li> <li>2. Гэрэлтүүлгийн технологи – LED</li> <li>3. Гэрэлтүүлгийг чадал – <math>\geq 100\text{Вт}</math></li> <li>4. Өнгөний температур – 6500k</li> <li>5. Флюоресценцийн дүрслэл – Хэт авиа ба хэт ягаан туяа дүрслэлтэй флюоресценци дэмжинэ /FHD, 3D4K/</li> <li>6. Цахилгаан хангамж – 220VAC</li> <li>7. Хүчдэлийн давтамж – 50/60HZ</li> <li>8. Karl storz брэндийн мэс заслын дурангийн /Tower/-т ашиглаж болохуйц</li> <li>9. 3-10мм диаметр бүхий гэрэл дамжуулагч кабель таарах оролттой байх</li> <li>10. Тухайн гэрэл үүсгэгч аппаратанд таарах /гэрэл үүсгэгчтэй адил үйлдвэрийн/ гэрэл дамжуулагч кабель дагалдуулна. Уртын хэмжээ 3 метр.</li> </ol>
	Мэс заслын дурангийн оптик 30°	<p>Гаднах диаметр – 3-10 мм                      Урт – 33-45 см                      Харах чиглэл - 30° /урагш ташуу дуран/                      Гэрэл дамжуулах - шилэн кабелийн гэрлийн дамжуулалт                      Автоклавт ариутгах - боломжтой                      Karl storz брэндийн мэс заслын дуранд таарахуйц</p>