


БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГА *Олсүрэн* Л. МӨНХБААТАР


АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭХ ЭМНЭЛГИЙН
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



БАГЦ: 2

2024.02.06

Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээ	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Тоо ширхэг	Зураг
Уян дурангийн угаалгын машин	<p>Битүүмж шалгах (Усны төрөл)</p> <ul style="list-style-type: none">ХатаахАжиллагааны горим <p>Хугацаа :</p> <p>Угаах - 1 минут~90 минут</p> <p>Ариутгал - 1 ~ 90 минут</p> <p>Ариутгагч бодис - 10 секунд</p> <p>Ажиллах программ (Автомат)</p> <p>А. В , С гэсэн 3 төрлийн ариутгалийн горимтой</p> <p>Угаах – Агаар - Ариутгал (Ариутгагч бодис) – Угаах - Агаар(Хатаах)</p> <ul style="list-style-type: none">Танкны багтаамж: <p>Багтаамж : 12 литр</p> <p>Ариутгалын бодис : 8-12 литр усанд найруулах боломжтой</p> <p>Ариутгалын бодис болон ус асгах үндсэн 1 гаралттай</p> <p>Урд талын хаалганд нэмэлт ариутгалын бодис болон ус асгах гаралттай</p> <ul style="list-style-type: none">Хүчдэл: AC 220/230V, 50/60Hz		1	

<p>Дурангийн мэс заслын аппарат Техник үзүүлэлт /karl-storz/ D процессор ба гэрэл үүсгэгч нь нэг төхөөрөмжинд багтсан</p>	<p>/karl-storz/ D процессор ба гэрэл үүсгэгч нь нэг төхөөрөмжинд багтсан</p> <ul style="list-style-type: none"> • a-Si TFT Active Matrix, LED backlight Хэмжээ: 27 инч Нягтрал: 1920 x 1080 16.7 сая өнгө ялгана. • Voltage Range: 100 to 120 V~ / 220 to 240 V~ Maximum Input Power: 1,500 VA Power Fuse: 10 A (only FST -series from Schurter) High Frequency Functions: Monopolar / bipolar High Frequency: 430 kHz ± 20% Maximum High Frequency Power: 320 W 		1	
НИЙТ ТОО ШИРХЭГ			2	
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ			425,000,000.00	

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА : ХЯНАСАН: Д. МӨНХЦЭЦЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГА : С. МӨНХТУЯА

