

БАТЛАВ.


ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ТӨҮГ

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Т.БУЖИНЛХАМ









2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдөр






Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэгдэх нийт бараа нь дараах тодорхойлолтод нийцсэн байна.

1. Барааны нэр: Индукцийн холбоост плазмын масс спектрометр /ICP-MS NEXION 2000/-ийн сэлбэгүүд
2. Үйлдвэрлэгч компани: Perkin Elmer
3. Зориулалт: Химийн шинжилгээнд
4. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Барааны нэр	Төрөл	Part №	Зураг	Тоо хэмжээ
1	Дээж оруулах хоолой	Sampler cone	W1033612		2
2	Скиммер хоолой	Skimmer cone	W1026356		2
3	Кварцан торч	Torch(Fixed 2.0mm injector quartz torch blue/purple, one piece quartz torch with 2.0mm injector, PVDF o-ring free holder for C configuration	N8152472		1
4	Цацруулагч	Concentric type CT R+, high performance glass	N8152373		1
5	Тоосруулагч	Glass Cyclonic high Sensitivity spray chamber for NexION 2000 ICP-MS base B configuration	N8152375		1
6	Цацруулагч (Дотоод стандарт)	MEINHARD Nebulizer Internal standard Tee	N8152386		2
7	Хөргүүрийн шингэн	chem chiller coolant	WE016558		5
8	Вакуум ламп	GAUGE 355 MICRO ION 90 DEG	W1003840		1

№	Барааны нэр	Төрөл	Part №	Зураг	Тоо ХЭМЖЭЭ
9	Вакуум хавхлага	VALVE ASSY-GAMA KF16 VACUUM	N8150217		1
10	Хайпер скиммер хоолой	HYPERSKIMMER FOR NEXION	W1033995		2
11	Хайпер скиммер конийг холбох боолт	SCREW HYPERSKIMMER	WE027484		2

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах бичиг баримт



№	Дагалдах бичиг, баримт	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
2	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх	Шаардлагатай

Танилцсан

ХАА Хэлтсийн дарга

Ерөнхий нягтлан бодогч

ХАА Хэлтсийн мэргэжилтэн

Г.Амаржаргал

Ш.Амарзаяа

М.Хуланхүү

Боловсруулсан

Химийн шинжилгээний инженер

Химийн шинжилгээний лабораторийн эрхлэгч




Б.Номинзаяа

А.Ариунбат