

А.Мамт-Дорноо
Т.Б.Б. эмч Дамсүрэнх,
Урсгал нийгмэл
Батлав 2024.01.02.01.


ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ


БАТЛАВ



М.ХУЯГБААТАР


СУМДАД НИЙЛҮҮЛЭХ ШҮДНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2024 оны 01 дүгээр сарын 18

№	Барааны нэр	Техникийн үзүүлэлт	Зураг	Тоо шир хэг	Нэгж ийн үнэ	Нийт үнэ
1	Шүдний машины иж бүрдэл	<p>ИЖ БҮРДЭЛД: Шүдний суурин сандал, эмчийн сандал, компрессор, өндөр болон бага хурдны өрмийн хошуу, дэлгэц бүхий шүдний камер, ломбо шарагч, шүдний үзлэгийн багажийн иж бүрдэл, шүдний мэс заслын багажийн иж бүрдэл, шүдний өнгөр цэвэрлэгч аппарат, нэг удаагийн түрхлэг сафоройд, фторт лак багтана.</p> <p>ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ: Стандарт бүх хэрэгсэлтэй байх. Тэжээлийн хүчдэл 220В, Агаарын үүсгүүрийн даралт: 0.55MPa ба түүнээс дээш, Усны үүсгүүрийн даралт: 0.2MPa-0.4MPa Турбины эргэлтийн дээд хурд ≥ 300000 эрг/мин Моторын эргэлтийн доод хурд 20000эрг/мин Орчны температур 5-40°C</p>		2	26,000,000	52,000,000

		<p>сөрөг нөлөөгүй 100 RPM Орой бүр шүдээ угаасны дараагаар хүүхдийнхээ шүднүүдэд жигд түрхэж өгч сүүн шүд болон ирээдүйд ургах ясан шүдийг нь хамгаалж өгөөрэй. Усаар амыг зайлах шаардлагагүй. 6 сараас дээш настай хүүхэд хэрэглэхэд тохиромжтой. Хэмжээ 40мл 100rpm фторын агууламжтай байна.</p>					
4	Чулууны аппарат	Багцаараа хангасан.	стандарт	шаардлага			
			5			400,000	2,000,000

			<p>АВТОКЛАВ Аюулгүй, энгийн, ур ашиг</p>  <ul style="list-style-type: none"> - LCD дэлгэцийн хяналттай - 121°С, 134°С-ийн 2 температурын тохиргоот - Градусын тохиргооны нарийвчлал 0,01°С - Дөрөлт ба температурын ачааллаас хамгаал - Иоулгуйн систем - Автомат түрээсдэггүй ган төмрөөр хийгдсэн - Цахилгаанд хамгаалагдтай - Цахилгаанд хэмнэлттэй - ХУ-дээл: 220в 	2	3,000,000	6,000,000
5	Авто клав	Ариутгалын стандарт шаардлага хангасан.				
6	Ультра соник	6 литр багтаамжтай	 <p>HIGH-CAPACITY 6L 超大容量 容纳更多物品</p> <p>产品型号: 4800 J15E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.8L 容量 - 3.25L / 1.5H / 1.8H / 2.2H 	2	1,250,000	2,500,000

7	Суваг хэмжигч	Стандартын шаардлага хангасан		5	400,000	2,000,000	
Нийт дүн						90,000,000	Төг



ХЯНАСАН: НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
 БОЛОВСРУУЛСАН: НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
 Б. БАТБИЛГҮҮН
 О. ДАГИЙМАА