










ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГ Х. БАТБОЛД

ЭМТ-ИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН /ХОВД СУМЫН ЭМНЭЛЭГ, ЖАРГАЛАНТ СУМ
БААТАРХАЙРХАН БАГИЙН ӨРХ/ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024.01.25

Ховд

Бүтээгдэхүүний зураг	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
	УВЧ (шарлагын аппарат)	1	<ul style="list-style-type: none">• Цахилгаан соронзон долгионы давтамж: 27.12 ± 0.16 МГц• Хамгийн их гаралтын чадал:• 1 алхам 10ватт ± 2ватт• 2 алхам 20ватт ± 4ватт• 3 алхам 30ватт ± 6ватт• Хэмжээ: 425*230*260 мм• Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц• Чадал: 160 Вт• Жин: 13 кг
	Зэс бумба	ком	<ul style="list-style-type: none">• Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор• Цусны эргэлтийг сайжруулах,• Энергийн тэнцвэрийг хадгалах болон биеийн дархлааг сайжруулах• Эд эсийн гүнд хуримтлагдсан хорыг гадагшлуулах• Тунгалгийн систем идэвхижиж, судсыг цэвэрлэж, арьс уян хатан, эрүүл болдог.
	Улаан гэрэл	1	<ul style="list-style-type: none">• Инфра улаан туяа болон дулааны үйлчлэл үзүүлдэг эмчилгээний зориулалт• Хэт улаан туяаны гэрэл нь үзэгдэх гэрлээс урт цахилгаан соронзон туяаны үйлчлэлтэй• 700 нм – 1мм урттай, 430 THz – 300GHz давтамжтай.
	Татлагын ор	1	<ul style="list-style-type: none">• Амрах хугацаа: 1-99 сек• Ажиллах хугацаа: 1-99 мин• Татах хугацаа: 7 мм/ сек• Татах жин: 1-80 кг• Хэмжээ: 2420*580*2640 мм• Чадал: 120 Вт (НТ-101) , 200 Вт (НТ-102)• Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц• Жин: 60 кг

	<p>Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний аппарат</p>	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Давхар сумгийн туршилт 60-аас дээш/цаг хүртэл • Шингэний системийг тогтмол хугацаанд автоматаар цэвэрлэж, засвар үйлчилгээ хийнэ. • Тайлан нь 3 гистограмм, 21 туршилтын параметр, хэвийн бус дээжийн тохиолол өгдөг. • Том LCD мэдрэгчтэй дэлгэц, өндөр нягтралтай өнгөт дэлгэц, нэмэлтээр компьютер ашиглах шаардлагагүй, хялбар, тохиромжтой ажиллагаатай • Суурилуулагч принтер нь туршилтын үр дүнг автоматаар хэвлэнэ. • Хоёр урвалж: 1 Diluent дба 1 Lyse
	<p>Искра аппарат</p>	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Өндөр давтамжийн импульс модульчлах давтамжийн хэлбэлзэл 110 кГц±8,25 кГц • Аппаратын гаралтан дээрхи хамгийн их гүйдлийн хэмжээ 4мА ±1,2мА. Чихний болон десен электродын хувьд гаралтан дээрхи хамгийн их чадал нь 3 мА±1мА • "Мощность" тохируулга нь гаралтын гүйдлийг тэгээс хамгийн их утганд хүртэл аажмаар тааруулах зориулалттай. • Ажлын горимыг тохируулах хугацаа 3 минутаас ихгүй.
	<p>Суурин компьютер</p>	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Үйлдвэрлэгч: Lenovo • Модель: All in One XX24 • CPU: I5-12450H (12-р үе) • RAM: 58GB 3200 Mhz • Hard: 5512gb SSD • Үйлдлийн систем: Windows 10 • Өнгөний сонголт: Хар, цагаан

ХЯНАСАН:

ХБТХОХ-ИЙН ДАРГА
НБХ-ИЙН ДАРГА

Б.ГОМБОСҮРЭН
Б.ДАВААДОРЖ

САНАЛЫГ НЭГТГЭСЭН:

НБХ-ИЙН АХЛАХ МЭРГӨЖИЛТЭН

С.ДОРЖ

