

БАТЛАВ:

"ЭРДЭНЭТ МЕДИКАЛ ЭМНЭЛЭГ" ХХК
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙН ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

П.СУВДАА

Сүрье
ХХК
6532861 А ХНТ5698
9022050128 ОРХОН АЙМАГ

2024 оны 3 сарын 13 өдөр

ГЭМТЛИЙН МЭС ЗАСАЛД ХЭРЭГЛЭГДЭХ БАГАЖНУУДЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

д/д	Хөрөнгийн нэр		х/н	төо
1	Атгаалын титан түгжээт хадаасны суурь багаж /Universal humeral nail set/	АО стандартын дагуу, АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын CE, ISO, GMP чанарын сертификат хангасан. Атгаалын титан түгжээт хадаас суурилуулахад зориулагдсан иж бүрдэл багаж.	иж бүрдэл	1
2	Дунд чөмөгний өнцөгт ялтасны суурь багаж /DHS instrument set/	АО стандартын дагуу, АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын CE, ISO, GMP чанарын сертификат хангасан. Дунд чөмөгний өнцөгт ялтас суурилуулахад зориулагдсан иж бүрдэл багаж.	иж бүрдэл	1
3	Дунд чөмөгний түгжээт гамма хадаасны суурь багаж /Experted PFNA set/	АО стандартын дагуу, АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын CE, ISO, GMP чанарын сертификат хангасан. Дунд чөмөгний проксималь хэсгийн түгжээт хадаас суурилуулахад зориулагдсан иж бүрдэл багаж.	иж бүрдэл	1
4	Дунд, чөмөгний түгжээт хадаасны суурь багаж /Universal femoral nail/	Дунд чөмөгний түгжээт хадаасны суурь багаж Олон улсын стандартад нийцсэн, дунд чөмөгний хөндийт түгжээт хадаасанд зориулагдсан, титан болон ган. 9-11 мм-ийн диаметртэй, 320-400 мм урттай имплантад зориулагдсан.	иж бүрдэл	1
5	Сүлжмэл ган утасны сет /Cable set	АО стандартын дагуу, АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын CE, ISO, GMP чанарын сертификат хангасан.	иж бүрдэл	1
6	Том ялтасны суурь багаж/4,5-7,3/ Large fragment set	АО стандартын дагуу, АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын CE, ISO, GMP чанарын сертификат хангасан. Том ялтас суурилуулахад зориулагдсан иж бүрдэл багаж.	иж бүрдэл	1
7	Түгжээт жижиг ялтасны суурь/1,5-3,5/ Small fragment Combi-hole set	АО стандартын дагуу, АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын CE, ISO, GMP чанарын сертификат хангасан. Жижиг ялтас суурилуулахад зориулагдсан иж бүрдэл багаж.	иж бүрдэл	1
8	Шилбэний түгжээт хадаасны суурь багаж /Universal tibial nail	Олон улсын стандартад нийцсэн, шаантны хөндийт түгжээт хадаасанд зориулагдсан, титан болон ган. 8-10 мм-ийн диаметртэй, 280-340 мм урттай имплантад зориулагдсан. Иж бүрдэл ариутгалын. 2ш титан түгжээт хадаас шургийн хамт дагалдана.	иж бүрдэл	1

9	Ялтас шураг авагч сет /Plat and screw removal set/	АО стандартын дагуу, АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын CE, ISO, GMP чанарын сертификат хангасан. Ялтас шураг авах зориулалттай иж бүрдэл.	иж бүрдэл	1
10	Ясны дрилл /Bone drill/ Дурангын хагалгаанд хэрэглэх боломжтой байх / Canulla / сувагтай байх	АО стандартын дагуу, АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын CE, ISO чанарын сертификат хангасан. Яс цоолоход зориулагдсан иж бүрдэл багаж. Хадгалах зөвлөвчтэй хайрцагтай, батерей, батерей цэнэглэгч, автоклавд ариутгах боломжтой 3 төрлийн диаметр бүхий өрөм дагалдах	иж бүрдэл /зайны хамт	1
11	Ясны хөрөө /Saggital Saw/	АО стандартын дагуу, АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын CE, ISO чанарын сертификат хангасан. Яс тайрах зориулагдсан иж бүрдэл багаж. Saggital Saw эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц. Хадгалах зөвлөвчтэй хайрцагтай, батерей, батерей цэнэглэгч, автоклавд ариутгах боломжтой. Хөрөөний 3 төрлийн ир дагалдах	иж бүрдэл /зайны хамт	1
12	Шууны хугарамтгай хэсгийн суурь багаж /Mini plate /	АО стандартын дагуу, АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын CE, ISO, GMP чанарын сертификат хангасан. Шууны хугарамтгай хэсгийн ялтас суурилуулахад зориулагдсан иж бүрдэл багаж.	иж бүрдэл	1
13	Нэг удаагийн хэрэгсэл	АО стандарт, DHS ялтас, 3-10 нүхтэй 130-135, градус өнцөгтэй, лаг шураг диаметр 12.5мм, 60-115 мм уртгтай, дагалдах шураг- 4.5мм, дунд чөмөгний проксимал болон дистал хэсгийн DHS DCS титан ялтас	шир	1
14	өргөн 9,10 урт 215, 240	АО- стандарт, АНУ-ийн Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. Дунд чөмөгний проксимал хэсгийн титан гамма урт, богино, лагтай, орчин үеийн бага зүслэгээр хугарлыг бэхлэх технологи шингээсэн титан түгжээт хадаас. диаметр 9-11, урт: 240мм x 400мм, лаг 12.5x60-110мм.	шир	1
15	өргөн 9,10 урт 360, 380	АО- стандарт, АНУ-ийн Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. Дунд чөмөгний проксимал хэсгийн титан гамма урт, богино, лагтай, орчин үеийн бага зүслэгээр хугарлыг бэхлэх технологи шингээсэн титан түгжээт хадаас. диаметр 9-11, урт: 240мм x 400мм, лаг 12.5x60-110мм.	шир	1
16	нэг удаагийн	АО стандартын дагуу , АНУ- ийн AO Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. 1-2.5 мм өргөн 300 мм урт	шир	50
17	320-420 өргөн 9,10,11мм	АО стандарт, SYNTHES загварын Дунд чөмөгний титан түгжээт хадаас 2 талын кортиколд шурагдах иртэй 4.5 мм-ийн 25-80 мм-ийн уртгтай шурагтай, антиград хийгдэх боломжтой 320-400 мм уртгтай титан түгжээт хадаас	шир	2

18	1.5-2.5 см	АО стандарт , АНУ-ийн Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. Чомөгт ясны хугарлын үеэд хэрэглэх уян титан хадаас, 1.5-4 мм -ийн диаметр, урт 400 мм,	шир	15
19	54-58мм	Олон улсын чанарын ISO болон CE шаардлага хангасан, сертификаттай. АО стандартын Хэмт хэсгийн хугарлыг шахаж ойртуулах зориулалттай хийгдсэн. 3.5-4.0мм диаметр бүхий бүрэн өргөн иртэй 20-60 мм -ийн урттай титан татагч шураг	шир	50
20	L,M,S	АО стандарт , АНУ-ийн Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. Тойгны хугарлын үеэд хэрэглэгдэх аалз хэлбэрийн S M, L хэмжээтэй	шир	5
21	5-8 нүхтэй	АО стандарт, Шаантны дээд дотно болон гадна булууны хугарал бэхлэх,. Түгжигч шураг нь алхамтай 2 кортикалыг шурагдах эрчлээстэй байх, 4.5 мм дм-ийн 25-75мм урт байх. Нүх болгоны тоогоор шураг дагалдах	шир	1
22	4-8 нүхтэй	Тахилзуурын дистал болон чөмөгт хэсгийн тубулар болон халбаган 3.5мм LCP ялтас, 3-8 нүхтэй, баруун/зүүн талтай, шураг : 3,5мм, 25-65мм урт орох түгжээт ялтас	шир	5
23	Шилбэний ясны түгжээт хадаас	Олон улсын чанарын ISO болон CE шаардлага хангасан, сертификаттай.	шир	3
24	4-8 нүхтэй	АО стандарт , АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. Шулуун болон Reconstruction хэлбэрийн 3.5мм-ийн 15-40 мм-ийн урттай шурагтай, титан ялтас.	шир	5
25	6-8 нүхтэй	АО стандарт , АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. Ялтасны зузаан, хэлбэр зориулалтын титан ялтас, нүх болгоны тоогоор шураг дагалдана.	шир	10
26	Гипс	Нийтлэг хэрэглэгддэг	шир	120

НИЙТ ДҮН

Хянасан: Мэс заслын нэгдсэн тасаг Г.Ганболд

Боловсруулсан: Гэмтлийн мэс заслын эмч У.Алтансүх

Боловсруулсан: Хагалгааны ахлах сувилагч Б.Огтонбат