

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

З.ГЭРЭЛТ-ОД

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭХО АППАРАТ ХУДАЛДАН АВАХ

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй: Эмнэлэгийн зөөврийн SonoScape X5 аппаратын техникийн тодорхойлолт.

Нэр	Бараа болон холбогдох ажлын нэр төрөл	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
SonoScape X5	Зөөврийн эхо аппарат	2020 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн 2D эсвэл 3D байх.15 инчийн LED дэлгэцтэй, датчик тогтоогчтой оролт:USB, VGA, HDMI эргэлтийг өнцөг 90 градус, цахилгаан тэжээл:220Вт, 50/60Гц, цэнэглэдэг батарейтай.	ш	1
	Гүдгэр датчик	Гүдгэр датчик нь хэвлий хөндийн үзлэг оношилгоо хийх зориулалттай	ш	1
	Шугаман датчик	Шугаман датчик нь бамбай, цээжний хөндийн үзлэг оношилгоо хийх зориулалттай,	ш	1
	Суурь	Зориулалтын	ш	1