

СОНГИНОХАЙРХАН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН
ЗАХИРАЛ ЦОЛОНБАР

БАТЛАВ



Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг)

9024091092 9031793 05311971

№	Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл	Нэг бүрийн үнэ /төгрөг/	Тоо ширхэг	Нийт үнэ	Техник үзүүлэлт
1	Гемодиализ эмчилгээ аппарат /4008S/ аппараттай дүйцэхүйц	110,000,000	6	660,000,000	<p>Ачаалал 2.0кВ(220В) Усны оролтын температур 5-30 хэм Нийлүүлэлтийн даралт 0-ээс 100 мбар, хамгийн ихдээ 1 м. сорох өндөр Ус зайлуулах хамгийн их өндөр ; 1М Усны оролтын даралт ; 1.5-6.0 Аппаратын гүйдлийн алдагдал ; <500иа~ Өвчтний гүйдлийн алдагдал ; <10иа~ Усан хамгамжийн даралт ; (0~30) Хэмжээ ба жин - 1370 x 500 x 650 мм (H x W x D) (шунтын түгжээ ба сууриныг оруулаад) ойролцоогоор. 86 кг Цахилгаан хүчдэл- 240 В-ын хувьсах гүйдэл, 50-аас 60 Гц Усны оролтын температур - 5 ° С-аас 30 ° С хүртэл; "Нэгдсэн Халуун цэвэрлэгээний бодисоор зайлах" зориулалттай ; 85°С-95°С байх шаардлагатай.</p>
2	Зөөврийн усны систем / Reverse osmos /	60,000,000	1	60,000,000	<p>Хэмжээ (W x H x D) 480 x 170 x 360 мм нийт жин 25 кг Ажиллуулах үеийн жин: max 35 кг Диализийн усны багтаамж : 10°С ба 2.5 бар-ын тоолуурын даралттай Диализын усны даралт : 3 bar / 0.3 MPa Хадгалах хэмжээ : > 95% NaCl Усны холболтууд : Тэжээлийн ус: Hose stem D8 Диализын ус : Nipple type 103 DN6 Хаягдал ус : Hose stem D8 Цахилгаан үзүүлэлтүүд : Сүлжээний залгуур : CEE 7/7 NEMA 5-15P</p>

					<p>Цахилгаан хүчдэл : 230V AC 50-60Hz Гал хамгаалагч : 16A RCD IΔN = 30mA Эрчим хүчний хэрэглээ : 300W Аюулгүй байдлын : I анги Хамгаалалтын төрөл : IPX4 Тэжээлийн ус : Чанар : Ундны усны, зөөлрүүлсэн ус Хатуулаг 5,1,3 бүлгээс үзэх <25° dN / 4.45mmol/l^{2.4} <15° dN / 2.45mmol/l^{3.5}</p> <p>Блоклох индекс / SDI <3 Дамжуулах чадвар : < 2.000 μS/cm Төмөр < 0.05 мг/л Чөлөөт хлор < 0.10 мг/л Температурын хүрээ 5- 30 °C pH 6.5- 8.5</p> <p>Хаягдал ус : Чөлөөт урсгал ; Төхөөрөмжийн дээд ирмэгээс 100см байх шаардлагатай. Хүрээлэн буй орчны нөхцөл : Тээвэрлэлт / хадгалах температур : 1 to 45°C Ажиллах температур : 1 to 35°C Агаарын чийгшил : max 90% RH, конденсацгүй Суурилуулалтын өндөр : Max 2.000m дээш байх шаардлагатай.</p> <p>Урт:1958 мм Өргөн:609 мм (гарын тулгуурыг оруулаад 914 мм) Хамгийн их өндөр:газраас760 мм Хамгийн бага өндөр:Газраас 610 мм Арын түшлэгийн хөдөлгөөн: Олон үйлдэлтэй Хөлний хөдөлгөөн: Хувьсах Тренделенбург:12 градус Сандлын жин:75 кг Дугуйны хэмжээ:100мм Цахилгаан хүчдэл :230В оролт24VDC Гаралт Ачаалал: 150 кг дээш ачаалал даах чадвартай Угааж цэвэрлэх боломжтой байх шаардлагатай.</p>	
3	Өвчтний зөөлөн сандал	8,000,000	10	80,000,000		
НИЙТ ҮНЭ					800,000,000	

БОЛОВСРУУЛСАН :

Мэдээлэл технологи инженер техникийн
албаны дарга *Г.Ган-Эрдэнэ* Г.Ган-Эрдэнэ