

Техникийн тодорхойлолт

Санал болгох бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. Хуулийн 26.8-д зааснаар эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэсэн техникийн тодорхойлолтод өөр бараа санал болгосон оролцогч техникийн тодорхойлолтод заасантай дүйцэх болохыг ТШЗ **Error! Reference source not found.**-т заасан баримт бичгээр нотолсон бол техникийн тодорхойлолтыг хангасан гэж үзнэ.

Барааны нэр: Лабораторийн багаж, хэрэгсэл

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Эд бутлагч QIAGEN-ийн TissueLyser III загвартай дүйцэхүйц үзүүлэлттэй <ul style="list-style-type: none">• Өндөр хурдны сэгсрэгчтэй бутлагч• Адаптер сет (2x24)• Адаптер сет (2x96)• Зэвэрдэггүй ган бөмбөлөг -7 мм• Зэвэрдэггүй ган бөмбөлөг -5 мм• Цуглуулагч тубе 10x96 үүртэй хавтан бүхий• Цуглуулагч тубений таг• Нэг дор 192 хүртэл дээж ашиглах боломжтой• 100–120/220–240V• 50/60Hz; хурдны давтамж 3-аас 30 Hz		

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

